

Příbalová informace

(datum revize: 28.4.2009)

· Údaje k produktu

· Obchodní označení:

Detectoterge

- Číslo výrobku: 3763, 3763-N, 3766, 3806, 3762-N
- Identifikace výrobce/dovozce:
Mallinckrodt Baker B.V. Tel: (+31) (0)570 - 687500
P.O.Box 1 Fax: (+31) (0)570 - 687574
7400 AA Deventer
The Netherlands
- Obor poskytující informace: Mallinckrodt Baker Sales Office Tel.: (31) (0) 570 687500

· Použití :

Čistící roztok pro hematologické analyzátoři Nihon Kohden

· Chemická charakteristika:

- Popis: Směs obsahuje následné látky bez nebezpečných příměsí.
- Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
9002-93-1 Triton® X-100 Xn, Xi; R 22-41 < 2,5%
- Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v Bezpečnostním listě.

· Všeobecné údaje:

- Skupenství: Kapalná
- Barva: Zelená
- Zápach (vůně): Příjemný
- Teplota (rozmezí teplot) tání: 0°C
- Teplota (rozmezí teplot) varu: Nebylo určeno.
- Bod vzplanutí: Nedá se použít.
- Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
- Tenze par při 20°C: 23 hPa
- Hustota při 20°C: 1 g/cm³
- Rozpustnost ve / směšitelnost s vodě: Úplně mísitelná.
- Obsah ředidel:
Organická ředidla: 0,0 %
Voda: 97,8 %

· Pokyny pro zacházení:

- Upozornění k bezpečnému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- Pokyny pro skladování:
 - Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
 - Upozornění k hromadnému skladování: Nebylo nutné.
 - Další údaje k podmínkám skladování: Žádné. Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu a kyslíku, vzít na radu lékaře.
- Při styku s kůží: Ihned omýt vodou.
- Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
- Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

· Pokyny k likvidaci:

- Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace.
- Kontaminované obaly:
 - Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

Další bezpečnostní informace : Viz. Bezpečnostní list

Upozornění :

- Čistící prostředek uchovávejte při teplotách 15 až 30°C.
- Zmrzlý čistící prostředek zahřejte při pokojové teplotě (15 až 30°C) a dostatečně promíchejte.

Návod k použití :

1. Připojte hadičku na čistící prostředek (označena zeleně) k přívodu CLN na bočním panelu.
2. Hadičky napojte na koncovku.
3. Vložte koncovku do nádoby čistícího roztoku Detectoterge .
4. Utáhněte víčko koncovky.