



检验报告单

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SJJ BG/DR-0605-005-01

产品名称：尿有形成分分析仪应用试剂—稀释液

Product Name: Urine Sediment Analyzer Reagent Diluent

生产批号：20221122 生产日期：20221122 失效日期：20231121 检验日期：20221122

Production Lot No.: Date of Manufacture: Expiry Date: Test Date:

序号 No.	检验项目 Test Item	标准规定 Criteria	检验结果 Test Result
1	外观 Appearance	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 Colorless, transparent liquid; no sediments, particles or floccules	合格 Qualified
2	PH 值 PH	6.30±0.20 (25°C±1)	6.37
3	电导率 Conductivity	16.00±0.50mS/cm (25°C±1)	16.09
4	渗透浓度 Osmotic Concentration	310±10mmol/L (310±10mOsm/kg)	306
结论 Conc lusi on	符合标准，准许出厂 The criteria are met; the product is permitted to leave the factory.		

检验员：

黄颖

复核人：

郭小敏

批准放行人：

齐琳

Tested by:

Checked by:

Approved by: