

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

INTENDED USE

MAS® UA DipTube is intended for use in the clinical laboratory as a control for qualitative and semi-quantitative procedures used in routine urinalysis testing. Assay values are provided for specific systems listed. The user can compare observations with expected ranges as means of assuring consistent performance of reagent and equipment. The product is suitable for use as a control material for physicochemical, chemical, and microscopic methods of routine urinalysis. **UA DipTube** may be used in conjunction with commercially available standardized systems for urine microscopic analysis.

PRODUCT DESCRIPTION

UA DipTube is a liquid stable control material prepared from human urine. Analyte levels are adjusted with various pure chemicals and human source materials. **UA DipTube** also contains preservatives and stabilizers.

DANGER: **UA DipTube** control contains <0.9% bovine serum albumin (BSA), ≤0.1% Sulfobromophthalein sodium salt and ≤0.006% 3:1 Mixture: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (PROCLIN).

H317 - May cause allergic skin reaction.

H334 - May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Avoid breathing mist or vapor. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/eye protection/face protection. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. If on skin: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician. Wash contaminated clothing before reuse. Dispose of contents/container to location in accordance with local/regional/national/international regulations.

UA DipTube is prepared from human urine pools and contains other human source material. Components of the control which are derived from human source material have been tested using FDA accepted methods and found to be non-reactive for Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Hepatitis C Antibody (HCV) and HIV-1 and HIV-2 Antibody. However, no test method can offer complete assurance that products derived from human source material are free of infectious agents. This control must be handled in accordance with recommendations from the Center for Disease Control/National Institutes of Health manual, "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories," 2009.

STORAGE AND STABILITY

Refrigerated Storage (2-8°C): Store unopened **UA DipTube** at 2-8°C. Unopened tubes are stable until the expiration date on the label. Once opened, tubes of control are stable for 8 weeks or 20 reagent strip immersions, whichever occurs first.

Room Temperature Storage (18-25°C): Open tubes of control are stable 2 weeks or 10 reagent strip immersions, whichever comes first.

Do not freeze.

Bacterial contamination produces an increase in turbidity and/or a characteristic odor. Discard vial if evidence of microbial contamination is observed.

EXPECTED VALUES

Expected values may vary slightly with different lot numbers and reagent strips. Refer to the included table for values obtained on specific systems. Good laboratory practice suggests that each laboratory establish its own parameters.

Values listed were obtained using instrument(s) and instrument manufacturer's reagents and procedures at the time of assay. Subsequent modifications in instrument, reagent, or procedures may invalidate these values.

Laboratories using methods other than those listed should establish their own expected ranges.

INSTRUCTIONS FOR USE

Materials Required But NOT Provided:

- Slides
- Pipettors
- Centrifuge tubes, slides, and pipettors from standardized urinalysis systems may be used.
- Centrifuge capable of generating an RCF of 400 for KOVA method or 450 for manual methods.
- Microscope with a 10x objective and a 40x objective lens
- Urinalysis stain (Optional)
- Chemical reagent strips
- Any additional laboratory equipment or reagents required to perform the physicochemical, chemical and microscopic analyses required.

Allow the **UA DipTube** to come to room temperature. Thoroughly mix the contents of the tube before each use by gently inverting for several minutes (3 minutes minimum). Replace cap immediately and store the opened tube at 2-8°C or at room temperature (18-25°C).

Physical Tests:

1. **Appearance:** Visually inspect the color and turbidity.
2. **Specific Gravity:** Measure the specific gravity using a refractometer or reagent strip.

Chemical Tests:

1. If reading results visually, compare the reagent strip with the manufacturer's color comparison chart. If using an automated strip reader, follow manufacturer's directions for use.
2. **Reagent Strips:** Remove the cap from the tube and immerse the reagent strip into the control. Remove strip promptly and follow the manufacturer's instructions for testing. Replace cap immediately after use.
3. **Reagent Tablets or Pregnancy Cassettes:** Remove the cap from the tube and pipette the required amount of control per reagent manufacturer's instructions. Replace cap immediately after use.

Microscopic Analysis:

If using a standardized methodology for microscopic analysis, follow manufacturer's recommendations. Each laboratory should establish its own values for systems other than those listed.

If using a non-standardized methodology for microscopic analysis, centrifuge the **UA DipTube** for 5 minutes at 450 RCF (relative centrifugal force). Pour off supernatant leaving approximately 0.5 mL. Gently resuspend sediment transferring one drop onto a clean, dry microscope slide and cover with a 22 mm coverslip. Values reported are the range of microscopic elements counted in 10 hpf (high powered fields). Each laboratory should establish its own ranges.

Handle the **UA DipTube** in the same manner as patient specimens. Consistent handling of the control is necessary for uniform results.

This product contains cellular elements which may form a small amount of sediment in the bottle. To ensure consistent recoveries, invert and mix well prior to use.

The tube contains 12mL of control. **A fresh tube or a tube that has had no more than 1 reagent strip immersion should be used for microscopic analysis.** A consistent volume for testing is essential for reproducible microscopic results.

QUALITY CONTROL

All quality control requirements should be performed in conformance with local, state and/or federal regulations or accreditation requirements.

LIMITATIONS OF PROCEDURE

UA DipTube must be mixed well before each use to ensure reproducible results.

A consistent volume must be used for testing to ensure reproducible microscopic results. A fresh tube or a tube that has had no more than 1 reagent strip immersion should be used for microscopic analysis.

Organic spheres used to simulate leukocytes may not exhibit the same staining characteristics of human leukocytes.

See manufacturer's product insert for a listing of limitations for each test method. For professional use only.

TECHNICAL ASSISTANCE

In the USA, for technical assistance, call 800-232-3342 or 510-979-5417. For insert updates and information, if your laboratory subscribes to LabLink XL, visit www.maslablink.com and select LabLink Extra. Alternatively, to subscribe to LabLink XL call 800-232-3342 or 510-979-5451.

Outside of the USA, if your laboratory subscribes to LabLink XL, visit www.maslablink.com select LabLink Extra. Alternatively, please contact your local sales office or authorized distributor.

Cat. No.	Description	Size
UAT-MP	UA DipTube, Multi-Pack	10 x 12 mL

MAS® UA DipTube

FLÜSSIGE URIN-ANALYSE-KONTROLLE

IVD

ANWENDUNGSBEREICH

Die **MAS® UA DipTube** ist als Kontrolle für qualitative und semiquantitative Verfahren im klinischen Labor konzipiert, die im Rahmen regelmäßiger anfallender Urinanalysen angewendet werden. Für bestimmte Systeme sind Richtwerte aufgeführt. Somit kann der Anwender die Testergebnisse mit den angegebenen Bereichen vergleichen, um eine gleichbleibende Leistung von Reagenz und Instrument sicherzustellen. Das Produkt wurde als Kontrollmaterial für physiochemische, chemische und mikroskopische Standardverfahren der Urinanalyse entwickelt. Die **UA DipTube** kann mit den im Handel erhältlichen Standardsystemen für mikroskopische Urinanalyse verwendet werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **UA DipTube** ist eine stabile, flüssige Kontrolle, die aus humanem Urin hergestellt wird. Die Level der Analyte werden durch den Einsatz von unterschiedlichen chemischen Stoffen und Humanmaterial erzeugt. Außerdem enthält die **UA DipTube** Konservierungsmittel und Stabilisatoren.

GEFAHR: **UA DipTube** Kontrolle enthält < 0,9 % Rinderserumalbumin (BSA), ≤ 0,1 % Sulfobromphthalain-Natriumsalz und ≤ 0,006 % 3:1-Gemisch: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (ProClin).

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmatische Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Symptomen der Atemwege: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die **UA DipTube** wird aus einem humanen Urinpool hergestellt und enthält weitere Humanmaterialien. Die aus Humanmaterial erzeugten Komponenten der Kontrollsubstanz wurden mit von der FDA (Food and Drug Administration – US-Behörde für Lebensmittel- und Arzneisicherheit) anerkannten Methoden getestet und es wurde keine Reaktion auf Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg), Hepatitis C-Antikörper (HCV) und HIV-1- und HIV-2-Antikörper festgestellt. Allerdings bietet keine Testmethode die vollständige Sicherheit, dass aus Humanmaterial gewonnene Substanzen keine infektiösen Wirkstoffe enthalten. Diese Kontrolle muss entsprechend den Richtlinien „Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories“ (2009) des Center for Disease Control/National Institutes of Health (US-Behörde) behandelt werden.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Lagerung in der Kühlung (2–8 °C): Lagern Sie die ungeöffnete **UA DipTube** bei 2 bis 8 °C. Ungeöffnete tubes sind bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum stabil. Wurde die Kontrolle einmal geöffnet, bleibt sie für einen Zeitraum von 8 Wochen oder 20 eingetauchten Reagenzstreifen stabil, je nachdem was zuerst stattfindet.

Lagerung bei Raumtemperatur (18–25 °C): Geöffnete tubes bleiben für einen Zeitraum von 2 Wochen oder 10 eingetauchten Reagenzstreifen stabil, je nachdem was zuerst stattfindet. **Nicht tieffrieren.**

Im Fall einer Infektion mit Bakterien wird die Kontrollsubstanz trüb und/oder entwickelt einen charakteristischen Geruch. Entsorgen Sie die Kontrollsubstanz, wenn eine mikrobielle Verunreinigung festgestellt wird.

ERWARTUNGSWERTE

Die zu erwartenden Werte können bei verschiedenen Chargennummern und Reagenzstreifen variieren. Die beiliegende Tabelle enthält Werte, die für spezielle Systeme ermittelt wurden. Entsprechend den Grundsätzen der Guten Laborpraxis (Good Laboratory Practice) sollte jedes Labor seine eigenen Parameter erstellen.

Die aufgeführten Werte wurden unter Verwendung der zum Zeitpunkt der Analyse erhältlichen Instrumente und Reagenzien sowie Verfahren des Instrumentenherstellers ermittelt. Spätere Weiterentwicklungen der Instrumente, Reagenzien oder Verfahren können dazu führen, dass diese Werte ungültig werden.

Labore, die andere Methoden verwenden als die aufgeführten, sollten ihre eigenen Zielbereiche festlegen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Erforderliche Materialien, die NICHT mitgeliefert werden:

- Objekträger
- Pipette
- Zentrifugengläser (Es können Zentrifugengläser, Objekträger und Pipettierer von Standard-Urinanalysesystemen verwendet werden).
- Zentrifuge mit einer relativen Zentrifugalkraft (RCF) von 400 für die KOVA-Methode oder 450 für manuelle Methoden

- Mikroskop mit 10-fach-Objektiv und 40-fach-Objektivlinse
- Urinanalyse-Farbindikator (optional)
- Chemische Reagenzstreifen
- Eventuell weitere Laborausrüstung oder Reagenzien, die zur Durchführung der physiochemischen, chemischen und mikroskopischen Analysen benötigt werden

Warten Sie, bis sich die **UA DipTube** der Raumtemperatur angeglichen hat. Vermischen Sie die Inhaltsstoffe des Tubes vor jedem Gebrauch, indem Sie diese für einige Minuten vorsichtig schwenken (mindestens 3 Minuten). Verschließen Sie den Deckel sofort wieder und lagern Sie das angebrochene tube bei 2 bis 8 °C oder bei Raumtemperatur (18–25 °C).

Physikalische Untersuchungen:

1. **Erscheinungsbild:** Prüfen Sie visuell die Farbe und die Trübung.
2. **Spezifisches Gewicht:** Messen Sie das spezifische Gewicht mit dem Refraktometer oder einem Reagenzstreifen.

Chemische Untersuchungen:

1. Wenn Sie die Ergebnisse visuell ermitteln, vergleichen Sie den Reagenzstreifen mit der Farbtabelle des Herstellers. Wird ein automatischer Reagenzstreifenleser verwendet, folgen Sie den Anleitungen des Herstellers.
2. **Reagenzstreifen:** Entfernen Sie den Deckel des tubes und tauchen Sie den Reagenzstreifen in die Kontrolle. Entnehmen Sie zügig den Reagenzstreifen und folgen Sie der Testanleitung des Herstellers. Verschließen Sie die Flasche unmittelbar nach Gebrauch.
3. **Reagenztablett oder Schwangerschaftstest-Kassetten:** Öffnen Sie das tube und entnehmen Sie die vom Hersteller angegebene Menge an Kontrollmaterial mit einer Pipette. Verschließen Sie das tube unmittelbar nach Gebrauch.

Auswertung unter dem Mikroskop:

Wenn Sie ein standardisiertes Verfahren für die mikroskopische Auswertung verwenden, folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers. Falls Ihr Labor keines der aufgeführten Systeme verwendet, sollten Sie eigene Werte ermitteln.

Wenn Sie für die mikroskopische Auswertung ein nicht standardisiertes Verfahren anwenden, geben Sie die **UA DipTube** für 5 Minuten bei 450 RCF (relative Zentrifugalkraft) in die Zentrifuge. Gießen Sie überflüssiges Material ab, so dass Sie ca. 0,5 ml erhalten. Vermischen Sie das entstandene Sediment leicht, und geben Sie einen Tropfen auf einen sauberen, trockenen Objekträger. Decken Sie das Material mit einem 22-mm-Deckglas ab. Die angezeigten Werte stellen einen Bereich von 10 hpf ermittelten Kammerfeldern dar. Jedes Labor sollte seine eigenen Bereiche festlegen.

Behandeln Sie die **UA DipTube** genau wie die Patientenproben. Die gleichbleibende Behandlung der Kontrolle ist für einheitliche Ergebnisse sehr wichtig.

Dieses Produkt enthält zelluläre Bestandteile, die sich als leichter Bodensatz in dem tube absetzen können. Um eine gleichbleibende Reaktion zu erhalten, muss das tube vor dem Gebrauch sorgfältig umgekehrt und vermischt werden.

Das tube enthält 12 ml Kontrollmaterial. **Für die mikroskopische Analyse sollte ein neues tube verwendet werden oder eines, das für maximal 1 Reagenzstreifen verwendet wurde.** Eine konstante Testmenge ist für reproduzierbare Ergebnisse am Mikroskop sehr wichtig.

QUALITÄTSKONTROLLE

Alle Qualitätskontrollen sollten in Übereinstimmung mit örtlichen und staatlichen Vorschriften bzw. Zulassungsbestimmungen durchgeführt werden.

EINSCHRÄNKUNG DES VERFAHRENS

Die **UA DipTube** muss vor jedem Gebrauch gut vermischt werden, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten.

Die Testmenge muss konstant sein, damit die mikroskopischen Ergebnisse reproduzierbar sind. Für die mikroskopische Auswertung sollte ein neues tube verwendet werden oder eines, das für maximal 1 Reagenzstreifen verwendet wurde.

Das organische Milieu, das verwendet wird, um Leukozyten zu simulieren, hat eventuell nicht die gleichen Färbungsmerkmale wie humane Leukozyten.

In der Packungsbeilage des Herstellers finden Sie eine Aufstellung der Einschränkungen für jede Testmethode. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Technische Unterstützung erhalten Sie in den USA unter der Nummer 800-232-3342 (gebührenfrei in den USA) oder unter 510-979-5417. Falls Ihr Labor LabLink XL einsetzt, können Sie Aktualisierungen der Packungsbeilage und weitere Informationen unter www.masblink.com finden („LabLink Extra“ auswählen). Sie können sich auch telefonisch unter der Nummer 800-232-3342 (gebührenfrei in den USA) oder 510-979-5451 für LabLink XL registrieren.

Außerhalb der USA können Sie, sofern Ihr Labor LabLink XL verwendet, www.masblink.com aufrufen („LabLink Extra“ auswählen). Sie können sich auch an die nächstgelegene Vertriebsstelle oder einen autorisierten Händler wenden.

Kat.-Nr. UAT-MP	Beschreibung UA DipTube, Multipackung	Größe 10 x 12 ml
--------------------	--	---------------------

MAS® UA DipTube

CONTROLE DE QUALITE LIQUIDE POUR LES DOSAGES URINAIRES DE BIOCHIMIE

IVD

DESTINATION

Le MAS® UA DipTube est destiné à être utilisé en laboratoire clinique comme contrôle de qualité afin d'évaluer les procédures qualitatives et semi-quantitatives lors des tests courants d'analyse d'urine. Les valeurs de dosage sont indiquées pour les systèmes spécifiques listés. L'utilisateur peut comparer ses observations aux valeurs prévues pour s'assurer de la régularité des réactifs et équipements. Ce produit peut être utilisé comme contrôle de qualité pour les méthodes biochimiques, chimiques et microscopiques d'analyses d'urine routinières. L'UA DipTube peut être utilisé en conjonction avec des systèmes normalisés du commerce pour l'analyse d'urine microscopique.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'UA DipTube est un contrôle de qualité liquide stable préparé à partir d'urine humaine. Les niveaux de substances à analyser sont ajustés avec divers agents chimiques purs et des matériaux d'origine humaine. L'UA DipTube contient également des agents de conservation et de stabilisation.

DANGER : UA DipTube control contient < 0,9 d'albumine bovine (AB), ≤ 0,1 % de Sulfobromophthaléin (sel sodique) et ≤ 0,006 % de mélange 3:1 : 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (PROCLIN).

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

Éviter de respirer les gaz ou vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Eliminer le contenu/contenant dans un endroit conforme aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

L'UA DipTube est préparé à partir de lots d'urine humaine et contient d'autres substances d'origine humaine. Les composants du contrôle de qualité dérivés de substances humaines ont été testés selon des méthodes approuvées par la FDA (secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques) et se sont révélés négatifs pour l'antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg), l'anticorps d'hépatite C (VHC) et les anticorps de VIH 1 et VIH 2. Toutefois, aucune méthode de test ne peut donner l'assurance absolue que les extraits de substances humaines sont exempts d'agents infectieux. Ce contrôle de qualité doit être manipulé conformément aux recommandations pour la biosécurité en laboratoires microbiologiques et biomédicaux du manuel du Center for Disease Control/National Institutes of Health américain de 2009.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET STABILITE

Stockage réfrigéré (2-8 °C) : entreposez le flacon non ouvert **d'UA DipTube** à 2-8 °C. Les tubes non ouverts sont stables jusqu'à la date d'expiration de l'étiquette. Une fois ouverts, les tubes de contrôle sont stables pendant 8 semaines ou 20 trempages de bandelettes réactives.

Stockage à température ambiante (18-25 °C) : Les tubes ouverts de contrôle sont stables pendant 2 semaines ou 10 trempages de bandelettes réactives.

Ne pas congeler.

Une contamination bactérienne accroît la turbidité et/ou dégage une odeur caractéristique. Mettez le flacon au rebut si des signes d'une telle contamination sont observés.

VALEURS PREVUES

Les valeurs prévues peuvent différer légèrement en fonction des numéros de lots et des bandelettes réactives. Reportez-vous au tableau joint pour prendre connaissance des valeurs obtenues pour chaque système spécifique. Il est recommandé à chaque laboratoire d'établir ses propres paramètres.

Les valeurs indiquées correspondent aux instruments, ainsi qu'aux réactifs et procédures spécifiés par le fabricant, disponibles au moment du dosage. Les modifications subséquentes des instruments, réactifs ou procédures peuvent rendre ces valeurs caduques.

Les laboratoires utilisant des méthodes autres que celles listées doivent établir leurs propres valeurs.

MODE D'EMPLOI

Matériel requis mais NON fourni :

- Lames de microscope
- Pipettes
- Des tubes de centrifugation, lamelles et pipettes de systèmes d'analyse d'urine normalisés peuvent être utilisés.

- Centrifugeuse capable de générer une FCR (force centrifuge relative) de 400 pour la méthode KOVA ou de 450 pour les méthodes manuelles.
- Microscope avec objectif 10x et lentille d'objectif 40x
- Colorant pour analyse d'urine (facultatif)
- Bandelettes de réactif chimique
- Tous les équipements de laboratoire ou réactifs supplémentaires requis pour effectuer les analyses physicochimiques, chimiques et microscopiques nécessaires.

Laissez reposer l'UA DipTube à température ambiante. Mélangez bien le contenu du tube avant chaque utilisation en le retournant doucement pendant plusieurs minutes (3 minutes au minimum). Remettez immédiatement le bouchon en place et conservez le tube, une fois ouvert, entre 2 et 8 °C ou à température ambiante (18-25 °C).

Tests physiques :

1. **Apparence** : inspectez à l'oeil nu la couleur et la turbidité.
2. **Densité** : mesurez la densité à l'aide d'un réfractomètre ou d'une bandelette réactive.

Tests chimiques :

1. Si la lecture des résultats est faite visuellement, comparez la bandelette réactive avec le diagramme de couleurs comparatif donné par le fabricant. Lors de l'usage d'un lecteur automatisé des bandes, suivez les directives du fabricant.
2. Bandelettes réactives : retirez le bouchon du tube et immergez la bandelette dans la solution de contrôle. Retirez la bandelette rapidement et suivez ensuite les instructions d'utilisation du test. Refermez le tube immédiatement après usage.
3. Comprimés de réactif ou test de grossesse : retirez le bouchon du tube et pipetez le volume exigé par le fabricant du test réactif. Refermez immédiatement après usage.

Analyse microscopique :

Si vous utilisez une méthodologie normalisée pour l'analyse microscopique, suivez les recommandations du fabricant. Chaque laboratoire devrait établir ses propres valeurs pour des systèmes autres que ceux énumérés.

En cas d'utilisation d'une méthodologie non standardisée pour l'examen microscopique, centrifugez l'UA DipTube pendant 5 minutes à une FCR (force centrifuge relative) de 450. Ôtez le liquide surnageant en conservant environ 0,5 ml. Remettez délicatement le sédiment en suspension, transférez une goutte sur une lame de microscope sèche et propre, et couvrez avec une lamelle de 22 mm. Les valeurs reportées sont les éléments microscopiques comptés dans 10 champs à fort grossissement. Chaque laboratoire doit établir ses propres intervalles de valeurs.

Manipulez l'UA DipTube de la même manière que les échantillons patients. Une manipulation correcte est nécessaire pour l'obtention de résultats homogènes.

Ce produit contient des éléments cellulaires qui peuvent former un peu de sédiment dans le flacon. Afin d'obtenir des résultats cohérents, veillez à bien mélanger le liquide en retournant le flacon avant utilisation.

Le tube contient 12 ml de contrôle. Pour l'examen microscopique, utilisez un nouveau tube ou un tube dans lequel on a trempé au maximum 1 bandelette réactive. Un volume constant doit être utilisé pour assurer la reproductibilité des résultats au microscope.

CONTROLE QUALITE

Toutes les exigences de contrôle qualité doivent être appliquées conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux ou aux conditions d'agrément.

LIMITATIONS DES PROCEDURES

L'UA DipTube doit être soigneusement mélangé avant chaque usage afin d'assurer la reproductibilité des résultats.

Un volume constant doit être utilisé pour assurer la reproductibilité des résultats au microscope. Pour l'examen microscopique, utilisez un nouveau tube ou un tube dans lequel on a trempé au maximum 1 bandelette réactive.

Les sphères organiques utilisées pour simuler les leucocytes peuvent ne pas présenter les mêmes caractéristiques de coloration que les leucocytes humains.

Consultez l'encart du fabricant pour la liste des limitations de chaque méthode de contrôle. Usage exclusivement réservé à des professionnels.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Depuis les États-Unis : pour obtenir une assistance technique, composez le 800-232-3342 (appel gratuit aux États-Unis) ou le 510-979-5417. Pour obtenir des mises à jour et informations concernant cette notice, si votre laboratoire est inscrit à LabLink XL, consultez le site www.maslablink.com et sélectionnez la rubrique LabLink Extra. Si vous n'êtes pas encore inscrits à LabLink XL, composez le 800-232-3342 ou 510-979-5451.

Depuis l'étranger : si votre laboratoire est inscrit à LabLink XL, consultez le site www.maslablink.com et sélectionnez la rubrique LabLink Extra. Sinon, contactez votre bureau de vente local ou votre distributeur agréé.

N° Réf.	Description	Format
UAT-MP	UA DipTube, Multipack	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

CONTROLLO URINALYSIS DOSATO LIQUIDO

IVD

Uso Previsto

Il MAS® UA DipTube è destinato all'uso in laboratorio clinico come materiale di controllo nelle procedure qualitative e semiquantitative di routine per l'analisi delle urine. I valori di prova sono forniti per i sistemi specifici elencati. Al fine di accertare la consistenza delle prestazioni dei reagenti e degli strumenti, l'utente potrà confrontare i propri risultati con i valori attesi. Il prodotto è adatto come sostanza di controllo nei metodi fisiochimici, chimici e microscopici, usati per l'analisi di routine delle urine. Il UA DipTube può essere impiegato assieme ad altri sistemi commercializzati standardizzati per l'analisi microscopica delle urine.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il UA DipTube è una sostanza stabile allo stato liquido preparata da urine di provenienza umana. I diversi livelli sono modulati tramite agenti chimici puri e componenti di origine umana. Il UA DipTube contiene anche conservanti e stabilizzanti.

PERICOLO: il controllo UA DipTube contiene <0,9% di albumina sierica bovina (BSA), ≤0,1% di sulfobromoftaleina sale sodico e ≤0,006% della seguente miscela 3:1: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one (PROCLIN)

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Evitare di respirare la polvere o i vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indosiarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente nelle apposite aree in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Il UA DipTube viene preparato usando urine di origine umana e contiene altre sostanze di origine umana. I componenti del controllo, derivati da sostanze di origine umana, sono stati analizzati utilizzando metodi approvati dalla FDA (Ente federale USA per il controllo dei farmaci e degli alimenti) e si sono rivelati non reattivi per l'antigene di superficie di epatite B (HBsAg), per l'anticorpo di epatite C (HCV) e per gli anticorpi HIV-1 ed HIV-2. Tuttavia, nessun metodo di indagine può offrire una completa garanzia che un prodotto derivato da sostanze umane sia privo di agenti infettivi. Questo controllo deve essere gestito in conformità con le direttive del manuale dei Centers for Disease Control/National Institutes of Health intitolato "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories", pubblicato nel 2009.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Il Magazzino refrigerato (2-8 °C): conservare chiuso UA DipTube a 2-8 °C. I tubi non aperti sono stabili fino alla data di scadenza sull'etichetta. Una volta aperti, i tubi di controllo sono stabili per 8 settimane o 20 immersioni di striscia reattiva, a seconda della condizione che si verifica per prima.

Il Magazzino di temperatura ambiente (18-25 °C): i tubi aperti di controllo sono stabili per 2 settimane o 10 immersioni di striscia reattiva, a seconda della condizione che si verifica per prima.

Non congelare.

La contaminazione batterica produce un aumento di intorbidimento e/o un odore caratteristico. Gettare i flaconi in cui si osservano segni di contaminazione batterica.

VALORI ATTESI

I valori attesi possono variare leggermente utilizzando numeri di lotto diversi e diverse strisce reattive. Per i valori ottenuti con sistemi specifici, fare riferimento alle tabelle elencate. È buona pratica di laboratorio stabilire i propri intervalli di riferimento.

I valori elencati sono stati ottenuti con strumentazione e reagenti dei fabbricanti della strumentazione, disponibili al momento della prova. Modifiche successivamente apportate agli strumenti, ai reagenti o alle procedure potranno invalidare i valori indicati.

I laboratori che usano metodi diversi da quelli elencati dovranno stabilire i loro propri intervalli.

ISTRUZIONI PER L'USO

Materiali Necessari Ma NON Forniti:

- Vetrini
- Pipettatori
- Si possono usare provette da centrifuga, vetrini e pipettatori dei sistemi standardizzati per l'analisi delle urine.
- Centrifuga in grado di generare una forza centrifuga relativa (RCF) pari a 400 per il metodo KOVA o 450 per i metodi manuali.
- Microscopio con obiettivo di 10x e 40x.
- Colorante per analisi delle urine (facoltativo).

• Strisce reattive chimiche.

- Qualsiasi altra attrezzatura di laboratorio, o reagente, richiesti per effettuare l'analisi fisiochimica, chimica o microscopica delle urine.

Prima dell'uso portare l'UA DipTube a temperatura ambiente. Prima di ciascun uso, miscelare accuratamente il contenuto della provetta capovolgendola delicatamente per diversi minuti (almeno 3 minuti). Rimettere immediatamente il tappo e conservare la provetta precedentemente aperta a 2-8 °C o a temperatura ambiente (18-25 °C).

Test fisici:

1. **Aspetto:** verifica visiva di colore e torbidità.
2. **Peso specifico:** misurare il peso specifico con l'uso di un rifrattometro o di strisce reattive.

Test chimici:

1. Se la lettura viene fatta visivamente, confrontare la striscia reattiva con la tabella di riferimento cromatico fornita da fabbricante. Se si utilizza un lettore di strisce automatizzato, seguire le istruzioni per l'uso forniti dal fabbricante.
2. Strisce reattive: togliere il tappo dalla provetta e immergere la striscia reattiva nel controllo. Subito dopo, estrarre la striscia e seguire le istruzioni del fabbricante per eseguire l'analisi. Chiudere con il tappo immediatamente dopo l'uso.
3. Compresse reattive o stick per test di gravidanza: togliere il tappo dalla provetta e pipettare la quantità richiesta di controllo seguendo le istruzioni del fabbricante del reagente. Richiudere con il tappo subito dopo l'uso.

Analisi al Microscopio

Se si usa un metodo standardizzato per l'analisi al microscopio, seguire le istruzioni forniti dal fabbricante. Ogni laboratorio dovrebbe stabilire i propri valori di riferimento nel caso utilizzi sistemi diversi da quelli elencati.

Se per l'analisi microscopica non si utilizza un metodo standard, centrifugare la UA DipTube per 5 minuti a 450 RCF (forza centrifuga relativa). Eliminare il supernatante, lasciando circa 0,5 mL. Risospendere delicatamente il sedimento, trasferendone una goccia su un vetrino per microscopio pulito e asciutto e coprire con un coprioggetto da 22 mm. I valori riportati corrispondono al range di elementi microscopici contati in 10 hpf (campi ad alto ingrandimento). Ogni laboratorio deve stabilire i propri range normali.

Maneggiare il UA DipTube nello stesso modo utilizzato per quelli dei pazienti. La manipolazione conforme del controllo è indispensabile per ottenere risultati uniformi.

Questo prodotto contiene elementi cellulari che possono formare una piccola quantità di sedimento nel flacone. Per assicurare ritrovamenti costanti, capovolgere e miscelare prima dell'uso.

Il tubo contiene 12 mL di controllo. Per l'analisi microscopica occorre usare una provetta nuova o una provetta che non abbia contenuto l'immersione di più di 1 striscia reattiva. Per assicurare che i risultati microscopici siano riproducibili, bisogna usare un volume consistente.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Tutti i requisiti di controllo della qualità vanno soddisfatti in conformità alle normative vigenti o ai requisiti per l'accreditamento.

LIMITAZIONI DELLA PROCEDURA

Per assicurare risultati riproducibili, miscelare accuratamente il UA DipTube prima di ogni uso.

Per assicurare risultati microscopici riproducibili, bisogna usare un volume consistente. Per l'analisi microscopica usare una provetta nuova o una provetta che non abbia contenuto l'immersione di più di 1 striscia reattiva.

Le sfere organiche usate per simulare i leucociti possono esibire caratteristiche di colorazione diverse da quelle dei leucociti umani.

Per l'elenco delle limitazioni di ciascun metodo di test, riferirsi alle istruzioni per l'uso del suo fabbricante. Solo per uso professionale.

ASSISTENZA TECNICA

Negli Stati Uniti, per ottenere assistenza tecnica, chiamare il numero verde 800-232-3342 o il numero 510-979-5417. Per aggiornamenti del foglietto illustrativo e informazioni, se il laboratorio ha sottoscritto il programma LabLink XL, visitare il sito www.maslablink.com e selezionare LabLink Extra. In alternativa, per iscriversi al programma LabLink XL, chiamare il numero 800-232-3342 (numero verde per chi chiama dagli USA) o il numero 510-979-5451.

Al di fuori degli Stati Uniti, se il laboratorio ha sottoscritto il programma LabLink XL, visitare il sito www.maslablink.com e selezionare LabLink Extra. In alternativa, contattare l'ufficio vendite di zona o il distributore autorizzato.

N. Cat.	Description	Confezione
UAT-MP	UA DipTube, Confezione mista	10 x 12 mL

MAS® UA DipTube

CONTROL VALORADO PARA ANÁLISIS DE ORINA

IVD

INDICACIONES DE USO

El MAS® UA DipTube ha sido preparado para usarlo en el laboratorio clínico como control para los procedimientos cualitativos y semi-cuantitativos en las pruebas rutinarias de análisis de orina. Los valores de prueba suministrados son específicos para los sistemas analíticos mencionados. El usuario puede comparar sus observaciones con los intervalos previstos para confirmar la consistencia en el funcionamiento de los reactivos y de los equipos. Este producto es apropiado para usarse como material de control en los métodos fisicoquímicos, químicos y microscópicos de los análisis de orina de rutina. El UA DipTube puede usarse conjuntamente con los sistemas estandarizados disponibles en el mercado para el análisis microscópico de la orina.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El UA DipTube es un material de control líquido estable preparado a partir de orina humana. Los niveles de sus componentes han sido ajustados con varios productos químicos puros y con materiales de origen humano. El UA DipTube también contiene conservantes y estabilizantes.

PELIGRO: El control UA DipTube contiene <0,9% de albúmina de suero bovino (BSA), ≤0,1% de sal sódica de sulfobromoftaleína y <0,006% de mezcla 3:1 de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona + 2-metil-4-isotiazolina-3-ona (PROCLIN)..

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Evitar respirar los vapores o la neblina. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes de protección/ protección para los ojos/ máscara de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel: Lavar la zona con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INHALACIÓN: Si la víctima respira con dificultad, transfórtela al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad. En caso de irritación o erupción de la piel: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. En caso de experimentar síntomas de dificultad respiratoria: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente en un lugar que esté en conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

El UA DipTube se prepara a partir de mezclas de orina humana y contiene otras materias de origen humano. Los componentes del control derivados de materias de origen humano han sido analizados usando métodos aceptados por la FDA (Administración Federal de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.) y se ha observado que dan negativo en las pruebas del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), de los anticuerpos de la hepatitis C (VHC) y del SIDA (VIH-1 y VIH-2). Sin embargo, ningún método de análisis puede ofrecer garantía absoluta de que los productos derivados de materias de origen humano están libres de agentes infecciosos. Este control debe manipularse de acuerdo con las recomendaciones indicadas en el manual de los Centros de Control de Enfermedades/ Institutos Nacionales de la Salud de los EE.UU. titulado "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories," publicado en 2009.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenamiento refrigerado (2-8°C): almacene el UA DipTube sin abrir a una temperatura de 2-8°C. Los envases sin abrir permanecen estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Una vez abiertos, los frascos del control permanecen estables durante 8 semanas o 20 inmersiones de la tira de reactivo, lo que ocurre primero.

Almacenamiento a temperatura ambiente (18-25°C): los tubos abiertos del control son estables durante 2 semanas o 10 inmersiones de la tira de reactivo, lo que ocurre primero.

No los congele.

La contaminación bacteriológica produce un aumento de la turbidez y/o un olor característico. Deseche el frasco si observa evidencia de contaminación microbiana.

VALORES PREVISTOS

Los valores previstos pueden variar ligeramente si se usan diferentes números de lotes y tiras reactivas. Consulte la tabla adjunta para ver los valores obtenidos en sistemas específicos. La práctica correcta y adecuada de laboratorio sugiere que cada laboratorio establezca sus propios parámetros.

Los valores indicados se obtuvieron con los instrumentos, los reactivos y los procedimientos del fabricante de los instrumentos disponibles en el momento de realizar las pruebas. Las modificaciones subsiguientes en los instrumentos, en los agentes reactivos o en los procedimientos podrían invalidar estos valores.

Los laboratorios que usen métodos diferentes de los mencionados deberán establecer sus propios intervalos previstos.

INSTRUCCIONES DE USO

Material necesario pero NO suministrado:

- Portaobjetos
- Pipetas
- Pueden usarse los tubos de centrífuga, los portaobjetos y las pipetas de los sistemas de análisis de orina estandarizados.
- Centrifuga capaz de generar una fuerza centrífuga relativa (RCF) de 400, para el método KOVA, o de 450, para los métodos manuales.

- Un microscopio con un objetivo de 10x y una lente de objetivo de 40x

- Colorante para tinción de análisis de orina (Opcional)

- Tiras reactivas químicas

- Cualquier otro equipo adicional de laboratorio de reactivos necesarios para realizar los análisis fisicoquímicos, químicos y microscópicos requeridos.

Permita que el UA DipTube esté a temperatura ambiente. Mezcle a fondo el contenido del tubo antes de cada uso invirtiéndolo con suavidad durante varios minutos (al menos 3 minutos). Vuelva a colocar el tapón inmediatamente y guarde el tubo entre 2 y 8 °C o a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C).

Pruebas físicas:

1. **Apariencia:** observe el color y la turbidez.

2. **Densidad relativa:** mida la densidad relativa usando un refractómetro o una tira reactiva.

Pruebas químicas:

1. Si la lectura de los resultados se hace a simple vista, compare la tira reactiva con la tabla de comparación de colores del fabricante. Si se utiliza un lector de tiras automatizado, siga las instrucciones de uso del fabricante.

2. Tiras reactivas: destape el tubo y sumerja la tira reactiva en el control. Retire la tira inmediatamente y siga las instrucciones del fabricante para realizar la prueba. Tape de nuevo el tubo inmediatamente después de utilizarlo.

3. Tabletas de reactivo o cartuchos de embarazo: destape el tubo y pipete la cantidad necesaria de control de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Tape de nuevo el tubo inmediatamente después de utilizarlo.

Análisis en el Microscopio:

Si usa una metodología estandarizada para el análisis microscópico, siga las recomendaciones del fabricante. Para sistemas distintos a los enumerados, cada laboratorio deberá establecer sus propios valores.

Si el análisis microscópico no sigue una metodología normalizada, centrifugue el UA DipTube durante 5 minutos con una fuerza centrífuga relativa (FCR) de 450. Vacie el sobrenadante dejando aproximadamente 0,5 mL. Vuelva a suspender el sedimento con suavidad y transfiera una gota a un portaobjetos limpio y seco y cúbrala con un cubreobjetos de 22 mm. Los valores se presentan como el intervalo de elementos microscópicos contados en 10 CGA (campos de gran aumento). Cada laboratorio debe establecer sus propios intervalos de referencia.

Maneje el UA DipTube de la misma manera que las muestras de los pacientes. Es necesaria una manipulación consistente del control para que los resultados sean uniformes.

Este producto contiene elementos celulares que pueden formar un pequeño sedimento en el frasco. Para asegurar recuperaciones constantes, invertir el frasco y mezclar bien antes del uso.

El tubo contiene 12 mL del control. **Para el análisis microscópico, debería utilizarse un tubo nuevo o que no haya tenido más de 1 inmersión de tiras reactivas.** Un volumen constante para hacer pruebas es esencial para obtener resultados microscópicos reproducibles.

CONTROL DE CALIDAD

Todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas o los requisitos de acreditación locales, estatales o federales.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

El UA DipTube debe mezclarse bien antes de usarlo para asegurar resultados reproducibles.

Para los análisis debe usarse un volumen constante para poder asegurar resultados microscópicos reproducibles. Para el análisis microscópico, debería utilizarse un tubo nuevo o que no haya tenido más de 1 inmersión de tiras reactivas.

Es posible que las esteras orgánicas usadas para simular los leucocitos no presenten las mismas características de coloración que los leucocitos humanos.

Consulte en el folleto del producto del fabricante la lista de las limitaciones de cada método de análisis. Sólo para uso profesional.

ASISTENCIA TÉCNICA

En los EE.UU., llame al 800-232-3342 (número gratuito desde EE. UU.) ó al 510-979-5417 para obtener asistencia técnica. Si su laboratorio está suscrito a LabLink XL, consulte la web www.maslablink.com y seleccione LabLink Extra para obtener el prospecto actualizado y más información. Para suscribirse a LabLink XL, llame al 800-232-3342 (número gratuito desde EE. UU.) o al 510-979-5451.

Fuera de los Estados Unidos, si su laboratorio está suscrito a LabLink XL, consulte la web www.maslablink.com y seleccione LabLink Extra. O bien, póngase en contacto con su oficina de ventas local o con un distribuidor autorizado.

Cat. N°.	Descripción	Tamaño
UAT-MP	UA DipTube, Niveles múltiples	10 x 12 mL

MAS® UA DipTube

FLYDENDE ANALYSERET KONTROLMATERIALE TIL URINANALYSE

IVD

TILSIGTET ANVENDELSE

MAS® UA DipTube er beregnet til brug i det kliniske laboratorium som kontrolmateriale til kvalitative og semi-quantitative procedurer til rutinemæssig test vha. urinanalyse. Der angives analyseværdier for de specifikke systemer. Brugerne kan sammenligne observationer med forventede områder for at sikre konsistensen i reagenset og instrumentet. Produktet er egnet til brug som kontrolmateriale til fysisk-kemiske, kemiske og mikroskopiske metoder til rutinemæssig urinanalyse. **UA DipTube** kan eventuelt bruges sammen med kommersielt tilgængelige standardsystemer til mikroskopisk urinanalyse.

PRODUKTBESKRIVELSE

UA DipTube er et flydende stabilt kontrolmateriale fra humant urin. Analyseniveauerne justeres med forskellige rene kemikalier og humane kildematerialer. **UA DipTube** indeholder også konserveringsmidler og stabilisatorer.

FARE: **UA DipTube**-kontrolmateriale indeholder < 0,9 % bovin serumalbumin (BSA), ≤ 0,1 % sulfobromphthaleinnatriumsalt og ≤ 0,006 % 3:1-blanding: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on+ 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (PROCLIN).

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Undgå indånding af tåge eller damp. Kontamineret arbejdstøj må ikke tages med ud fra arbejdspladsen. Brug beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bruges åndedrætsværn. Ved kontakt med hud: Vask med rigeligt med sæbe og vand. **VED INDÅNDING:** Hvis vejtrækningen er besværet, skal den utsatte person flyttes til frisk luft og holdes i ro i en stilling, der letter vejtrækningen. Hvis der forekommer hiduritation eller udstød: Søg lægehjælp. Hvis der opleves åndedrætsymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Vask kontamineret tøj, før det bruges igen. Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokale, regionale, nationale og internationale forordninger.

UA DipTube er fremstillet af puljer med humant urin og indeholder andet humant kildemateriale. Komponenterne i kontrolmaterialet, som stammer fra humant kildemateriale, er blevet testet ved hjælp af FDA-godkendte metoder, og der er ikke påvist hepatitis B overflade-antigen (HBsAg), Hepatitis C-antistof (HCV) og HIV-1- og HIV-2-antistof. Ingen testmetode kan dog give en fuldstændig garanti mod tilstedeværelsen af smittefarlige stoffer i produkter, der stammer fra humant kildemateriale. Dette kontrolmateriale skal håndteres i henhold til anbefalingerne fra Center for Disease Control/National Institutes of Health manual, "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories", 2009.

OPBEVARING OG HOLDBARHED

Nedkølet opbevaring (2-8 °C): Uåbnet **UA DipTube** skal opbevares ved 2-8 °C. Uåbnede rør er stabile indtil udløbsdatoen på etiketten. Når de har været åbnet, er rør med kontrolmateriale stabile i 8 uger eller 20 nedsænkninger af reagensstrimler, hvad der end måtte komme først.

Opbevaring ved stuetemperatur (18-25 °C): Åbne rør med kontrolmateriale er stabile i 2 uger eller 10 nedsænkninger af reagensstrimler, hvad der end måtte komme først.

MÅ IKKE nedfrysse.

Bakteriekontaminering giver en øget turbiditet og/eller en karakteristisk lugt. Bortskaf hætteglasset, hvis der er tegn på mikrobekontaminering.

FORVENTEDE VÆRDIER

De forventede værdier kan variere lidt, hvis der bruges andre partenumre og reagensstrimler. Værdier målt for de enkelte systemer fremgår af det medfølgende skema. I henhold til god laboratoriepraksis skal det enkelte laboratorium fastsætte sine egne parametre.

De værdier, der er angivet, er fremkommet ved hjælp af instrument(er) og reagenser og procedurer fra instrumentproducenten på tidspunktet for analysen. Efterfølgende ændringer af instrument, reagens eller procedurer kan gøre disse værdier ugyldige. Laboratorier, der bruger andre metoder end dem, der er angivet, skal selv fastlægge deres egne forventede områder.

BRUGSANVISNING

Nødvendige med IKKE medfølgende materialer:

- Objektglas
- Pipetter
- Centrifugerør, objektglas og pipetter fra standardsystemer til urinanalyse kan anvendes
- Centrifuge, der er i stand til at generere en RCF på 400 for KOVA-metoden eller 450 for manuelle metoder.

- Mikroskop med en 10x objektivlinse og en 40x objektivlinse

- Urinanalysefarve (valgfrit)
- Kemiske reagensstrimler
- Eventuelt andet laboratorieudstyr eller reagens, der kræves til udførelsen af påkrævede fysisk-kemiske, kemiske og mikroskopiske analyser.

Lad **UA DipTube** opnå stuetemperatur. Bland indholdet i røret grundigt før brug ved at vende det forsigtigt i flere minutter (mindst 3 minutter). Sæt straks hætten på igen, og opbevare det åbnede rør ved 2-8 °C eller ved stuetemperatur (18-25 °C).

Fysiske test:

1. **Udseende:** Undersøg farven og turbiditeten visuelt.
2. **Massefyld:** Mål massefylden ved hjælp af et refraktometer eller en reagensstrimmel.

Kemiske test:

1. Hvis du aflæser resultaterne visuelt, skal du sammenligne reagensstrimlen med producentens farvesammenligningsskema. Hvis du bruger en automatisk strimleflæser, skal du følge producentens brugsanvisning.
2. Reagensstrimler: Fjern hætten fra tuben og nedskær reagensstrimlen i kontrolmaterialet. Fjern strimlen med det samme, og følg producentens testinstruktioner. Sæt straks hætten på igen efter brug.
3. Reagenstabletter eller gravitetskassette: Fjern hætten fra tuben, og pipettér den nødvendige mængde iht. reagensproducentens instruktioner. Sæt straks hætten på igen efter brug.

Mikroskopisk analyse:

Hvis der bruges en standardiseret metode til mikroskopisk analyse, skal producentens anbefalinger følges. Hvert enkelt laboratorium skal selv fastlægge sine egne værdier for andre end de angivne systemer.

Hvis der bruges en ikke standardiseret metode til mikroskopisk analyse, skal **UA DipTube** centrifugeres i 5 minutter ved 450 RCF (relativ centrifugeringeskraft). Hæld supernatant fra, og lad ca. 0,5 ml være tilbage. Genopslæm forsigtigt sedimentet, og overfør en dråbe til et rent, tørt mikroskopobjektglas, og dæk det med et dækglas på 22 mm. De rapporterede værdier består af området med mikroskopiske elementer på 10 hpf (felter med stor forstørrelse). Hvert laboratorium skal fastlægge sine egne områder.

Håndter **UA DipTube** på samme måde som andre patientprøver. Konsekvent håndtering af kontrolmateriale er nødvendig for at opnå ensartede resultater.

Dette produkt indeholder celleelementer, der kan udgøre en lille del af sedimentet i flasken. Vend og bland grundigt før brug for at sikre konsekvente gendannelser.

Røret indeholder 12 ml. kontrolmateriale. **Til mikroskopisk analyse skal der bruges et nyt rør eller et rør, som kun har haft 1 reagensstrimmel nedsænket.** En konsistent testmængde er vigtig for reproducerbarenhed af de mikroskopiske resultater.

KVALITETSKONTROL

Alle kvalitetskontroller skal udføres i henhold til lokale, statslige og/eller nationale regler eller godkendelseskrav.

BEGRÆNSNINGER I FREMGANGSMÅDEN

UA DipTube skal blandes grundigt for hver brug for at sikre reproducerbare resultater. Der skal bruges en konsistent testmængde for at sikre reproducerbarheden af de mikroskopiske resultater. Til mikroskopisk analyse skal der bruges et nyt rør eller et rør, som kun har haft 1 reagensstrimmel nedsænket.

Organiske områder, der bruges til simulering af leukocyter, udviser muligvis ikke de samme farvningsegenskaber som humane leukocyter.

Se producentens indlægseddelen for en oversigt over begrænsningerne for hver testmetode. Kun til professionelt brug.

TEKNISK ASSISTANCE

For teknisk assistance i USA skal du ringe på 800-232-3342 eller 510-979-5417. Hvis dit laboratorium har abonnement på LabLink XL, kan du gå til www.maslablink.com og vælge LabLink Extra for at se oplysninger og opdateringer til indlægseddelen. Alternativt kan du tegne abonnement på LabLink XL ved at ringe på 800-232-3342 eller 510-979-5451.

Hvis dit laboratorium er uden for USA og har abonnement på LabLink XL, kan du gå til www.maslablink.com og vælge LabLink Extra. Ellers kan du kontakte dit lokale salgskontor eller din autoriserede distributør.

Kat. nr. UAT-MP	Beskrivelse UA DipTube, multipakning	Størrelse 10 x 12 ml
--------------------	---	-------------------------

MAS® UA DipTube

VLOEIBAAR GEANALYSEERD CONTROLEMIDDEL VOOR URINEONDERZOEK

IVD

BEOOGD GEBRUIK

MAS® UA DipTube is bedoeld voor gebruik in klinische laboratoria, als een controlemiddel voor de kwalitatieve en semi-kwantitatieve testprocedures die worden toegepast bij routinematige urineonderzoeken. Er zijn analysewaarden beschikbaar voor elk van de vermelde specifieke systemen. Om het correct functioneren van reagentia en instrumenten te controleren, kunt u een observatie vergelijken met een verwacht bereik. Het product is geschikt voor gebruik als controlemiddel voor de fysiochemische, chemische en microscopische methoden die worden toegepast in routinematige urineonderzoeken. **UA DipTube** kan worden gebruikt in combinatie met algemeen verkrijgbare gestandaardiseerde systemen voor microscopische urineonderzoeken.

PRODUCTBESCHRIJVING

UA DipTube is een vloeibaar, stabiel controlemiddel dat is bereid uit menselijke urine. De analietspiegels zijn aangepast met behulp van diverse zuivere chemicaliën en menselijk bronmateriaal. UA DipTube bevat tevens conserveringsmiddelen en stabilisatoren.

GEVAAR: **UA DipTube**-controle bevat <0,9% bovenre serumalbumine (BSA), ≤0,1% sulfobromoftaleïne natriumzout en ≤0,006% 3:1 mengsel: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-één + 2-methyl-4-isothiazoline-3-één (PROCLIN).

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Inademing van nevel of damp vermijden. Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten. Beschermdende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Bij contact met de huid: Met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte afvallocatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

UA DipTube is bereid uit verzamelingen menselijke urine en bevat menselijk bronmateriaal. Op basis van tests aan de hand van door de FDA goedgekeurde methoden is vastgesteld dat componenten van het controlemiddel die zijn bereid uit menselijk bronmateriaal niet reageren op Hepatitis B-oppervlakte-antigenen (HBsAg), Hepatitis C-antistoffen (HCV) en HIV-1- en HIV-2-antistoffen. Er is evenwel geen enkele test op basis waarvan met 100% zekerheid kan worden gegarandeerd dat producten die zijn bereid uit menselijk bronmateriaal geen infectieverwekkende stoffen bevatten. Dit controlemiddel moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Bioveiligheid in microbiologische en biomedische laboratoria)" uit 2009, uitgegeven door het Center for Disease Control (Centrum voor ziektetbestrijding) en de National Institutes of Health (Nationale gezondheidsinstituten).

OPSLAG EN STABILITEIT

Opslag in koeling (2-8 °C): Ongeopende **UA DipTube** moet worden bewaard bij 2-8 °C. Ongedane buisjes zijn stabiel tot de houdbaarheidsdatum die op het etiket wordt vermeld. Na opening blijven controlebuisjes maximaal 8 weken lang stabiel of kunt u een reagensstrook maximaal 20 maal hierin dompelen.

Opslag bij kamertemperatuur (18-25 °C): Na opening blijven controlebuisjes 2 weken lang stabiel of kunt u een reagensstrook maximaal 10 maal hierin dompelen.

Niet invriezen.

Bacteriële besmetting zorgt voor toename van de troebelheid en/of een herkenbare geur. Gooi flesjes waarin u tekenen van microbiële besmetting ontdekt direct weg.

VERWACHTE WAARDEN

De verwachte waarden van verschillende partijnummers en reagentiastroken kunnen enigszins van elkaar verschillen. Raadpleeg de bijgesloten tabel voor waarden die met specifieke systemen zijn verkregen. Het is in laboratoria gebruikelijk dat elk laboratorium de eigen parameters vaststelt.

De vermelde waarden zijn verkregen met gebruik van een instrument, en reagentia en procedures van de fabrikant van het instrument, die beschikbaar waren op het moment van de analyse. Latere aanpassingen van het instrument, de reagentia of de procedures kunnen ertoe leiden dat deze waarden niet langer geldig zijn.

Laboratoria die andere methoden gebruiken dan de methoden die hier worden vermeld, moeten een eigen bereik met verwachte waarden bepalen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vereiste, doch NIET meegeleverde materialen:

- Glaasjes
- Pipetjes
- Centrifugebuisjes, glasjes en pipetjes van gestandaardiseerde urineonderzoekssystemen mogen worden gebruikt
- Een centrifuge die een RCK van 400 (voor de KOVA-methode) of van 450 (voor handmatige methoden) kan genereren.

- Een microscoop met een objectief lens met zoomfactor 10 en 40
- Een kleurreagens voor urineonderzoek (optie)

- Stroken met een chemische reagens

- Extra laboratoriumapparatuur of reagentia die nodig zijn voor het uitvoeren van de vereiste fysiochemische, chemische en microscopische analyses.

Laat de **UA DipTube** op kamertemperatuur komen. Meng de inhoud van het buisje grondig vóór elk gebruik door het gedurende ten hoogste 3 minuten steeds om te draaien. Plaats de dop onmiddellijk terug op het buisje en bewaar het geopende buisje bij 2-8 °C of bij kamertemperatuur (18-25 °C).

Fysieke tests:

1. **Uiterlijk:** kijk of het middel de juiste kleur en troebelheid heeft.
2. **Relatieve dichtheid:** meet de relatieve dichtheid met een refractometer of een reagensstrook.

Chemische tests:

1. Als u een visuele controle van de resultaten uitvoert: vergelijk de reagensstrook met het kleurvergelijgingsdiagram van de fabrikant. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op als u een automatische strooklezer gebruikt.
2. Reagensstroken: verwijderd de dop van het buisje en dompel de reagensstrook in het controlemiddel. Haal de strook meteen uit het middel en volg de testinstructies van de fabrikant op. Plaats de dop na gebruik onmiddellijk terug.
3. Tabletten met reagens of zwangerschapscassettes: verwijder de dop van het buisje en voeg met een pipet de vereiste hoeveelheid controlesmiddel toe, volgens de instructies van de fabrikant van de reagens. Plaats de dop na gebruik onmiddellijk terug.

Microscopische analyse:

Als u een gestandaardiseerde methodologie voor microscopische analyse gebruikt, volgt u de aanbevelingen van de fabrikant op. Elk laboratorium moet bij gebruik van een andere systeem dan de hier vermelde systemen zelf een bereik met waarden bepalen.

Als u een niet-gestandaardiseerde methodologie voor microscopische analyse gebruikt, centrifugeert u de **UA DipTube** gedurende 5 minuten bij 450 RCK (Relatieve Centrifugale Kracht). Giet de bovenste laag af, zodat ca. 0,5 ml overblijft. Suspender het sediment voorzichtig opnieuw, breng een druppel aan op een droog en schoon microscoopglasje en dek de druppel af met een afdekglasje van 22 mm. De vermelde waarden vormen een bereik van microscopische elementen die in 10 hpf's (high powered fields) zijn gemeten. Elk laboratorium moet zelf een bereik met waarden bepalen.

Verwerk de **UA DipTube** op dezelfde manier als patiëntmonsters. Voor uniforme resultaten is het belangrijk dat het controlesmiddel op een consistente manier wordt verwerkt.

Dit product bevat cellulaire elementen die een kleine hoeveelheid sediment in het flesje kunnen vormen. Zorg ervoor dat u de inhoud van het buisje goed mengt door het buisje een aantal keren om te draaien, zodat u zeker kunt zijn van een consistente terugwinning. Het buisje bevat 12 ml van het controlesmiddel. **Een schoon buisje of een buisje waarin de reagensstrook niet meer dan eenmaal is gedompeld, moet worden gebruikt voor microscopische analyse.** Voor reproduceerbare microscopische resultaten is het essentieel dat u een consistent testvolume hanteert.

KWALITEITSCONTROLE

Alle vereiste maatregelen voor kwaliteitscontrole moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke, regionale en/of landelijke regels of accreditatievereisten.

BEPERKING VAN PROCEDURE

UA DipTube moet vóór elk gebruik grondig worden gemengd om reproduceerbare resultaten te verkrijgen.

Voor reproduceerbare microscopische resultaten moet een consistent testvolume worden gebruikt. Een schoon buisje of een buisje waarin de reagensstrook niet meer dan eenmaal is gedompeld, moet worden gebruikt voor microscopische analyse.

Organische bolletjes die worden gebruikt om leukocyten te simuleren, leveren mogelijk niet dezelfde kleurkenmerken op als menselijke leukocyten.

Zie de bijsluiter van de fabrikant van het product voor een lijst met beperkingen van elke testmethode. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voor technische ondersteuning in de VS kunt u 800-232-3342 of 510-979-5417 bellen. Voor informatie en bijgewerkte bijsluiters kunt u, als uw laboratorium een abonnement heeft op LabLink XL, een bezoek brengen aan www.maslablink.com en LabLink Extra selecteren. Als u een abonnement op LabLink XL wilt afsluiten, kunt u 800-232-3342 of 510-979-5451 bellen.

Buiten de VS kunt u, als uw laboratorium een abonnement heeft op LabLink XL, een bezoek brengen aan www.maslablink.com en LabLink Extra selecteren. U kunt ook contact opnemen met het verkoopkantoor of de geautoriseerde distributeur in uw land.

Cat. Nr.	Beschrijving	Grootte
UAT-MP	UA DipTube, multipak	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

VIRTSAMÄÄRITYKSEN KONTROLLILIUOS

IVD

KÄYTTÖTARKOITUS

MAS® UA DipTube on tarkoitettu käytettäväksi kliinisessä laboratoriassa kvalitatiivisena ja semikvanttiivisena kontrollina rutiininomaissa virtsakokeissa. Määritysarvot on annettu luetteluita järjestelmistä. Käyttäjä voi verrata havaintoja odottettuihin vaihteluväleihin keinona varmistaa reagenssi ja laitteiston yhdenmukainen toiminta. Tuote sopii käytettäväksi fysiokemiallisilla, kemiallisilla ja mikroskooppisilla menetelmillä suoritettavien rutiininomaisten virtsakokeiden kontrollimateriaalina. **UA DipTube** -putkeaa voidaan käyttää yhdessä kaupalliseksi saatavilla olevien virtsan mikroskooppisen analyysin standardoitujen järjestelmien kanssa.

TUOTTEEN KUVAUS

UA DipTube on nestemäinen stabiili kontrollimateriaali, joka on valmistettu ihmisen virtsasta. Analyytipitoisuudet on säädetty erilaisilla puhtailla kemikaaleilla ja ihmisperäisillä materiaaleilla. **UA DipTube** sisältää myös sälöntääaineita ja vakautusaineita.

VAARA: **UA DipTube** -kontrolliliuos sisältää <0,9 % naudan seerumin albumiinia (BSA), ≤0,1 % sulfobromiftaleiini-natriumsuolaa ja ≤0,006 % seuraavaa seosta (suhde 3:1): 5-klori-2-metyyli-4-isotiaanolini-3-oni + 2-metyyli-4-isotiaanolini-3-oni (PROCLIN).

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H334 - Voi aiheuttaa allergisia tai astmaattisia oireita tai hengitysvaikeuksia sisäänhengittetyän.

Välttämällä sumun tai höyrystä hengittämistä. Kontaminoituneita työvaatteita ei saa viedä pois työpaikalta. Käytä suojakäsineitä/suojalaseja/kasvosuojusta. Mikäli tuuletus on riittämätön, käytä hengityssuojaista. Jos ainetta pääsee iholle: pese runsaalla saippualla ja vedellä. SISÄÄNHENGITETTYNÄ: jos hengittämisen on vaikaa, poista uhri raittiseen ilmaan ja pidä hänet levossa asennossa, jossa hän voi hengittää mukavasti. Jos ihoärsytystä tai ihottumaan ilmenee: hakeudu lääkärinhoitoon. Jos ilmenee hengitysoireita: soita MYRKYYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärille. Kontaminoituneet vaatteet on pestäävän ennen uudelleenkäyttöä. Sisältö/säiliö on hävitettävä paikan päällä paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisen säädösten mukaisesti.

UA DipTube on valmistettu ihmisen virtsapoolista, ja se sisältää muuta ihmisperäistä materiaalia. Kontrolliliuoksen aineosat, jotka ovat ihmisperäisestä materiaalista, on testattu FDA:n hyväksymien menetelmien, ja niiden on havaittu olevan reagoimattomia hepatiitti B:n pinta-antigeenin (HBsAg), hepatiitti C:n (HCV) vasta-aineiden, HIV-1:n ja HIV-2:n vasta-aineiden osalta. Mikään testimenetelmä ei kuitenkaan voi tarjota absoluuttista varmuutta siitä, että ihmisperäisistä materiaaleista valmistetut tuotteet eivät sisällä tarttunavaaraallisia aineita. Tätä kontrolliliuosta on käsiteltävä Centers for Disease Controlin / National Institutes of Healthin oppaan "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 2009" suositusten mukaisesti.

SÄILYTYS JA STABIILIUS

Jääkaapissa (2–8 °C): Säilytää avaamaton **UA DipTube** 2–8 °C:ssa. Avaamattomat putket ovat stabileja etiketissä mainittuun viimeiseen käyttöpäivään asti. Kun putket avataan, ne pysyvät stabileina kahdeksan viikkoa tai 20 reagenssiliuskan upotuksen ajan sen mukaan, kumpi näistä tulee ensin.

Säilytys huonelämpötilassa (18–25 °C): Avatut putket pysyvät stabileina kaksi viikkoa tai 10 reagenssiliuskan upotuksen ajan sen mukaan, kumpi näistä tulee ensin. **Ei saa pakastaa.**

Bakteerikontaminaatio lisää sameutta ja/tai ominaista hajua. Ampulli on hävitettävä, jos siinä näky merkkejä mikrobikontaminaatiosta.

ODOTUSARVOT

Odotetut arvot voivat vaihdella hieman eri erien ja reagenssiliuskojen mukaan. Katso oheisesta taulukosta tietystä järjestelmistä saadut arvot. Hyvä laboratoriokäytännön mukaisesti jokaisen laboratorion on määritettävä omat parametrinsa.

Luetellut arvot saatuaan käytämällä instrumentteja ja instrumenttien valmistajan reagensseja ja suosittelemia toimenpiteitä määritysthetkellä. Myöhemmät instrumentin, reagenssi tai toimenpiteen muutokset voivat mitätöidä nämä arvot.

Laboratorioiden, jotka käyttävät muita kuin lueteltuja arvoja, on määritettävä omat odotetut vaihteluväliä.

KÄYTTÖOHJEET

Tarvittavat materiaalit, jotka EIVÄT sisälly toimitukseen:

- Objektilasit
- Pipetti
- Sentrifugiputkia, objektilaseja ja pipettejä standardoiduista virtsamääritysjärjestelmistä voidaan käyttää
- Sentrifugi, joka kykee luomaan 400 G:n voiman KOVA-menetelmällä tai 450 manuaalisilla menetelmillä

- Mikroskooppi, jossa on 10x-objektiivi ja 40x-objektiivilinssi
- Virtsamääritysvärijäys (valimainen)
- Kemikaalireagenssiliuskat
- Kaikki muut laboratoriotorvikkeet tai reagenssit, joita tarvitaan fysiokemiallisten, kemiallisten ja mikroskooppisten analysiin suorittamiseen.

Anna **UA DipTube** -putken lämmetä huoneenlämpöiseksi. Sekoita putken sisältö perusteellisesti ennen jokaista käyttöä kääntelemällä ampullia varovasti useiden minuuttien ajan (vähintään 3 minuutti). Aseta korkki välittömästi takaisin ja säilytä avattua putkea 2–8 °C:ssa tai huoneenlämmössä (18–25 °C).

Fyysiset testit:

1. **Olomuoto:** Tarkasta väri ja sameus visuaalisesti.
2. **Tarkka painovoima:** Mittaa tarkka painovoima refraktometrillä tai reagenssiliuskalla.

Kemialliset testit:

1. Jos luet tuloksia visuaalisesti, vertaa reagenssiliuskaa valmistajan värvirvertailuavioon. Jos käytät automaattista liuskalukijaa, noudata valmistajan käyttöohjeita.
2. Reagenssiliuskat: Irrota putken korkki ja upota reagenssiliuska kontrolliliuokseen. Poista liuska nopeasti ja noudata valmistajan testausohjeita. Aseta korkki takaisin heti käytön jälkeen.
3. Reagenssitabletit tai raskaustestikasetit: Irrota putken korkki ja pipetoi tarvittava määrä kontrolliliuosta reagenssin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aseta korkki takaisin heti käytön jälkeen.

Mikroskopia-analyysi:

Jos käytät standardoituja menetelmiä mikroskopia-analyysiin, noudata valmistajan suosituksia. Jokaisen laboratorion on määritettävä omat arvot järjestelmille, joita ei ole mainittu luettelossa.

Jos mikroskopia-analyysissä käytetään standardoimatonta menetelmää, on sentrifugoitava **UA DipTube** -putkeaa 5 minuutin ajan 450 G:n voimalla (suhteellinen sentrifugaalinen voima). Kaada pois supernatanti ja jätkä noin 0,5 ml. Uudelleensuspensoi varovasti sakka siirtämällä yksi tippa puhtalle, kuivalle objektilasille ja peitä se 22 mm:n peitelisällä. Ilmoitettavat arvot ovat 10 hpf:n (suuritehokkintiä) laskettujen mikroskooppisten elementtien alueella. Kunkin laboratorion on määritettävä omat vaihteluväliä.

Käsittele **UA DipTube** -putkeaa samalla tavalla kuin potilaanäytteitä. Kontrolliliuoksen yhdenmukainen käsitteily on tarpeen, jotta tulokset ovat yhdenmukaisia.

Tämä tuote sisältää soluelementtejä, jotka voivat muodostaa pienien määräin sakkaa pulloon. Jotta saannot ovat yhdenmukaisia, kääntele ja sekoita hyvin ennen käyttöä.

Putki sisältää 12 ml kontrolliliuosta. **Mikroskopia-analyysissä on käytettävä uttaa putkea tai putke, johon on upotettu korkeintaan yksi reagenssiliuska.** Yhdenmukainen testausmäärä on tärkeää toistettaville mikroskopiatuloksiille.

LAADUNVALVONTA

Kaikkien laadunvalvontatoimien on noudatettava paikallisia, valtiollisia ja/tai kansallisia määräyksiä tai akkreditointivaatimuksia.

TOIMENPITEIDEN RAJOITUKSET

UA DipTube on sekoitettava hyvin ennen jokaista käyttöä. Tämä varmistaa toistettavat tulokset.

Yhdenmukainen testausmäärä on välittämätön toistettavien mikroskopiatulosten kannalta. Mikroskopia-analyysissä on käytettävä uttaa putkea tai putke, johon on upotettu korkeintaan yksi reagenssiliuska.

Orgaanisilla paloilla, joilla simuloidaan leukosyyttejä, ei ehkä ole samoja väryäysominaisuuksia kuin ihmisen leukosyyteillä.

Katso valmistajan tuoteselosteesta luettelo kunkin testimenetelmän rajoituksista. Vain ammattikäytöön.

TEKNINEN TUKI

Yhdysvalloissa teknistä tukea saa numerosta 800 232 3342 tai 510 979 5417. Tuoteselosten päävitykset ja tietoja saat, jos laboratoriosi on LabLink XL -tilaaja, käymällä osoitteessa www.maslablink.com ja valitsemalla LabLink Extra. Vaihtoehtoisesti voit tilata LabLink XL:n numerosta 800 232 3342 tai 510 979 5451.

Yhdysvaltojen ulkopuolella, jos laboratoriosi on LabLink XL -tilaaja, käy osoitteessa www.maslablink.com ja valitse LabLink Extra. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä paikalliseen myyntitoimistoon tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Tuote nro	Kuvaus	Koko
UAT-MP	UA DipTube, monipakkaus	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

IVD

ΠΡΟΠΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το **MAS® UA DipTube** προορίζεται για χρήση σε κλινικά εργαστήρια, ως μάρτυρας για τις ποιοτικές και ημιποστοκές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις συνήθεις δοκιμές ανάλυσης ούρων. Οι τιμές προσδιορισμού παρέχονται για τα συγκεκριμένα συστήματα που παρατίθενται. Ο χρόνης παροφέρεται σε συγκρίνεται τις παρατηρήσεις του με τα αναμενόμενα εύρη ως μέσο διασφάλισης της σταθερής απόδοσης τόσο του αντιδραστηρίου όσο και του εξοπλισμού. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως υλικό μάρτυρα για φυσικοχημικές, χημικές και μικροσκοπικές μεθόδους της συνήθους ανάλυσης ούρων. Το **UA DipTube** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εμπορικά διαθέσιμα τυποποιημένα συστήματα για μικροσκοπική ανάλυση ούρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **UA DipTube** αποτελεί υγρό σταθερό υλικό μάρτυρα παρασκευασμένο από ανθρώπινα ούρα. Τα επίπεδα αναλύτη προσαρμόζονται με διάφορες καθαρές χημικές ουσίες και ανθρώπινο πηγαίο υλικό. Το **UA DipTube** περιέχει επίσης συντηρητικά και σταθεροποιητικά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο μάρτυρας **UA DipTube** περιέχει <0,9% αλβουμινή ορού βοοειδών (BSA), ≤0,1% άλας νατρίου βρωμοσυλφοφθαλεΐνης και ≤0,006% του παρακάτω 3:1 μείγματος: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολινο-3-όν + 2-μεθυλο-4-ισοθειαζολινο-3-όν (PROCLIN).

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεύφωμα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Σε περίπτωση απεριόδυτης εργασίας, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφρονο νερό και ασπονδι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετε τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν παρατηρείτε ερεθισμός ή εμφανίστε εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επικοινωφεύτε γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση στην περιεχόμενη/ περιέκτη σε τοποθεσία σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

Το **UA DipTube** παρασκευάζεται από δείγματα ανθρώπινων ούρων και περιέχει και άλλο ανθρώπινο πηγαίο υλικό. Τα συστατικά του μάρτυρα που προέρχονται από ανθρώπινο πηγαίο υλικό έχουν ελεγχθεί με χρήση μεθόδων αποδεκτών από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) και έχουν βρεθεί μη αντιδραστικά για το επιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας B (HBsAg), το αντίσωμα του ιού της ηπατίτιδας C (HCV), καθώς και τα αντισώματα των ίων HIV-1 και HIV-2. Ωστόσο, καμία μέθοδος ελέγχου δεν μπορεί να επιβεβαιώσει πλήρως ότι τα προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο πηγαίο υλικό είναι ελεύθερα λοιμώγονων παραγόντων. Ο πάρον μάρτυρας πρέπει να υφίσταται χειρισμό σύμφωνα με τις συστάσεις του εγχειριδίου του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων/ Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των Η.Π.Α. (Centers for Disease Control/National Institutes of Health), «Βιοασφάλεια στα εργαστήρια μικροβιολογίας και βιοϊατρικής, 2009» (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 2009).

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Φύλαξη σε ψύξη (2-8 °C): Φυλάσσετε το **UA DipTube** σφραγισμένο στους 2-8 °C. Τα σφραγισμένα σωληνάρια είναι σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Αφού ανοιχθούν, τα σωληνάρια μάρτυρα παραμένουν σταθερά για 8 εβδομάδες ή 20 εμβυθίσεις ταϊνίας με αντιδραστήριο, όπου συμβεί πρώτο.

Φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C): Αφού ανοιχθούν, τα σωληνάρια μάρτυρα παραμένουν σταθερά για 2 εβδομάδες ή 10 εμβυθίσεις ταϊνίας με αντιδραστήριο, όπου συμβεί πρώτο.

ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΥΞΕΤΕ.

Η βακτηριακή μόλυνση προκαλεί αύξηση της θολότητας ή/και μια χαρακτηριστική οισμή. Απορρίψτε το φιλιδίο αν παρατηρήθουν στοιχεία μικροβιακής μόλυνσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ενδέχεται να υπάρχει μικρή διακύμανση των αναμενόμενων τιμών με διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας και αντιδραστήρια σε ταϊνίες. Για τις τιμές που λαμβάνονται σε συγκεκριμένα συστήματα, ανατρέξτε στον πίνακα που περιλαμβάνεται. Σύμφωνα με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές, κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τις δικές του παραμέτρους.

Οι τιμές που αναγράφονται έχουν ληφθεί με όργανο(-α) και αντιδραστήρια και διαδικασίες κατασκευαστών οργάνων κατά το χρόνο του προσδιορισμού. Επακόλουθες τροποποιήσεις του οργάνου, του αντιδραστηρίου ή των διαδικασιών ενδέχεται να ακυρώσουν αυτές τις τιμές.

Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους από τις αναφερόμενες πρέπει να καθορίζουν τα δικά τους αναμενόμενα εύρη τιμών.

ΔΗΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τυπικά που απαιτούνται, αλλά ΔΕΝ παρέχονται:

- Πλακίδια μικροσκοπίου
- Πιπέτες
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωληνάρια φυγοκέντρησης, πλακίδια μικροσκοπίου και πιπέτες από τυποποιημένα συστήματα ανάλυσης ούρων

- Φυγοκέντρηση με δυνατότητα παραγωγής 400 RCF για τη μέθοδο KOVA ή 450 για τις μη αυτόματες μεθόδους
- Μικροσκόπιο με αντικειμενικό φακό 10x και 40x
- Χρώση ανάλυσης ούρων (Προαιρετικά)
- Χημικά αντιδραστήρια σε ταϊνίες
- Τυχόν πρόσθετος εργαστηριακός εξοπλισμός ή αντιδραστήρια που απαιτούνται για την εκτέλεση των αναγκαίων φυσικοχημικών, χημικών και μικροσκοπικών αναλύσεων.

Αφήστε το **UA DipTube** σε θερμοκρασία δωματίου. Αναμείξτε διεξόδικα τα περιεχόμενα του σωληναρίου πριν από κάθε χρήση ανακινώντας ήπια για αρκετά λεπτά (3 λεπτά τουλάχιστον). Πωματίστε ομέσως το ανοιγμένο σωληνάριο και φυλάξτε το στους 2-8 °C σε θερμοκρασία δωματίου (18-25 °C).

Φυσικές δοκιμές:

1. **Εμφάνιση:** Επιθεωρήστε οπτικά το χρώμα και τη θολότητα.
2. **Ειδικό βάρος:** Μετρήστε το ειδικό βάρος με διαθλασίμετρο ή αντιδραστήριο σε ταϊνία.

Χημικές δοκιμές:

1. Αν διαβάζετε μόνοι σας τα αποτελέσματα, συγκρίνετε την ταϊνία με αντιδραστήριο με το διάγραμμα σύγκρισης χρωμάτων του κατασκευαστή. Αν χρησιμοποιείτε αυτόματη συσκευή ανάγνωσης ταϊνίας, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
2. Αντιδραστήριο σε ταϊνίες: Αφαιρέστε το πώμα από το σωληνάριο και εμβυθίστε την ταϊνία με αντιδραστήριο μέσα στη μάρτυρα. Αφαιρέστε άμεσως την ταϊνία και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δοκιμή. Πωματίστε το φιλιδίο ομέσων μετά τη χρήση.
3. Διοκτία αντιδραστηρίου ή τεστ εγκυμοσύνης: Αφαιρέστε το πώμα από το σωληνάριο και συλλέξτε με πιπέτα την αποτινώμενη ποσότητα μάρτυρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πωματίστε το φιλιδίο ομέσων μετά τη χρήση.

Μικροσκοπική ανάλυση:

Αν χρησιμοποιείτε μια τυποποιημένη μεθοδολογία για τη μικροσκοπική ανάλυση, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τις δικές του τιμές για συστήματα διαφορετικά από τα αναφέρομένα.

Αν χρησιμοποιείτε μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία για τη μικροσκοπική ανάλυση, φυγοκεντρήστε το **UA DipTube** για 5 λεπτά σε 450 RCF (αγκυρική φυγόκεντρος δύναμη). Στραγγίζτε το υπερκείμενο υγρό αφινόντας περίπου 0,5 mL. Αραώστε ήπια το ίζημα μεταφέροντας μία σταγόνα σε ένα καθαρό, στεγνό πλακίδιο μικροσκοπίου και καλύψτε με κάλυμμα 22 mm. Οι αναφέρομενες τιμές αποτελούνται από τον εύρος των μικροσκοπικών στοιχείων μετρημάτων σε 10 hpf (πεδία υψηλής ισχύος). Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει τα δικά του εύρη.

Χειρίστε το **UA DipTube** όπως χειρίζεστε και τα δείγματα ασθενών. Ο σταθερός χειρισμός του μάρτυρα είναι αναγκαίος για ομοιόμορφα αποτελέσματα.

Αυτό το προϊόν περιέχει κυτταρικά στοιχεία στα οποία ενδέχεται να σχηματίζονται μια μικρή ποσότητα ίζημάτων στο φιλιδίο. Για να διασφαλίζετε σταθερές αποκαταστάσεις, αναποδογυρίστε και αναμείξτε καλά πριν από τη χρήση. Το σωληνάριο περιέχει 12 πλ. μάρτυρα. **Για τη μικροσκοπική ανάλυση πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα καινούριο σωληνάριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο 1 εμβύθιση ταϊνίας με αντιδραστήριο. Ο σταθερός όγκος δοκιμής είναι στοιχείωδης για τα αναπαραγόματα της μικροσκοπικής ανάλυσης.**

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Όλες οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή/ και ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απατητικές εργαστηριακής πιστοποίησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το **UA DipTube** πρέπει να απαμειγνύεται καλά πριν από κάθε χρήση για να διασφαλίζονται τα αναπαραγώγιμα αποτελέσματα.

Για τη δοκιμή πρέπει να χρησιμοποιείται σταθερός όγκος για να διασφαλίζονται τα αναπαραγώγιμα αποτελέσματα της μικροσκοπικής ανάλυσης. Για τη μικροσκοπική ανάλυση πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα καινούριο σωληνάριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε μόνο 1 εμβύθιση ταϊνίας με αντιδραστήριο. Οι οργανικές σφαίρες που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση λευκοκυττάρων ενδέχεται να μην παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά χρώσης με τα ανθρώπινα λευκοκύτταρα.

Ανατρέξτε στο ένθετο του προϊόντος του κατασκευαστή για να δείτε τη λίστα περιορισμών για κάθε μέθοδο ελέγχου. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εντός των Η.Π.Α., για τη τεχνική υποστήριξη, καλέστε τον αριθμό 800-232-3342 ή 510-979-5417. Για ενημερώσεις του ένθετου και πληροφορίες, αν το εργαστήριό σας έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα LabLink XL, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.maslablink.com και επιλέξτε LabLink Extra. Εναλλακτικά, για να εγγραφείτε στο πρόγραμμα LabLink XL καλέστε τον αριθμό 800-232-3342 ή 510-979-5451.

Εκτός των Η.Π.Α., αν το εργαστήριό σας έχει εγγραφεί στο LabLink XL, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.maslablink.com και επιλέξτε LabLink Extra. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο πωλήσεων ή τον εξουσιοδοτημένο σας διανομέα.

MAS® UA DipTube

FLYTENDE ANALYSERT KONTROLLMIDDEL FOR URINANALYSE

IVD

TILLENKT BRUK

MAS® UA DipTube er beregnet på bruk i kliniske laboratorier som en kontroll for kvalitative og semi-kvantitative prosedyrer som brukes til rutinemessig urinanalysetesting. Det gis analyseverdier for de spesifikke systemene som er angitt. Brukeren kan sammenligne observasjoner med forventede områder som et middel til å kontrollere at reagensen og utstyret fungerer stabilt. Produktet egner seg som kontrollmateriale til fysioljemiske, kjemiske og mikroskopiske metoder for rutinemessig urinanalyse. **UA DipTube** kan brukes sammen med kommersielt tilgjengelige, standardiserte systemer for mikroskopanalyse av urin.

PRODUKTBESKRIVELSE

UA DipTube er et vækestabilt kontrollmateriale som er preparert fra human urin. Analytnivåene justeres med ulike rene kjemikalier og humane kildematerialer. **UA DipTube** inneholder også konserveringsmidler og stabilisatorer.

FARE: **UA DipTube**-kontrolen inneholder < 0,9 % bovint serumalbumin (BSA), ≤ 0,1 % sulfobromoftalein natriumsalt og ≤ 0,006 % 3 : 1 blanding: 5-kloro-2-metyl-4-isotiasolin-3-on + 2-metyl-4-isotiasolin-3-on (PROCLIN).

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Unngå innånding av tåke/damp. Tilsølte arbeidskler må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved utstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. **VED HUDKONTAKT:** Vask med mye såpe og vann. **VED INNÅNDING:** Hvis det blir tungt å puste, skal offeret bæres ut i frisk luft og legges i en hvilestilling som gjør det komfortabelt å puste. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Tilsølte klar må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale-regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

UA DipTube er preparert fra utvalg av human urin og inneholder annet human kildemateriale. Komponenter i kontrollmiddelet som ikke stammer fra human kildemateriale, har blitt testet ved hjelp av FDA-godkjente metoder og er funnet ikke-reaktive for hepatitt B-overflateantigen (HBsAg), hepatitt C-antistoff (HCV) og HIV-1- og HIV-2-antistoff. Ingen prøvemetoder kan imidlertid gi full sikkerhet for at produkter avledet fra human kildemateriale er helt uten smittestoffer. Dette kontrollmiddelet må behandles i samsvar med anbefalingene i veileddingen utgitt av Center for Disease Control/National Institutes of Health, "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories", 2009 (Biosikkerhet i mikrobiologiske og biomedisinske laboratorier).

OPPBEVARING OG STABILITET

Kjøletemperatur (2–8 °C): Lagre uåpnet **UA DipTube** ved 2–8 °C. Uåpnede rør er stabile frem til utløpsdatoen på etiketten. Når de er åpnet, er kontrollrørene stabile i 8 uker eller for 20 dynkinger av reagensbånd, avhengig av hva som kommer først.

Lagring ved romtemperatur (18–25 °C): Åpne kontrollrør er stabile i 2 uker eller for 10 dynkinger av reagensbånd, avhengig av hva som kommer først.

MÅ IKKE FRYSES.

Bakteriell kontaminasjon gir økt tilgrumsing og/eller en karakteristisk lukt. Kast prøveglass ved tegn på bakteriell kontaminasjon.

FORVENTEDE VERDIER

Forventede verdier kan variere noe med ulike lotnumre og reagensbånd. Se tabellen for verdier som er innhentet for bestemte systemer. I henhold til god laboratoriepraksis bør det enkelte laboratorium fastsette sine egne parametere.

De oppgitte verdiene ble fastsatt ved hjelp av instrumenter og instrumentprodusentens reagenser og prosedyrer på analysetidspunktet. Senere endringer i instrumenter, reagenser eller prosedyrer kan gjøre disse verdiene ugyldige.

Laboratorier som bruker andre metoder enn de oppgitte metodene, bør fastsette sine egne forventede områder.

BRUKSANVISNING

Nødvendig materiell som IKKE følger med:

- Objektglass
- Pipetter
- Sentrifugerør, objektglass og pipetter fra standardiserte urinanalysesystemer kan brukes.
- Sentrifuge som kan generere RCF på 400 for KOVA-metoden eller 450 for manuelle metoder.

- Mikroskop med 10x-objektiv og 40x-objektivlinse
- Fargemiddel til urinalyse (valgfritt)
- Kjemiske reagensbånd
- Ytterligere laboratorieutstyr eller reagenser som er nødvendige for å utføre de påkrevde fysioljemiske og kjemiske analysene og mikroskopanalysene.

La **UA DipTube** nå romtemperatur. Bland sammen innholdet i prøverøret grundig før hver gangs bruk ved å vende det forsiktig i flere minutter (minst 3 minutter). Sett lokket på plass umiddelbart, og sett det åpnede prøverøret til oppbevaring ved 2–8 °C eller ved romtemperatur (18–25 °C).

Fysiske tester:

1. **Utseende:** Kontroller fargen og tilgrumsinga visuelt.
2. **Egenvekt:** Mål egenvekten ved hjelp av et refraktometer eller et reagensbånd.

Kjemiske tester:

1. Hvis resultatene avleses visuelt, sammenlign reagensbåndet med produsentens fargesammenligningskart. Hvis du bruker en automatisert båndleser, følger du produsentens bruksanvisning.
2. Reagensbånd: Fjern lokket fra røret og dynk reagensbåndet i kontrollmiddelet. Fjern båndet med det samme og følg produsentens instruksjoner for testing. Sett lokket på igjen umiddelbart etter bruk.
3. Reagenstabletter eller gravititetstester: Fjern lokket fra røret og pipettér den påkrevde mengden kontrollmiddel i henhold til produsentens instruksjoner. Sett lokket på igjen umiddelbart etter bruk.

Mikroskopanalyse:

Hvis det benyttes en standardisert metoddikk for mikroskopanalyse, følg produsentens anbefalinger. Hvert laboratorium bør fastsette egne verdier for systemer som bruker andre metoder enn de oppgitte metodene.

Ved bruk av en ikke-standardisert metoddikk for mikroskopanalyse, centrifugér **UA DipTube** i 5 minutter ved 450 RCF (relativ centrifugalkraft). Hell av det overflytende og la det være igjen ca. 0,5 ml. Resuspendér sedimentet og overfør én dråpe til et rent og tørt mikroskopobjektglas og dekk det med et dekkglass på 22 mm. De rapporterte verdiene er området av mikroskopiske elementer talt i 10 HPF (high powered fields – høyenergiske felter). Hvert laboratorium bør etablere sine egne områder.

Håndter **UA DipTube** på samme måte som pasientprøver. Konsekvent håndtering av kontrollmiddelet er nødvendig for enhetlige resultater.

Dette produktet inneholder cellulære elementer som kan danne en liten mengde sediment i flasken. For å sikre konsekvent gjenninning må middelet vendes og blandes godt før bruk.

Røret inneholder 12 ml kontrollmiddel. **Til mikroskopanalyse bør det benyttes et nytt rør eller et rør som bare har hatt én dynking av reagensbånd.** Konsekvent testvolum er avgjørende for reproducerbare mikroskopresultater.

KVALITETSKONTROLL

Alle påkrevde kvalitetskontroller skal utføres i samsvar med lokale, regionale og nasjonale bestemmelser og godkjenningskrav.

PROSEODYREBEGRENSNINGER

UA DipTube må blandes godt før hver bruk for å sikre reproducerbare resultater. Et konsekvent volum må brukes til testing for å sikre reproducerbare mikroskopresultater. Til mikroskopanalyse bør det benyttes et nytt rør eller et rør som bare har hatt én dynking av reagensbånd.

Det kan hende at organiske sfærer som brukes til å simulere leukocyter, ikke oppviser samme fargekarakteristikk som humane leukocyter.

Se produsentens pakningsvedlegg for en liste over begrensninger for hvert testmetode. Kun til bruk i yrkesmiljøer.

TEKNISK STØTTE

I USA får du tilgang til teknisk støtte ved å ringe 800-232-3342 eller 510-979-5451. For oppdateringer og informasjon knyttet til pakningsvedlegg, dersom laboratoriet ditt abонnerer på LabLink XL, går du til www.maslablink.com og velger LabLink Extra. Du kan også abonnere på LabLink XL ved å ringe 800-232-3342 eller 510-979-5451.

Utenfor USA, dersom laboratoriet ditt abonnerer på LabLink XL, går du til www.maslablink.com, og velger LabLink Extra. Du kan også kontakte din lokale forhandler eller godkjente distributør.

Kat. nr. UAT-MP	Beskrivelse UA DipTube, flerpakke	Størrelse 10 x 12 ml
--------------------	--------------------------------------	-------------------------

MAS® UA DipTube

CIEKŁY, PRZEANALIZOWANY MATERIAŁ DO KONTROLI ANALIZY MOCZU

IVD

PRZEZNACZENIE

Produkt **MAS® UA DipTube** jest przeznaczony do stosowania w laboratorium klinicznym jako materiał kontrolny do procedur analizy ilościowej i półilościowej stosowanych w rutynowych badaniach moczu. Wartości oznaczeń podano dla wyszczególnionych systemów. Użytkownik może porównać uzyskane wartości z zakresami wartości oczekiwanych, aby zagwarantować stabilność odczynnika i poprawność działania urządzenia. Ten produkt może być stosowany jako materiał kontrolny przy fizyczno-chemicznych, chemicznych i mikroskopowych metodach rutynowego badania moczu. Produkt **UA DipTube** może być również stosowany w połączeniu z dostępnymi na rynku ustandaryzowanymi systemami do mikroskopowej analizy moczu.

OPIS PRODUKTU

Produkt **UA DipTube** to ciekły, stabilny materiał kontrolny wyprodukowany z ludzkiego moczu. Określone stężenia analitów uzyskano za pomocą różnych czystych związków chemicznych i materiałów źródłowych pochodzenia ludzkiego. Produkt **UA DipTube** zawiera również konserwanty i stabilizatory.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Materiał kontrolny **UA DipTube** zawiera albuminę surowicy bydlęcej (BSA) w stężeniu <0,9%, sól sodową sulfobromoftaleinę w stężeniu ≤0,1% oraz mieszaninę 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu (PROCLIN) w stosunku 3:1 i w stężeniu ≤0,006%.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Unikać wdychania mgły lub par. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wynosi poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydlem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Produkt **UA DipTube** jest produkowany z ludzkiego moczu i zawiera inne materiały pochodzenia ludzkiego. Składniki materiału kontrolnego wytwarzane z materiału źródłowego pochodzenia ludzkiego zostały przebadane metodami zaakceptowanymi przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration). Wykazano brak reaktywności dla antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg), przeciwiał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz przeciwiał przeciwko wirusom HIV-1 i HIV-2. Niemniej żadna metoda testu nie może dać całkowitej pewności, że produkty uzyskane z materiału źródłowego pochodzenia ludzkiego są całkowicie wolne od czynników zakaźnych. Kontrolę tę należy prowadzić zgodnie z zaleceniami ujętymi w podręczniku „*Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*” (Bezpieczeństwo biologiczne w laboratoriach mikrobiologicznych i biomedycznych) z 2009 r. wydanym przez Centers for Disease Control/National Institutes of Health (Centra ds. Zwalczania Chorób/Narodowe Instytutu Zdrowia).

PRZEHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Przechowywanie w temperaturze chłodzenia (2–8°C): Produkt **UA DipTube** należy przechowywać w nietowartym opakowaniu w temperaturze 2–8°C. Produkt w nietowartych fiolkach zachowuje stabilność do daty ważności określonej na etykiecie. Po otwarciu fiolki materiału kontrolnego zachowuje stabilność przez 8 tygodni lub do 20 zanurzeń paska odczynnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przechowywanie w temperaturze pokojowej (18–25°C): Po otwarciu fiolki materiału kontrolnego zachowują stabilność przez 2 tygodnie lub do 10 zanurzeń paska odczynnika, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Nie zamrażać.

Skażenie bakteriologiczne powoduje zwiększenie zmętnienia i/lub charakterystyczny zapach. Jeśli widoczne są oznaki skażenia mikrobiologicznego, wyrzucić fiolkę.

ZAKRES WARTOŚCI OCZEKIWANYCH

Wartości oczekiwane mogą różnić się przy zastosowaniu materiałów o różnych numerach partii i różnych pasków testowych. Wartości uzyskane dla poszczególnych systemów można znaleźć w załączonej tabeli. Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną zaleca się, aby każde laboratorium ustaliło własne parametry.

Wyszczególnione wartości uzyskano za pomocą urządzeń i odczynników pochodzących od producenta urządzeń oraz opracowanych przez niego procedur. Późniejsze modyfikacje urządzeń, odczynników lub zmiana procedur mogą sprawić, że te wartości będą nieważne.

Laboratoria, które stosują metody inne niż wyszczególnione, powinny ustalić własne zakresy wartości oczekiwanych.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materiały wymagane, ale NIEDOSTARCZONE:

- szkiełka podstawowe;
- pipety;
- probówki wirowkowe (można stosować probówki wirowkowe, szkiełka podstawowe i pipety pochodzące ze standaryzowanych systemów do analizy moczu);
- wirowki zdolne do wytworzenia względnej siły odśrodkowej o wartości wynoszącej 400 w metodzie KOVA lub 450 w metodach ręcznych;

- mikroskop z obiektywami zapewniającymi powiększenie 10x i 40x;
- odczynnik do barwienia moczu (opcja);
- paski testowe z odczynnikami chemicznymi;
- dowolny sprzęt laboratoryjny lub odczynniki potrzebne do wykonania analizy fizyczno-chemicznej, chemicznej lub mikroskopowej.

Produkt **UA DipTube** powinien uzyskać temperaturę pokojową. Należy dokładnie wymieszać zawartość fiolki przed każdym użyciem, delikatnie odwracając ją przez kilka minut (min. 3 minuty). Należy niezwłocznie założyć zatyczkę i przechowywać otwartą fiolkę w temperaturze 2–8°C lub temperaturze pokojowej (18–25°C).

Testy fizyczne:

- Wygład:** gołym okiem dokonaj oceny koloru i jasności.
- Ciążar właściwy:** zmierz ciężar właściwy za pomocą refraktometru lub paska badającego odczyn.

Testy chemiczne:

- Jeśli odczytyujesz wyniki gołym okiem, porównaj kolor paska testowego z tabelą porównawczą producenta. Jeśli korzystasz z automatycznego czytnika pasków, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Paski testowe: zdejmij zatyczkę fiolki i zanurz pasek testowy w materiale kontrolnym. Niezwłocznie wyjmij pasek i postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta dotyczącymi przeprowadzania testu. Po przelaniu niezwłocznie załóż zatyczkę.
- Odczyniki w tabletach i testy ciążowe: zdejmij zatyczkę fiolki i pobierz wymaganą ilość materiału kontrolnego zgodnie ze wskazówkami producenta. Po przelaniu niezwłocznie załóż zatyczkę.

Analiza mikroskopowa:

Jeśli korzystasz z ustandaryzowanej metodologii, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku stosowania innych systemów niż wymienione, każde laboratorium powinno ustalić własne wartości.

W przypadku korzystania z metodologii niestandardaryzowanej podczas analizy mikroskopowej należy wirować produkt **UA DipTube** przez 5 minut przy wartości względnej siły odśrodkowej wynoszącej 450. Przełać supernatant, pozostawiając około 0,5 ml. Następnie delikatnie utworzyć ponownie zawiesinę, przenosząc jedną kroplę na czyste i suche szkiełko podstawowe i przykryc szkiełkiem nakrywkowym o grubości 22 mm. Podane wartości stanowią zakres elementów mikroskopijnych liczonych w 10 polach widzenia przy dużym powiększeniu (High Powered Field, HPF). Każde laboratorium powinno ustalić własne zakresy.

Produkt **UA DipTube** należy traktować tak samo jak próbki od pacjentów. Identyczny sposób postępowania z materiałem kontrolnym jest niezbędny, aby uzyskać jednakowe wyniki.

Ten produkt zawiera elementy komórkowe, które mogą tworzyć niewielki osad w butelce. Aby zapewnić równy odzysk, odwrócić i dokładnie wymieszać przed użyciem.

Fiolka zawiera 12 ml materiału kontrolnego. **Do analizy mikroskopowej należy używać produktu z nieotwartej fiolki lub produktu, w którym zanurzono pasek testowy nie więcej niż raz.** Taka sama objętość materiału w tleście jest konieczna, aby uzyskać powtarzalne wyniki badania mikroskopowego.

KONTROLA JAKOŚCI

Wszystkie wymagania dotyczące kontroli jakości należy spełniać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami akredytacyjnymi.

OGRANICZENIA PROCEDURY

Produkt **UA DipTube** należy zawsze dobrze wymieszać przed użyciem, aby zapewnić powtarzalność wyników. Taka sama objętość materiału w tleście jest konieczna, aby zapewnić powtarzalne wyniki badania mikroskopowego. Do analizy mikroskopowej należy używać produktu z nieotwartej fiolki lub produktu, w którym zanurzono pasek testowy nie więcej niż raz.

Organiczne elementy sferyczne wykorzystywane do symulowania leukocytów mogą mieć inną podatność na barwienie niż ludzkie leukocyty.

Należy zapoznać się z ulotką dotyczącą produktu dostarczoną przez producenta, aby uzyskać listę ograniczeń każdej z metod testowania. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

POMOC TECHNICZNA

W Stanach Zjednoczonych pomoc techniczną można uzyskać, dzwoniąc pod numer 800-232-3342 lub 510-979-5417. W celu uzyskania aktualizacji ulotki i innych informacji należy odwiedzić witrynę www.maslablink.com i wybrać opcję LabLink Extra, o ile laboratorium jest zapisane do systemu LabLink XL. W przeciwnym razie można zapisać się do systemu LabLink XL, dzwoniąc pod numer 800-232-3342 lub 510-979-5451.

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy odwiedzić witrynę www.maslablink.com i wybrać opcję LabLink Extra, o ile laboratorium jest zapisane do systemu LabLink XL. Można także skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży lub z autoryzowanym dystrybutorem.

Nr kat.	Opis	Wielkość
UAT-MP	UA DipTube, opakowanie zbiorcze	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

CONTROLO LÍQUIDO ENSAIADO DE ANÁLISE À URINA

IVD

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O **MAS® UA DipTube** foi concebido para ser utilizado em laboratórios clínicos como controlo para procedimentos qualitativos e semi-quantitativos utilizados em exames de rotina da urina (urinálises). Os valores de ensaio são fornecidos para sistemas específicos indicados. O utilizador poderá comparar observações com intervalos esperados como meio de assegurar um desempenho consistente do reagente e do equipamento. O produto é adequado para ser utilizado como material de controlo para métodos físico-químicos, químicos e microscópicos de exames de rotina da urina (urinálises). O **UA DipTube** pode ser utilizado juntamente com sistemas padronizados, comercialmente disponíveis, para análise microscópica à urina.

Descrição do Produto

O **UA DipTube** é um material de controlo líquido estável preparado a partir de urina humana. Os níveis de analitos são ajustados com vários produtos químicos puros e com matérias de origem humana. O **UA DipTube** contém também conservantes e estabilizantes.

PERIGO: O controlo **UA DipTube** contém < 0,9% de soro-albumina bovina (BSA), ≤ 0,1% de sal de sódio de sulfobromoftaleína e ≤ 0,006% de mistura 3:1: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona + 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (PROCLIN).

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia, de asma ou dificuldades respiratórias.

Evitar respirar névoas ou vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória. Se entrar em contacto com a pele: lavar com sabão e água abundante. EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de irritação cutânea ou prurido: consultar um médico. Em caso de sintomas respiratórios: contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Eliminar o conteúdo/recipiente em local conforme os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

O **UA DipTube** é preparado a partir de conjuntos de urina humana e contém outras matérias de origem humana. Os componentes do controlo que derivam de matérias de origem humana foram testados segundo métodos aceites pela Agência Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) e obtiveram resultados não reactivos para o antígeno de superfície da Hepatite B (HBsAg), Anticorpos da Hepatite C (HCV), do VIH-1 e do VIH-2. Contudo, nenhum método de teste pode oferecer uma garantia total de que os produtos derivados de matérias de origem humana estão livres de agentes infeciosos. Este controlo deverá ser manuseado segundo as recomendações do manual do Centro de Controlo de Doenças/Institutos Nacionais de Saúde, "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" (Biossegurança em Laboratórios de Microbiologia e Biomédica), 2009.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

Conservação refrigerada (2-8 °C): Conserve o **UA DipTube** fechado a uma temperatura de 2-8 °C. Os tubos por abrir são estáveis até à data de validade indicada no rótulo. Uma vez abertos, os tubos do controlo permanecem estáveis durante 8 semanas ou 20 imersões da fita do reagente (a que ocorrer primeiro).

Conservação à temperatura ambiente (18-25 °C): Os tubos de controlo abertos permanecem estáveis durante 2 semanas ou 10 imersões da tira reagente (a que ocorrer primeiro).

Não congelar.

A contaminação bacteriana provoca um aumento da turvação e/ou um odor característico. Elimine o frasco caso sejam observados sinais de contaminação microbiana.

VALORES ESPERADOS

Os valores esperados podem variar ligeiramente com diferentes números de lote e tiras reagentes. Consulte na tabela incluída os valores obtidos em sistemas específicos. As boas práticas laboratoriais sugerem que cada laboratório estabeleça parâmetros próprios. Os valores apresentados foram obtidos através da utilização de instrumentos, reagentes e procedimentos do fabricante do instrumento no momento do ensaio. As modificações subsequentes do instrumento, reagente ou procedimentos podem invalidar estes valores.

Os laboratórios que utilizem outros métodos além dos indicados devem estabelecer os seus próprios intervalos esperados.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Materiais necessários mas NÃO fornecidos:

- Lâminas
- Pipetas
- Tubos de centrífuga (podem usar-se tubos de centrífuga, lâminas e pipetas de sistemas padronizados de análise à urina.)
- Capacidade de centrifugação para gerar uma RCF (Força Centrífuga Relativa) de 400 para o método KÖVA ou de 450 para o método manual

- Microscópio com uma lente objectiva de 10x e de 40x
- Corantes para análise à urina (Opcional)
- Tiras com reagentes químicos
- Qualquer equipamento adicional de laboratório ou reagentes necessários para realizar as análises físico-químicas, químicas e microscópicas necessárias.

Permita que o **UA DipTube** atinja a temperatura ambiente. Agite cuidadosamente o conteúdo do tubo antes de cada utilização, invertendo-o suavemente durante vários minutos (3 minutos, no mínimo). Substitua a tampa imediatamente e conserve o tubo aberto a 2-8 °C ou à temperatura ambiente (18-25 °C).

Testes Físicos:

1. **Aspecto:** Examine visualmente a cor e a turvação.
2. **Gravidade Específica:** Meça a gravidade específica utilizando um refractómetro ou uma tira reagente.

Testes Químicos:

1. Se estiver a fazer uma leitura visual dos resultados, compare a tira reagente com a ficha de comparação de cores do fabricante. Se estiver a utilizar uma tira de leitura automática, siga as instruções de utilização do fabricante.
2. **Tiras reagentes:** Retire a tampa do tubo e mergulhe a tira reagente no controlo. Retire a tira imediatamente e siga as instruções do fabricante para testar. Substitua a tampa imediatamente após utilizar.
3. **Pastilhas de reagente ou cassetes de teste de gravidez:** Retire a tampa do tubo e pipete a quantidade necessária de controlo, de acordo com as instruções do fabricante. Substitua a tampa imediatamente após utilizar.

Análise Microscópica:

Se estiver a utilizar uma metodologia padronizada para análise microscópica, siga as recomendações do fabricante. Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios valores para outros sistemas além dos apresentados.

Se estiver a utilizar uma metodologia não padronizada para análise microscópica, centrifuge o **UA DipTube** durante 5 minutos a 450 RCF (Força Centrífuga Relativa). Despeje o sobrenadante, deixando aproximadamente 0,5 ml. Lentamente, volte a suspender o sedimento, transferindo uma gota para uma lâmina limpa, seca e coberta com uma lamela de 22 mm. Os valores reportados são o intervalo de elementos microscópicos contados em 10 campos de grande ampliação. Cada laboratório deve estabelecer intervalos próprios.

Manuseie o **UA DipTube** da mesma forma que as amostras dos doentes. É necessário que haja um manuseamento do controlo consistente para que os resultados sejam uniformes.

Este produto contém elementos celulares que podem formar uma pequena quantidade de sedimentos na garrafa. Para garantir recuperações consistentes, inverta e misture bem antes de utilizar.

O tubo contém 12 ml de controlo. **Para análise microscópica, deve usar-se um tubo novo ou um que não tenha sido sujeito a mais de 1 imersão de uma tira.** É essencial que haja um volume consistente para obter resultados microscópicos reproduzíveis.

CONTROLO DA QUALIDADE

Todos os requisitos de controlo da qualidade deverão ser realizados em conformidade com as regulamentações locais, estatais e/ou federais ou requisitos de acreditação.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

O **UA DipTube** deve ser bem misturado antes de cada utilização para garantir resultados reproduzíveis.

Deve ser utilizado um volume consistente para garantir resultados microscópicos reproduzíveis. Para análise microscópica, deve usar-se um tubo novo ou um que não tenha sido sujeito a mais de 1 imersão de uma tira.

As esferas orgânicas utilizadas para simular leucócitos podem não exhibir as mesmas características de coloração que os leucócitos humanos.

Veja o folheto do produto do fabricante para saber quais as limitações para cada método de teste. Apenas para utilização profissional.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Nos EUA, para assistência técnica, ligue para o número 800-232-3342 ou 510-979-5417. Para atualizações do folheto e informações, se o seu laboratório subscrever o LabLink XL, vá a www.maslablink.com e selecione LabLink Extra. Em alternativa, para subscrever o serviço LabLink XL, ligue para o número 800-232-3342 ou 510-979-5451.

Fora dos EUA, se o seu laboratório subscrever o serviço, vá a www.maslablink.com e selecione LabLink Extra. Caso contrário, contacte o escritório de vendas local ou um distribuidor autorizado.

Nº Cat.	Descrição	Tamanho
UAT-MP	UA DipTube, Multi-Pack	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

Жидкий аттестованный контроль для анализа мочи

IVD

Назначение

MAS® UA DipTube предназначен для использования в клинической лаборатории в качестве контрола для стандартных процедур количественного и полуколичественного анализа мочи. Аналитические значения приведены для перечисленных конкретных систем. Пользователь может сравнить наблюдения с ожидаемыми интервалами в порядке последовательного контроля качества реагентов и прибора. Продукт пригоден для использования в качестве контрольного материала для физиохимических, химических и микроскопических методов анализа мочи. **UA DipTube** можно использовать в сочетании с коммерческими стандартизованными системами для проведения исследования мочи методом микроскопии.

Описание продукта

UA DipTube — это жидкий стабильный контроль, приготовленный из человеческой мочи. Уровни анализов регулируются различными чистыми химическими веществами и материалами человеческого происхождения. **UA DipTube** также содержит консерванты и стабилизаторы.

ОПАСНОСТЬ: контрольный материал **UA DipTube** содержит бычий сывороточный альбумин в концентрации <0,9 %, сульфобромфталеин натрия в концентрации ≤0,1 % и смесь в соотношении 3:1 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он + 2-метил-4-изотиазолин-3-он (PROCLIN) в концентрации ≤0,006 %.

H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H334 - В случае вдыхания может вызывать симптомы аллергии/астмы или затруднять дыхание. Избегайте вдыхания капель или испарений. Ношение загрязненной рабочей одежды за пределами рабочего места не разрешается. Следует надевать защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. В случае недостаточной вентиляции следует надевать средства защиты органов дыхания. В случае попадания на кожу: смойте большим количеством мыла и воды. В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ: если дыхание затруднено, вынесите пострадавшего на свежий воздух и оставьте в положении, удобном для дыхания. В случае раздражения кожи или сыпи: обратитесь за медицинской помощью. В случае респираторных симптомов: позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызовите врача. Загрязненную одежду необходимо стирать перед повторным использованием. Выбрасывайте содержимое и контейнеры в пунктах утилизации в соответствии с местными/национальными/международными нормативными предписаниями.

UA DipTube приготовлен из пульпов человеческой мочи и содержит другие вещества человеческого происхождения. Компоненты контроля, проверенные из веществ человеческого происхождения, проверены принятами FDA (Федеральное агентство по продуктам питания США) методами и найдены неактивными в отношении поверхностного антигена гепатита B (HBsAg), антитела гепатита C (HCV) и антител HIV-1 и HIV-2 (ВИЧ 1 и ВИЧ 2). Однако не существует методов, которые давали бы полную гарантию того, что продукты, произведенные из веществ человеческого происхождения, не содержат инфекций. Данный контроль должен использоваться в соответствии с рекомендациями Центра по контролю над болезнями и Национальных институтов здравоохранения, содержащимися в руководстве «Биобезопасность в микробиологических и биохимических лабораториях», 2009 г.

Хранение и стабильность

Хранение в холодильнике (2–8 °C): невскрытый **UA DipTube** следует хранить при температуре 2–8 °C. Невскрытые пробирки стабильны до истечения срока годности, указанного на этикетке. Вскрытые пробирки стабильны в течение 8 недель или при погружении не более 20 индикаторных полосок (в зависимости от того, что произойдет ранее).

Хранение при комнатной температуре (18–25 °C): вскрытые пробирки стабильны в течение 2 недель или при погружении не более 10 индикаторных полосок (в зависимости от того, что произойдет ранее).

Не замораживать.

Бактериальное загрязнение вызывает увеличение мутности и/или появление характерного запаха. Не используйте пробирку, если в ней наблюдаются признаки бактериального загрязнения.

Ожидаемые значения

Ожидаемые значения могут слегка варьироваться при использовании других номеров лотов и индикаторных полосок. Таблица значений, полученных для конкретных систем, прилагается. Согласно надлежащей лабораторной практике каждой лаборатории рекомендуется установить свои собственные параметры.

Приведенные значения определены с помощью имеющихся на момент анализа приборов, а также реагентов и процедур производителей этих приборов. Модификации приборов, реагентов и процедур могут привести к недостоверности этих значений.

Лабораториям, использующим другие методы, следует установить собственные ожидаемые интервалы значений.

Инструкции по применению

Необходимые материалы, НЕ входящие в комплект поставки:

- Предметные стекла
- Пипеточные дозаторы
- Можно использовать пробирки для центрифуги, предметные стекла и пипеточные дозаторы из стандартизованных систем анализа мочи
- Центрифуга, способная обеспечить следующие значения RCF: 400 для метода KOVA и 450 для методов анализа вручную
- Микроскоп с объективом с 10-кратным увеличением и линзой объектива с 40-кратным увеличением

- Контрастное вещество для анализа мочи (необязательно)
- Индикаторные полоски
- Другое дополнительное лабораторное оборудование или реактивы, необходимые для проведения физиохимических, химических и микроскопических исследований

Необходимо дождаться, пока **UA DipTube** достигнет комнатной температуры. Перед каждым использованием тщательно перемешивайте содержимое пробирки, мягко переворачивая ее в течение нескольких минут (не менее 3 минут). После использования сразу закройте пробирку и храните ее при температуре 2–8 °C или при комнатной температуре (18–25 °C).

Физические исследования

1. Внешний вид. Визуально определите цвет и степень мутности жидкости.

2. Удельный вес. Измерьте удельный вес с помощью рефрактометра или индикаторной полоски.

Химические исследования

1. В случае визуального снятия показаний сравните цвет индикаторной полоски с цветами на сравнительной диаграмме производителя. В случае использования автоматического устройства считывания следуйте инструкциям производителя.

2. Индикаторные полоски: снимите колпачок с пробирки и погрузите индикаторную полоску в контроль. Быстро извлеките полоску и следуйте инструкциям производителя по проведению анализа. После отбора образца незамедлительно закройте пробирку колпачком.

3. Реагенты в виде таблеток или кассетные тесты на беременность: снимите колпачок с пробирки и при помощи пипетки нанесите необходимое количество контроля согласно инструкциям производителя реагента. После отбора образца незамедлительно закройте пробирку колпачком.

Анализ методом микроскопии

В случае использования стандартизированной методики анализа методом микроскопии следуйте рекомендациям производителя. Каждой лаборатории следует установить собственные значения для систем, отличных от перечисленных.

В случае использования нестандартизированной методики анализа методом микроскопии проведите центрифугирование **UA DipTube** в течение 5 минут при относительной центробежной силе (RCF), равной 450. Слейте надосадочную жидкость, оставив приблизительно 0,5 мл. Мягкими движениями взбейте осадок, перенесите одну каплю на сухое чистое предметное стекло и накройте его 22-миллиметровым покровным стеклом. Приведены значения для диапазона микроскопических элементов, подсчитанных в 10 полях зрения с высоким увеличением (НРР). Каждой лаборатории следует установить собственные диапазоны.

Работа с **UA DipTube** должна выполняться таким же образом, как и с образцами, полученными от пациентов. Работа с контролем с использованием одной и той же техники позволит получить наиболее стабильные результаты.

Данный продукт содержит небольшое количество клеточного вещества, которое может выпадать в виде осадка на дне пробирки. Для получения стабильных результатов переворачивайте и перемешивайте содержимое пробирки перед каждым использованием.

Пробирка содержит 12 мл контроля. Для микроскопического анализа следует использовать свежую пробирку либо пробирку, в которую погружали не более 1 индикаторной полоски. Для обеспечения хорошей воспроизводимости результатов микроскопирования важно каждый раз вносить одинаковые объемы контроля.

Контроль качества

Все процедуры по управлению качеством должны быть проведены в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативами или требованиями аккредитации.

Ограничения процедур

UA DipTube необходимо тщательно перемешивать перед каждым использованием для обеспечения высокой воспроизводимости результатов.

Также для обеспечения хорошей воспроизводимости результатов микроскопирования важно каждый раз вносить одинаковые объемы контроля. Для микроскопического анализа следует использовать свежую пробирку либо пробирку, в которую погружали не более 1 индикаторной полоски.

Органические шарики, используемые для имитации лейкоцитов, могут иметь характеристики окрашивания, отличные от человеческих лейкоцитов.

Список ограничений для каждого метода исследования указан производителем во вкладыше к продукту. Только для профессионального использования.

Техническая поддержка

В США за технической поддержкой обращайтесь по телефону 800-232-3342 или 510-979-5417. Для просмотра информации и обновлений вкладыша перейдите на сайт www.maslablink.com и выберите LabLink Extra (если ваша лаборатория имеет подписку на LabLink XL). В противном случае, чтобы подписаться на LabLink XL, позвоните по телефону 800-232-3342 или 510-979-5451.

Для всех стран, кроме США: если ваша лаборатория имеет подписку на LabLink XL, посетите веб-сайт www.maslablink.com и выберите LabLink Extra. В противном случае обратитесь в местный офис продаж или к авторизованному дистрибутору.

Кат. №	Описание	Размер
UAT-MP	Контроль для анализа мочи UA DipTube , упаковка	10 x 12 мл

MAS® UA DipTube

ANALYSERAD KONTROLLVÄTSA FÖR URINANALYS

IVD

AVSEDD ANVÄNDNING

MAS® UA DipTube är avsedd för användning i kliniskt laboratorium som kontroll för kvalitativa och semikvantitativa procedurer som används vid rutintest för urinanalys. Analysvärden tillhandahålls för de angivna systemen. Användaren kan jämföra observationer med förväntade värden för att kontrollera att reagens och utrustning ger konsekventa resultat. Produkten är lämplig för användning som kontrollmaterial för fysiokemiska, kemiska och mikroskopiska metoder för rutinmässig urinundersökning. **UA DipTube** kan användas i kombination med kommersiellt tillgängliga standardiserade system för mikroskopisk urinanalys.

PRODUKTBESKRIVNING

UA DipTube är en stabil kontrollvätska som tillverkas av humanurin. Analytnivåerna är justerade med olika rena kemikalier och material av mänskligt ursprung. **UA DipTube** innehåller även konserveringsmedel och stabilisatorer.

FARA: **UA DipTube**-kontrollen innehåller <0,9 % bovint serumalbumin (BSA), ≤0,1 % sulfobromtalein-natriumsalt och ≤0,006 % 3:1-blandning: 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (PROCLIN).

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Undvik att inandas dimma eller ånga. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

UA DipTube tillverkas av humana urinpooler och innehåller andra material av humant ursprung. De komponenter i kontrollen som kommer från humant källmaterial har testats med FDA-godkända metoder och visats vara icke-reaktiva för hepatitis B-antigen (HBsAg), hepatitis C-antikropp (HCV), HIV-1- och HIV-2-antikroppar. Ingen testmetod kan dock fullständigt garantera att produkter av humant källmaterial inte innehåller infektiösa agens. Den här kontrollen måste hanteras i enlighet med rekommendationerna i "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" från 2009 från Center for Disease Control/National Institutes of Health.

FÖRVARING OCH STABILITET

Förvaring i kylskåp (2–8 °C): Förvara oöppnad **UA DipTube** i 2–8 °C. Öppnade provrör är stabila fram till och med etiketts utgångsdatum. När de har öppnats är rören med kontrollvätska stabila i 8 veckor eller under 20 nedräkningar av reagensstickor, beroende på vilket som inträffar först.

Förvaring i rumstemperatur (18–25 °C): Öppna rör med kontrollvätska är stabila i 2 veckor eller under 10 nedräkningar av reagensstickor, beroende på vilket som inträffar först.

Får ej frysas.

Bakteriell kontaminering ger ökad turbiditet och/eller en karakteristisk lukt. Kassera flaskan om tecken på mikrobiell kontaminering observeras.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN

De förväntade värdena kan variera något mellan olika partinummer och reagensstickor. Se medföljande tabell över värden som erhållits för de specifika systemen. Enligt god laboratoriesed ska varje laboratorium fastställa sina egna parametrar.

Värdena i listan har uppnåtts med instrument, reagens och procedurer från instrumenttillverkaren vid tidpunkten för analysen. Senare ändringar av instrument, reagens eller procedurer kan göra att dessa angivna intervaller inte längre gäller.

Laboratorier som använder andra metoder än de som finns i listan bör fastställa sina egna förväntade intervall.

BRUKSANVISNING

Material som behövs men INTE medföljer:

- Objektklas
- Pipettorer
- Centrifugeringsrör, objektklas och pipettorer från standardiserade urinanalyssystem kan användas.
- Centrifug som klarar att generera en RCF på 400 för KOVA-metoden eller 450 för manuella metoder.
- Mikroskop med ett 10x-objektiv och en 40x-objektlins
- Färg för urinundersökning (valfritt)
- Kemiska reagensstickor

- Eventuell ytterligare laboratorieutrustning eller reagens som krävs för att genomföra erforderliga fysiokemiska, kemiska och mikroskopiska analyser.

Se till att **UA DipTube** når rumstemperatur. Blanda rörets innehåll noga före varje användning genom att försiktigt vända det under några minuter (minst 3 minuter). Sätt tillbaka locket på en gång och förvara det öppnade röret i 2–8 °C eller rumstemperatur (18–25 °C).

Fysiska tester:

1. **Utseende:** Inspektera färg och turbiditet visuellt.
2. **Specifik vikt:** Mät den specifika vikten med hjälp av en refraktometer eller reagenssticka.

Kemiska tester:

1. Om resultaten läses av manuellt jämför reagenssticken med tillverkarens diagram för färgjämförelse. Om en automatisk stickavläsare används, följ tillverkarens anvisningar.
2. Reagensstickor: Ta bort korken från röret och sänk ned reagenssticken i kontrollen. Ta bort stickan omgående och följ tillverkarens bruksanvisning för testning. Sätt omedelbart tillbaka korken efter användning.
3. Reagenstabletter eller gravitetskassetter: Ta bort korken från röret och pipettera den erforderliga mängden kontrollvätska i enlighet med reagenstillverkarens anvisningar. Sätt omedelbart tillbaka korken efter användning.

Mikroskopisk analys:

Vid användning av en standardiserad metodologi för mikroskopisk analys, följ tillverkarens rekommendationer. Varje laboratorium ska fastställa sina egna värden för andra system än de i listan.

Om en icke-standardiserad metod för mikroskopisk analys används ska **UA DipTube** centrifugeras i 5 minuter vid 450 RCF (Relative Centrifugal Force, relativ centrifugalkraft). Häll av supernatanten och lämna kvar ungefär 0,5 mL. Resuspendera försiktigt sediment genom att överföra en droppe på ett rent, torrt mikroskopobjektklas och täck över med ett 22 mm täckglas. De värden som rapporteras är intervallet för mikroskopiska element räknade i 10 hpf (high powered fields, högeffektfält). Varje laboratorium ska upprätta sina egna intervall.

Hantera **UA DipTube** på samma sätt som patientprover. Konsekvent hantering av kontrollen är nödvändigt för enhetliga resultat.

Denna produkt innehåller cellelement som kan bilda en mindre mängd sediment i flaskan. Säkerställ konsekvent utbyten genom att vända flaskan upp och ned och blanda väl före användning.

Röret innehåller 12 mL kontroll. Ett färskt rör eller ett rör som bara har använts vid nedräkning med reagensstica 1 gång ska användas vid mikroskopisk analys. En konsekvent testvolym är viktigt för reproducerbara mikroskopiska resultat.

KVALITETSKONTROLL

Alla krav på kvalitetskontroll ska följas i enlighet med lokala, regionala och/eller nationella föreskrifter och myndighetskrav.

METODENS BEGRÄNSNINGAR

UA DipTube måste blandas väl före varje användning så att reproducerbara resultat säkerställs.

En konsekvent volym måste användas för testning så att reproducerbara mikroskopiska resultat säkerställs. Ett färskt rör eller ett rör som bara har använts vid nedräkning med reagensstica 1 gång ska användas vid mikroskopisk analys. Organiska sfärer som används för att simulera leukocyter uppväxer eventuellt inte samma färgningsegenskaper som mänskliga leukocyter.

I tillverkarens bipacksedel finns en lista över begränsningarna för varje testmetod. Endast för professionell användning.

TEKNISK SUPPORT

I USA kan du kontakta teknisk support på telefonnummer 800-232-3342 eller 510-979-5417. Om ditt laboratorium har ett LabLink XL-abonnemang kan du gå in på www.maslablink.com och välja LabLink Extra för att se uppdateringar av bipacksedel och information. Alternativt kan du skaffa ett LabLink XL-abonnemang genom att ringa 800-232-3342 eller 510-979-5451.

Om du befinner dig utanför USA och ditt laboratorium har ett LabLink XL-abonnemang går du in på www.maslablink.com och väljer LabLink Extra. I annat fall kan du kontakta din lokala återförsäljare eller en auktoriserad distributör.

Kat. nr	Beskrivning	Storlek
UAT-MP	UA DipTube, multipack	10 x 12 mL

MAS® UA DipTube

SİVİ TEST EDİLEN İDRAR ANALİZ KONTROLÜ

IVD

KULLANIM AMACI

MAS® UA DipTube, rutin idrar analiz testinde kullanılan niteliksel ve yarı niceliksel prosedürleri izlemek amacıyla kontrol olarak klinik laboratuvara kullanılmıştır. Test kiti değerleri listelenen spesifik sistemler için sağlanmıştır. Kullanıcı, reaktif ve ekipmanın performansının tutarlı olduğundan emin olmak için beklenen aralıklarla gözlemleri karşılaştırabilir. Ürün, fizyokimyasal, kimyasal ve mikroskopik rutin idrar analizi için bir kontrol malzemesi olarak kullanılabilir. **UA DipTube** idrar mikroskopik analizi için ticari olarak standartlaştırılmış sistemlerle birlikte kullanılabilir.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

UA DipTube insan idrarından hazırlanan sıvı stabil bir kontrol malzemesidir. Analit seviyeleri muhtelif saf kimyasallarla ve insan serumu malzemeleriyle ayarlanmıştır. **UA DipTube** ayrıca koruyucular ve stabilizörler içerir.

TEHLİKE: **UA DipTube** kontrolü, <0,9 bovin serum albümini (BSA), ≤0,1 bromsülfonftalein sodyum tuzu ve ≤0,006 3:1 Karışım içerir: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on + 2-metil-4-izotiazolin-3-on (PROCLIN).

H317 - Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

H334 - Solunması durumunda alerji veya astım semptomlarına veya nefes alma güçlüğüne neden olabilir.

Buğu veya buhar solumaktan kaçının. Kontamine olan çalışma giysisi işyerinin dışına çıkmamalıdır. Koruyucu eldivenler/koruyucu gözlük/yüz koruyucu takın. Yetersiz havalandırma olması durumunda solunum koruması takın. Cilde temas etmesi halinde: Bol sabun ve suyla yıkayın. SOLUNMUŞSA: Maruz kalan nefes almada zorluk çekiyorsa temiz havaya çıkarın ve nefes alması için rahat bir konumda tutun. Ciltte tahrîş veya döküntü oluşursa: Tibbi yardım/destek alın. Solunum semptomları yaşıyorsa: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Yeniden kullanmadan önce kontamine olan giysileri yıkayın. İçindekileri/kabı, yerel/bölgeler/ulusal/uluslararası düzenlemelere uygun bir yere atın.

UA DipTube insan idrar havuzlarından hazırlanmıştır ve başka insan serumu malzemesi içerir. İnsan serumu malzemesinden türetilen kontrolün bileşenleri, FDA tarafından kabul edilen yöntemler kullanılarak test edilmiştir ve Hepatit B Yüzey Antjeni (HBsAg), Hepatit C Antikoru (HCV) ve HIV-1 ve HIV-2 Antikoru için tepkimesiz bulunmuştur. Ancak, hiçbir test yöntemi, insan serumu malzemesinden türetilen ürünlerin enfeksiyöz ajanları içermedinin tam garantisini sunamaz. Bu kontrol Hastalık Kontrolü Merkezleri/Uluslararası Sağlık Enstitüleri kılavuzu, "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories," 2009 yayınından gelen önerilere uygun olarak işlenmelidir.

SAKLAMA VE STABİLİTE

Soğutarak Saklayın (2-8 °C): Açılmamış **UA DipTube**'ü 2-8 °C'de saklayın. Açılmamış tüpler etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabbildir. Açıldığında kontrol tüpleri 8 hafta veya 20 reaktif şeridi daldırması (hangisi önce olursa) için stabbildir.

Oda Sıcaklığında Saklama (18-25 °C): Açık kontrol tüpleri 2 hafta veya 10 reaktif şeridi daldırması (hangisi önce olursa) için stabbildir.

Dondurmeyin.

Bakteriyel kontaminasyon turbiditede bir artış ve/veya karakteristik bir koku üretir. Mikrobiyal kontaminasyon kanıt gözlemlenirse flakonu atın.

BEKLENEN DEĞERLER

Beklenen değerler kullanılan farklı lot numaralarına ve reaktif şeritlerine bağlı olarak biraz değişkenlik gösterebilir. Belirli sistemlerde elde edilmiş değerler için verilen tablolara bakın. İyi laboratuvar uygulaması her bir laboratuvarın kendi parametrelerini oluşturmasını önerir.

Listelenen değerler test sırasında mevcut cihaz(lar) ve cihaz üreticisinin reaktifleri ve prosedürleri kullanılarak elde edilmiştir. Cihazdaki, reaktifteki veya prosedürlerdeki sonraki değişiklikler bu değerleri geçersiz kıllıbir.

Listelenenler dışında yöntemler kullanan laboratuvarlar kendi beklenen aralıklarını oluşturmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Gereken Ancak SAĞLANMAYAN Malzemeler:

- Slaytlar
- Pipetleyiciler
- Standartlaştırılmış idrar analizi sistemlerinden elde edilen santrifüj tüpleri, slaytlar ve pipetleyiciler kullanılabilir.

- KOVA yöntemi için 400 RCF veya manuel yöntemler için 450 RCF üretebilen santrifüj.

- 10x objektif ve 40x objektif lensli mikroskop
- İdrar analizi boyaması (İsteğe bağlı)
- Kimyasal reaktif şeritleri
- Gerekli fizyokimyasal, kimyasal ve mikroskopik analizleri gerçekleştirmek için tüm laboratuvar ekipmanları veya reaktifler olmalıdır.

UA DipTube'ın oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Tüm içindekileri her kullanımdan önce birkaç dakika boyunca hafifçe tersine çevirerek iyice karıştırın (minimum 3 dakika). Kapağı derhal kapatın ve açılmış tüp 2-8 °C'de veya oda sıcaklığında (18-25 °C) saklayın.

FİZİKSEL TESTLER:

1. **Görünüm:** Rengi ve turbiditeyi görsel olarak inceleyin.
2. **Özgül Ağırlık:** Özgül ağırlığı bir refraktometre veya reaktif şeridi ile ölçün.

KİMYASAL TESTLER:

1. Reaktif görsel olarak sonuç veriyorsa, reaktif şeridini üreticinin renk karşılaştırma şemasıyla karşılaştırın. Otomatik bir şerit okuyucu kullanılıyorsa, üreticinin kullanım talimatlarını izleyin.
2. Reaktif Şeritleri: Kapağı tüpten çıkarın ve reaktif şeridini kontrole daldırın. Şeridi hemen çıkarın ve üreticinin test talimatlarını izleyin. Kapağı kullanduktan hemen sonra derhal yerine takın.
3. ReaktifTabletleri veya Hamilelik Kasetleri: Kapağı tüpten çıkarın ve reaktif üreticisinin talimatları uyarınca gerekli miktarla kontrolü pipette alın. Kapağı kullanduktan hemen sonra derhal yerine takın.

MİKROSKOPİK ANALİZ:

Mikroskopik analiz için standartlaştırılmış bir metodoloji kullanılıyorsa, üretici önerilerini takip edin. Her bir laboratuvar, listelenenler arasındaki sistemler için kendi değerlerini olısturmalıdır.

Mikroskopik analiz için standartize edilmiş metodoloji kullanılıyorsa, 5 dakika boyunca 450 RCF'de **UA DipTube**'ı santrifüj yapın (bağlı santrifüj kuvveti). Yaklaşık 0,5 ml bırakarak üst fazı dökün. Bir damlayı temiz, kuru mikroskop slaytinı damlatarak ve 22 mm'lik kapak slip örterek yavaşça süspansedir. Rapor edilen değerler 10 hpf'de sayılan mikroskopik öğe aralığıdır (yüksek güclü alanlar). Her bir laboratuvar kendi aralıklarını olısturmalıdır.

UA DipTube'ı hastadan alınan örneklerle aynı şekilde ele alın. Kontrolün tutarlı işlenmesi tekdeye sonuçlar için gereklidir.

Bu ürün içinde küçük bir miktar çökelti oluşturan selüler öğeler içerir. Tutarlı geri kazanım sağlamak için, kullanmadan önce ters çevirip iyice karıştırın.

Tüp 12 ml kontrol içerir. **Yeni bir tüp veya 1 reaktif şeridi daldırmasından daha fazla kullanılmamış tüpün mikroskopik analiz için kullanılması gereklidir.** Yeniden üretilen mikroskopik sonuçlar için teste tutarlı hacim gereklidir.

KALİTE KONTROL

Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

PROSEDÜR KİSITLAMALARI

UA DipTube yeniden üretilen sonuçlar için her kullanımdan önce iyice karıştırılmalıdır.

Yeniden üretilen mikroskopik sonuçlar sağlamak için teste tutarlı hacim kullanılmalıdır. Yeni bir tüp veya 1 reaktif şeridi daldırmasından daha fazla kullanılmamış tüpün mikroskopik analiz için kullanılması gereklidir. Lökositleri uyarmak için kullanılan organik küreler insan lökositleriyle aynı boyama özelliklerini göstermeyecektir.

Her test yönteminin sınırlamaları için üreticinin ürün prospektüsüne bakın. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

TEKNİK YARDIM

ABD'de teknik yardım için 800-232-3342 veya 510-979-5417 numaralarını arayın. Prospektüs güncellemleri ve bilgiler için, laboratuvarınız LabLink XL abonesi ise www.maslablink.com adresini ziyaret edin ve LabLink Extra'yi seçin. Alternatif olarak, LabLink XL'ye abone olun, 800-232-3342 veya 510-979-5451'i arayın.

ABD'nin dışında, laboratuvarınız LabLink XL abonesi ise, www.maslablink.com adresini ziyaret edin, LabLink Extra'yi seçin. Alternatif olarak, lütfen yerel satış ofisinizle veya yetkili dağıtıçılı ile iletişim kurun.

Kat. No.	Açıklama	Boyut
UAT-MP	UA DipTube, Çoklu Paket	10 x 12 ml

MAS® UA DipTube

尿液分析检测控制液

IVD

用途

MAS® UA DipTube 用于在临床实验室中作为定性和半定量控制液，以便进行尿常规检测。针对所列出的特定系统，该控制液能够提供检测值。使用者可将观测结果与预期范围加以比较，以此方式来确保试剂和仪器的性能一致。本产品适用于作为控制材料进行尿常规分析的物理化学、化学和显微方法。**UA DipTube** 可与市售尿液显微分析标准化系统结合使用。

产品描述

UA DipTube 是一种由人体尿液制备而成的稳定性控制液。由多种纯化学物和人体材料调制出不同浓度的分析物。**UA DipTube** 还含有防腐剂和稳定剂。

危险：**UA** 浸入管控制液内含 < 0.9% 牛血清白蛋白 (BSA)、≤ 0.1% 碘溴酞钠和 ≤ 0.006% 的混合物（比例为 3:1）：5- 氯 -2- 甲基 -4- 异噻唑啉 -3- 酮 + 2- 甲基 -4- 异噻唑啉 -3- 酮 (PROCLIN)。

H317 - 可能引起皮肤过敏性反应。

H334 - 如果不慎吸入，可能导致发生过敏或哮喘症状或呼吸困难。

避免吸入雾气或蒸汽。不得将被污染的工作服带出工作场所。请戴上防护手套 / 眼罩 / 面罩。在通风不足的情况下，请佩戴呼吸防护装置。如果沾到皮肤上：请用大量肥皂和水清洗。如果吸入：如果受害人呼吸困难，请将受害人转移到空气新鲜处休息，保持适宜呼吸的体位。如果发生皮肤刺激或皮疹：请求医 / 就诊。如果出现呼吸道症状：呼叫解毒中心或医生 / 医师。将被污染的衣服洗净后方可重新穿戴。请按照本地 / 地区 / 国家 / 国际的法规，将内容物 / 容器处理到指定地点。

UA DipTube 由人体尿液样品池和包含其他人体材料的物质制备而成。取自人体材料的控制成分均使用 FDA 所认可的方法进行了测试，并显示对乙肝表面抗原 (HBsAg)、丙型肝炎病毒抗体 (HCV)、HIV-1 和 HIV-2 抗体等无活性反应。然而，任何检测方法都不能完全保证取自人体材料的产品免于传染性病原。此控制成分的处理必须遵照美国疾病控制与预防中心 / 国立卫生研究院出版的手册《微生物及生物医学实验室的生物安全，2009》执行。

储存及稳定性

冷冻储存 (2-8°C)：将未开封的 **UA DipTube** 在 2-8°C 的温度范围内储存。未开封的试管在标签上所列的失效日期之前一直保持稳定性。开封后，控制液试管可保持稳定性 8 周或 20 次试剂条浸入，以先到为准。

室温储存 (18-25°C)：开封的控制液试管可保持稳定性 2 周或 10 次试剂条浸入，以先到为准。

禁止冷冻。

细菌污染会使产品浑浊度增加和 / 或产生特别的气味。如果观察到微生物污染的现象，请将药瓶丢弃。

预期值

采用不同的批号和试剂条可能会得出略有不同的预期值。请参阅附表以了解特定系统获得的值。根据标准的实验室规范，每个实验室都应确立一套自己的参数。

所有数值都是在检测当时，就可获得的仪器和仪器制造商的试剂及程序进行检测而定出的。随后的仪器、试剂或程序修正可能使这些指定的数值无效。实验室使用列表之外的方法检测时，需要自行建立预期范围。

使用说明

需要但未提供的材料：

- 载玻片
- 吸量管
- 可使用标准化尿液分析系统使用的离心管、载玻片和吸量管。
- 使用 KOVA 法时离心机产生的相对离心力为 400，使用手册方法时离心机产生的相对离心力为 450。
- 显微镜配有 10 倍物镜和 40 倍物镜
- 尿分析染色（可选）
- 化学试剂条
- 物理化学、化学和显微分析需要的任何其他实验室仪器或试剂。

让 **UA DipTube** 达到室温。每次使用前，请轻微反转试管数分钟（至少 3 分钟）以彻底混合管内的物质。立即更换盖子，并将已开封的试管储存在 2-8°C 或室温 (18-25°C) 下。

物理检测：

1. 外观：视检尿液的颜色和混浊度。
2. 比重：使用折射计或试剂条检测尿液的比重。

化学检测：

1. 如果用肉眼读取结果，则使用制造商的色彩对比图比对试剂条。如果使用自动试剂条读取器，请遵照制造商的说明书使用。
2. 试剂条：从试管上移除盖子，并将试剂条浸入控制液。迅速取出试剂条，并按照制造商的说明进行检测。使用后立即更换盖子。
3. 试剂片或验孕盒：从试管上移除盖子，并按照试剂制造商的说明，吸取控制液所需量。使用后立即更换盖子。

显微分析：

如果使用标准方法进行显微分析，请按照制造商推荐的方法操作。每个实验室应自行建立列表之外的系统值。

如果使用非标准化方法进行显微分析，以 450 RCF（相对离心力）将 **UA DipTube** 离心处理 5 分钟。倾出上清液，保留约 0.5 mL 样品。轻轻再次悬浮沉淀，将 1 滴沉淀物滴至洁净干燥的显微载玻片，用 22 mm 的盖玻片覆盖好。报告值为 10 倍高倍视野 (hpf) 的显微元素计数结果。每个实验室应自行建立范围。

用与患者标本处理相同的方法处理 **UA DipTube**。控制液的处理方法保持一致，是获得一致性结果的必需条件。

本产品包含的细胞元素可能在瓶底形成少量沉淀。为确保回收率保持一致，使用前请翻转并充分混合本品。

试管含有 12mL 控制液。显微分析应该使用未开封或不超过 1 次试剂条浸入的试管。样品检测量保持一致，是保证显微结果可重现性的关键。

质量控制

所有有关质量控制的要求都应遵照地方、州和 / 或联邦法规或认证要求来执行。

程序的局限性

UA DipTube 使用前必须充分混合，确保检测结果的可重现性。

样品检测量必须保持一致，确保显微结果的可重现性。显微分析应该使用未开封或不超过 1 次试剂条浸入的试管。

模拟白细胞的有机球体可能与人类白细胞的染色特征不同。

请参阅制造商产品说明书中每种检测方法的局限性列表。仅适于专业使用。

技术援助

美国境内，寻求技术援助，请致电 800-232-3342 或 510-979-5417。有关插页的更新和信息，如果您的实验室订阅了 LabLink xL，请访问 www.maslablink.com 并选择 LabLink Extra。或者，如欲订阅 LabLink xL，请致电 800-232-3342 或 510-979-5451。

美国以外地区，如果您的实验室订阅了 LabLink xL，请访问 www.maslablink.com 并选择 LabLink Extra。或者，请联系您当地的销售办事处或获授权经销商。

目录编号
UAT-MP

型号
UA DipTube, 多瓶装

规格
10 x 12 mL

MAS® UA DipTube

液体アッセイ尿検査コントロール

IVD

使用目的

MAS® UA DipTube は、臨床検査室において、日常的な尿検査に使用される定性的および半定量的手順の対照として使用することを目的としています。記載されたシステムに固有のアッセイ値が提供されます。ユーザーは、試薬と機器が安定した性能を確保するための手段として、予想される範囲内で観察結果を比較できます。本製品は、日常的な尿検査の生理化学的方法、化学的方法、および顕微鏡法の対照試料としての使用に適しています。UA DipTube は、尿顕微鏡分析用に市販されている標準化システムと併用できます。

製品の内容

UA DipTube は、ヒト尿から作製された液体的に安定した対照試料です。分析物レベルは、さまざまな精製化学物質やヒト由来物質で調整されます。UA DipTube には、防腐剤と安定剤も含まれています。

危険: UA DipTube コントローラ液含有量: <0.9% のウシアルブミン血清 (BSA)、<0.1% のスルホプロモフタレンナトリウム塩、および <0.006% の 5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン + 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンの 3:1 混合液 (PROCLIN)。H317 - アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ。

H334 - 吸入すると、アレルギー症状、ぜんそく症状、または呼吸困難を起こすおそれ。

ミストまたは蒸気の吸入を避けること。汚染された作業着を作業場から出さないごと。保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。換気が不十分な場合は、呼吸器保護具を着用すること。皮膚に付着した場合: 多量の石鹼と水で洗うこと。吸入した場合: 呼吸が困難な場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息されること。皮膚刺激または発疹が現れた場合: 医師の助言または診察を受けること。呼吸器症状が現れた場合: 日本中毒情報センターまたは医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。内容物や容器を廃棄する場合は、地域、地方、国内、および国際規制に従うこと。

UA DipTube は、ヒト尿プールから作製されており、他のヒト由来物質が含まれています。ヒト由来物質から作製された対照の成分は、FDA 承認の方法で試験済みであり、B 型肝炎表面抗原 (Hepatitis B Surface Antigen: HBsAg)、C 型肝炎抗体 (HCV)、および HIV-1/HIV-2 抗体に対して非反応性であることが確認されています。ただし、試験法で、ヒト由来物質に由来する製品に感染性病原体が混入されていないことを完全に保証できるものは存在しません。この対照は、アメリカ疾病予防管理センター/アメリカ国立衛生研究所のマニュアル『Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (微生物を取り扱う医学・生物学実験室における生物安全予防措置)』、2009 年版の推奨事項に従って処理する必要があります。

保管と安定性

冷蔵保存 (2 ~ 8°C): 未開封の UA DipTube は、2 ~ 8°C で保存してください。未開封の管は、ラベルに記載されている使用期限内であれば安定しています。開封後、対照の管は 8 週間、または試薬紙の浸漬回数が 20 回に達するまでの間 (いずれか早い方) 安定しています。

室温での保存 (18 ~ 25°C): 開封した対照の管は、2 週間、または試薬紙の浸漬回数が 10 回に達するまでの間 (いずれか早い方) 安定しています。

凍結させないでください。

細菌汚染によって濁度と特異臭が増加します。微生物汚染が確認された場合は、バイアルを廃棄してください。

予測される測定値

予想される値はロット番号や試薬紙に応じてわずかに異なる場合があります。特定のシステムで得られた値については、付属の表を参照してください。適切な検査室手順に従って、各ラボが独自のパラメータを確立することを推奨します。記載されている値は、分析時に測定機器とその測定機器メーカーの試薬および手順を使用して得られたものです。測定機器、試薬、または手順に追加的な変更を行うと、これらの値が無効になる場合があります。

記載されていない方法を用いる場合は、ラボで独自の予測範囲を定めてください。

取扱説明書

必要であるが提供されない資材:

- スライド
- ピベッター
- 尿検査標準化システムの遠心分離管、スライド、およびピベッターを使用可能
- KOVA 法の場合は 400 RCF、手動の場合は 450 RCF を実現できる遠心分離機

- 10 倍と 40 倍の対物レンズを備えた顕微鏡
- 尿検査用染色剤 (任意)
- 試薬紙
- 必要な生理化学的分析、化学分析、および顕微鏡分析を行うためのその他の実験装置または試薬

UA DipTube は室温に戻してください。管を使用前に数分間 (3 分以上) ゆるやかに反転させて、内容物を十分に混合します。蓋を直ちに締め、開封後の管は 2 ~ 8°C または室温 (18 ~ 25°C) で保存してください。

物理的検査:

1. 外観: 色と濁度を目視検査します。
2. 比重: 屈折計または試薬紙を使用して比重を測定します。

化学的検査:

1. 結果を目視で読み取る場合は、試薬紙をメーカーの比色表で比較します。試薬紙の自動読み取り機を使用する場合は、メーカーの使用説明書に従ってください。
2. 試薬紙: 管から蓋を外し、試薬紙を対照に浸します。すぐに試薬紙を取り出し、メーカーの検査手順に従ってください。使用後、蓋を直ちに締めます。
3. 試薬錠または妊娠キット: 管から蓋を外し、試薬メーカーの手順に従って必要な量の対照をビペットで取ります。使用後、蓋を直ちに締めます。

顕微鏡分析:

顕微鏡分析に標準化方法論を使用する場合は、メーカーの推奨事項に従ってください。記載されていないシステムについては、各ラボで独自の値を定めてください。

顕微鏡分析に非標準化方法論を使用する場合は、UA DipTube を 450 RCF (相対遠心力) で 5 分間遠心分離機にかけます。約 0.5 mL を残して上澄みを捨てます。沈殿物をゆっくりと再懸濁したら、乾いている清潔な顕微鏡スライドに 1 滴垂らして、22 mm のカバースリップで覆います。10 hpf (高倍率視野) でカウントされた微細成分範囲の値が得られます。各ラボで、独自の範囲を定めてください。

UA DipTube は患者検体と同じ方法で取り扱います。均一な結果を得るには、対照の取り扱いに一貫性が必要です。

本製品には、瓶の中で微量の沈殿物を形成する細胞成分が含まれています。均一な状態に戻すには、使用前に反転させて十分に混合してください。

管には対照 12mL が含まれています。顕微鏡分析には、未使用の管、または試薬紙を 1 回だけ浸漬した管を使用してください。再現性のある顕微鏡結果を得るには、試験に使用する量を均一にすることが重要です。

品質管理

品質管理要件はすべて、地域、県および/または政府の規定事項もしくは認定要件に準拠して実施してください。

測定の限界

UA DipTube は、再現性のある結果を得るために十分に混合する必要があります。

再現性のある顕微鏡結果を得るには、試験に使用する量を均一にする必要があります。顕微鏡分析には、未使用の管、または試薬紙を 1 回だけ浸漬した管を使用してください。

疑似白血球に使用される有機粒子が、ヒト白血球と同じ染色特性を示すことはありません。

各試験法の限界の一覧については、メーカーの添付文書を参照してください。研究用途以外には使用しないでください。

テクニカルサポート

米国内: テクニカルサポートについては、お電話にて (番号: 800-232-3342 または 510-979-5417) お問い合わせください。添付文書改訂版やその他の情報については、ラボが LabLink XL を購読している場合は、www.maslablink.com にアクセスして LabLink Extra を選択してください。または、LabLink XL を購読する場合は、お電話にて (番号: 800-232-3342 または 510-979-5451) お問い合わせください。

米国外: ラボが LabLink XL を購読している場合は、www.maslablink.com にアクセスして LabLink Extra を選択してください。または、地域の営業担当者あるいは認定代理店までお問い合わせください。

カタログ番号
UAT-MP

説明
UA DipTube、マルチパック

サイズ
10 x 12 mL

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

U

English	Acorbic Acid****	Bilirubin	Blood (Hemoglobin)	Creatinine	Glucose	Ketones	Leukocyte Esterase	Microalbumin	Nitrite	pH	Protein	Specific Gravity	Urobilinogen	Osmolality	Sodium	hCG	Potassium
Deutsch	Ascorbinsäure****	Bilirubin	Blut (Hämoglobin)	Kreatinin	Glucose	Ketone	Leukozytenesterase	Microalbumin	Nitrit	pH	Protein	Spezifisches Gewicht	Urobilinogen	Osmolalität	Natrium	hCG	Kalium
Français	Acide ascorbique****	Bilirubin	Sang (hémoglobine)	Créatinine	Glucose	Cétones	Estérase leucocytaire	Microalbumine	Nitrite	pH	Protéine	Densité	Urobilinogène	Osmolalité	Sodium	hCG	Potassium
Italiano	Acido ascorbico****	Bilirubina	Sangue (Emoglobina)	Creatinina	Glucosio	Chetoni	Esterasi leucocitaria	Microalbumina	Nitrito	pH	Proteine	Peso specifico	Urobilinogeno	Osmolalità	Sodio	hCG	Potassio
Español	ácido ascorbico****	bilirubina	sangre (hemoglobina)	creatinina	glucosa	ctonas	esterasa leucocitaria	microálbumina	nitrito	pH	proteína	gravedad específica	urobilinógeno	Osmolalidad	Sodio	hCG	Potasio
Dansk	Ascorbinsyre****	Bilirubin	Blood (hæmoglobin)	Kreatinin	Glukose	Ketoner	Leukocytesterase	Mikroalbumin	Nitrit	pH	Protein	Specifik vægtfylde	Urobilinogen	Osmolalitet	Natrium	hCG	Kalium
Nederlands	Ascorbinezuur****	Bilirubine	Bloed (hemoglobine)	Creatinine	Glucose	Ketonen	Leukocytenesterase	Microalbumine	Nitriet	pH	Proteine	Specifieke zwaartekraacht	Urobilinogenen	Osmolaliteit	Natrium	hCG	Kalium
Suomi	Askorbiinihappo****	Bilirubini	Veri (hemoglobiini)	Kreatiini	Glukoosi	Ketonit	Leukosyntesterasi	Mikroalbumiini	Nitriitti	pH	Valkuainen	Ominaispaino	Urobilinoogeeni	Osmolaliteetti	Natrium	hCG	Kalium
ελληνικά	Ασκορβίκο οξύ****	Χολεροθρίνη	Άιμα (Αιμοφρίνη)	Κρεατινίη	Πλυκόζη	Κετόνες	Λευκοκυτταρική εστέραση	Μικροάλβουμινη	Νιτρώδη	pH	Πρωτεΐνη	Ειδικό βάρος	Ουρογόλινογόνο	Ωμωτικότητα	Νάτριο	hCG	Κάλιο
Norsk	Ascorbinsyre****	Bilirubin	Blod (hemoglobin)	Kreatinin	Glukose	Ketoner	Leukocytesterase	Mikroalbumin	Nitritt	pH	Protein	Spesifikk gravitet	Urobilinogen	Osmolalitet	Natrium	hCG	Kalium
Polski	Kwas askorbinowy****	Bilirubina	Krew (hemoglobina)	Kreatynina	Glukoza	Ketony	Esteraza leukocytarna	Mikroalbumina	Azotyny	Odczyn pH	Bialko	Cieżar właściwy	Urobilinogen	Osmolalność	Sód	hCG	Potas
Português	Ácido ascórbico****	Bilirubina	Sangue (hemoglobina)	Creatinina	Glucose	Cetonas	Leucocito-esterase	Microalbumina	Nitrito	pH	Proteina	Gravidade específica	Urobilinogénio	Osmolaridade	Sódio	hCG	Potássio
русский	Аскорбиновая кислота****	Билирубин	Кровь (гемоглобин)	Креатинин	Глюкоза	Кетоны	Лейкоцитарная эстераза	Микроальбумин	Нитриты	Кислотность	Белок	Удельный вес	Уробилиноген	Оsmoalityсть	Натрий	ХЧ	Калий
Svenska	Ascorbinsyrat****	Bilirubin	Blod (hemoglobin)	Kreatinin	Glukos	Ketoner	Leukocyttesteras	Mikroalbumin	Nitrit	pH	Protein	Densitet	Urobilinogen	Osmolalitet	Natrium	hCG	Kalium
Türk	Askorbit Asit****	Bilirubin	Kan (Hemoglobin)	Kreatinin	Glukoz	Ketonlar	Lökosit Esteraz	Mikroalbümin	Nitrit	pH	Protein	Özgül Ağırlık	Ürobilinogen	Osmolalite	Sodyum	hCG	Potasum
中国的	抗坏血酸****	胆红素	血液 (血红蛋白)	肌酐	葡萄糖	酮	白血球酯酶	微量白蛋白	亚硝酸盐	pH值	蛋白质	比重	尿胆素原	渗透压	钠		人体绒毛膜促性腺激素
日本語	アスコルビン酸****	ビリルビン	血液 (ヘモグロビン)	クレアチニン	グルコース	ケトン	白血球エステラーゼ	微量アルブミン	亜硝酸塩	pH	タンパク質	比重	ウロビリノーゲン	オスモル濃度	ナトリウム	hCG	カリウム

<R>

English	Positive	Trace	Small	Moderate	Large	Abnormal	Present	hpF (High Power Field)	Negative	Normal	Absent	Below Range
Deutsch	Positiv	Spuren	Klein	Mäßig	Groß	Anormal	Vorhanden	Hauptgesichtsfeld (HPF)	Negativ	Normal	Nicht vorhanden	Unterhalb Bereich
Français	Positif	Trace	Faible	Modéré	Elevé	Anormal	Présent	CFG (Champ à fort grossissement)	Négatif	Normal	Absent	Inférieur à la plage
Italiano	Positivo	Traccia	Lieve	Moderato	Grande	Anomalo	Presente	hpF (alto potere d'azione)	Negativo	Normale	Assente	Inferiore all'intervallo
Español	Positivo	Trazas	Pequeño	Moderado	Grande	Anormal	Presente	hpF (campo de alta potencia)	Negativo	Normal	Ausente	Deabajo del intervalo
Dansk	Positiv	Sporing	Lille	Moderat	Stor	Unormal	Aktuel	hpF (felter med stor forstørrelse)	Negativ	Normal	Fraværende	Under område
Nederlands	Positief	Tracing	Klein	Gemiddeld	Groot	Abnormaal	Aanwezig	hpF (high power field)	Negatief	Normaal	Afwezig	Buiten bereik
Suomi	Positiivinen	Erittäin vähäinen	Vähäinen	Kohtalaista	Paljon	Epänormaali	Esiintyy	hpF (suuritehokennettä)	Negatiivinen	Normaali	Ei esiinny	Vaihteluvälin alapuolella
ελληνικά	Θετικό	Ιχνος	Μικρό	Μέτριο	Μεγάλο	Μη κανονικό	Παρόν	hpF (Πεδίο υψηλής ιοχύσος)	Άρνητικό	Κανονικό	Απόν	Κάτω του εύρους
Norsk	Positiv	Spor	Liten	Moderat	Stor	Unormal	Til stede	HPF (High Power Field – felt med hoy forstørrelse)	Negativ	Normal	Ikke til stede	Under området
Polski	Dodatni	Ślad	Niewielki	Umiarkowany	Duży	Nieprawidłowy	Obecny	hpF (pole widzenia przy dużym powiększeniu)	Ujemny	Prawidłowy	Brak	Poniżej zakresu pomiarowego
Português	Positivo	Vestígio	Pouco	Moderado	Grande	Anormal	Presente	campo de grande ampliação	Negativo	Normal	Ausente	Abaixo do intervalo
русский	Положительный	Следовый	Малый	Умеренный	Большой	Отклонение от нормы	Присутствует	Поле зрения с высоким увеличением (HPF)	Отрицательный	Нормальный	Отсутствует	Ниже диапазона
Svenska	Positiv	Spärmlängd	Liten	Måttlig	Stor	Avvikande	Närvarande	hpF (High Power Field)	Negativ	Normal	Frånvarande	Lägre än normal-intervall
Türk	Pozitif	Eser	Az	Orta	Yüksek	Anormal	Mevcut	hpF (Yüksek Güçlü Alan)	Negatif	Normal	Yok	Aralik Altında
中国的	阳性	微量	少量	中等量	大量	异常	存在	hpF (高倍镜视野)	阴性	正常	不存在	低于此范围
日本語	陽性	微量	小量	中等量	大量	異常	存在	hpF (高倍率視野)	陰性	正常	非存在	範圍以下

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

☐ LVL 1 2019-02-28
☐ LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A <R>	LVL 2 UAT19022A <R>
ACON Mission® (Visual)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative 1 ~ 3 mg/dL or 10 ~ 30 mg/L 10 ~ 100 mg/dL or 0.9 ~ 8.8 mmol/L Normal	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 12(++) mg/dL or 35 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L* 30(+) ~ 2000(++) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L* Positive* 5(±) ~ 160(++) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L* N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.025 15(±) ~ 500(++) Leu/µL 8 ~ 15 mg/dL or 80 ~ 150 mg/L 100 ~ 300 mg/dL or 8.8 ~ 26.5 mmol/L Abnormal
ACON Mission® on Mission® U120 Urine Analyzer	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative 1 ~ 3 mg/dL or 10 ~ 30 mg/L 10 ~ 100 mg/dL or 0.9 ~ 8.8 mmol/L Normal	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL 8 ~ 15 mg/dL or 80 ~ 150 mg/L 100 ~ 300 mg/dL or 8.8 ~ 26.5 mmol/L Abnormal
ACON Mission® on Mission® U500 Urine Analyzer	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative 1 ~ 3 mg/dL or 10 ~ 30 mg/L 10 ~ 100 mg/dL or 0.9 ~ 8.8 mmol/L Normal	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL 8 ~ 15 mg/dL or 80 ~ 150 mg/L 100 ~ 300 mg/dL or 8.8 ~ 26.5 mmol/L Abnormal
ACON Mission® Expert (Visual) (Non U.S.)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative 0.2 mg/dL or 3.5 µmol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative 1 ~ 3 mg/dL or 10 ~ 30 mg/L 10 ~ 100 mg/dL or 0.9 ~ 8.8 mmol/L Normal	25(++) ~ 250(++++) Ery/µL 1(+) ~ 12(++) mg/dL or 17 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 6(++) mg/dL or 17 ~ 100 µmol/L* 30(+) ~ 500(++) mg/dL or 0.3 ~ 5 g/L* Positive* 10(+) ~ 150(++) mg/dL or 1.0 ~ 15.0 mmol/L* N/A***** 100(+) ~ 1000(++) mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.030 10-25(+) ~ 500(++) Leu/µL 8 ~ 15 mg/dL or 80 ~ 150 mg/L 100 ~ 300 mg/dL or 8.8 ~ 26.5 mmol/L Abnormal
ACON Mission® Expert on Mission® Expert U120 Urine Analyzer (Non U.S.)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 mg/dL or 3.5 µmol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.005 ~ 1.020 Negative	25(++) ~ 250(++++) Ery/µL 1(+) ~ 12(++) mg/dL or 17 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 6(++) mg/dL or 17 ~ 100 µmol/L* 25(+) ~ 500(++) mg/dL or 0.25 ~ 5 g/L* Positive 5(+) ~ 150(++) mg/dL or 0.5 ~ 15.0 mmol/L N/A***** 100(+) ~ 1000(++) mg/dL or 5.5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.030 25(+) ~ 500(++) Leu/µL

LVL 1 UAT19021A
LVL 2 UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
ACON Mission® Expert on Mission® Expert U500 Urine Analyzer (Non U.S.)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 mg/dL or 3.5 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 - 7.0 1.005 - 1.020 Negative	25(++) ~ 250(+++++) Ery/µL 1(+) ~ 12(++) mg/dL or 17 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 6(++) mg/dL or 17 ~ 100 µmol/L 25(+) ~ 500(++) mg/dL or 0.25 ~ 5 g/L Positive 5(+) ~ 150(++) mg/dL or 0.5 ~ 15.0 mmol/L N/A***** 100(+) ~ 1000(++) mg/dL or 5.5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.030 25(+) ~ 500(++) Leu/µL
Arkray AUCTION MAX AX-4280/IQ200 Combo	Specific Gravity pH Protein Glucose Ketones Bilirubin Blood Nitrite Urobilinogen Leukocyte Esterase	1.00 - 1.015 5.0 - 6.5 Negative Normal Negative Negative Negative Negative Normal Negative	1.010 - >1.030 7.0 - 9.0 30(+) - >600(++) mg/dL or 0.3 - >6.0 g/L 50(+) - >1000(++) mg/dL or 2.8 - >56 mmol/L 10(+) - >150(++) mg/dL or 1.0 - >15.0 mmol/L 0.5(+) - >10.0(++) mg/dL or 8.5 - >170 µmol/L Small(+) - Large(++) or 0.06 - >1.0 mg/dL or 0.6 - >10.0 mg/L Positive 2.0(+) - >12.0(++) mg/dL or 34 - >200 µmol/L 25(Trace) - 500(Large) Leuk/µL
Arkray AUCTION MAX AX-4280/JET	Glucose Protein Bilirubin Urobilinogen pH Blood Ketones Nitrite Leukocyte Esterase Specific Gravity	Normal Negative Negative Normal 4.5 - 6.0 Negative Negative Negative Negative 1.000 - 1.015	70(+) - >1000(++) mg/dL or 3.9 - >56 mmol/L 30(+) - >600(++) mg/dL or 0.3 - >6.0 g/L 0.5(+) - >10(++) mg/dL or 8.5 - >170 µmol/L 4.0(++) - >12.0(++) mg/dL or 70 - >200 µmol/L 6.5 - 9.0 0.06(+) - >1.0(++) mg/dL or 0.6 - >10.0 mg/L 20(+) - >150(++) mg/dL or 2.0 - >15.0 mmol/L 1+ - 2+ 25 - 500 Leuk/µL 1.010 - >1.030
Arkray AUCTION MAX AX-4030	Glucose Protein Bilirubin Urobilinogen pH Blood Ketones Nitrite Leukocytes Specific Gravity	Negative Negative Negative Normal 4.5 - 6.0 Negative Negative Negative Negative 1.000 - 1.015	70(+) - >1000(++) mg/dL or 3.9 - >56 mmol/L 30(+) - >600(++) mg/dL or 0.3 - >6.0 g/L 0.5(+) - >10(++) mg/dL or 8.5 - >170 µmol/L 4.0(++) - >12.0(++) mg/dL or 70 - >200 µmol/L 6.5 - 9.0 0.06(+) - >1.0(++) mg/dL or 0.6 - >10.0 mg/L 20(+) - >150(++) mg/dL or 2.0 - >15.0 mmol/L 1+ - 2+ 25 - 500 Leuk/µL 1.015 - >1.030
Arkray AUCTION HYBRID AU-4050	Glucose Protein Bilirubin Urobilinogen pH Blood Ketones Nitrite Leukocytes Specific Gravity	Negative Negative Negative Normal 4.5 - 6.0 Negative Negative Negative Negative 1.000 - 1.015	70(+) - >1000(++) mg/dL or 3.9 - >56 mmol/L 30(+) - >600(++) mg/dL or 0.3 - >6.0 g/L 0.5(+) - >10(++) mg/dL or 8.5 - >170 µmol/L 4.0(++) - >12.0(++) mg/dL or 70 - >200 µmol/L 6.5 - 9.0 0.06(+) - >1.0(++) mg/dL or 0.6 - >10.0 mg/L 20(+) - >150(++) mg/dL or 2.0 - >15.0 mmol/L 1+ - 2+ 25 - 500 Leuk/µL 1.015 - >1.030
Arkray AUCTION ELEVEN	Glucose Protein Bilirubin Urobilinogen pH Specific Gravity Blood Ketones Nitrite Leukocyte Esterase	Negative Negative Negative Normal 5.0 - 6.0 <1.005 - 1.015 Negative Negative Negative Negative 1.005 - 1.015	30(+) - >1000(++) mg/dL or 1.7 - >56 mmol/L 100(++) - >600(++) mg/dL or 1.0 - >6.0 g/L 2(++) - >10(++) mg/dL or 34 - >170 µmol/L 4.0(++) - >12(++) mg/dL or 70 - >200 µmol/L 6.5 - 8.5 1.015 - >1.030 0.06(+) - >1.0(++) mg/dL or 0.6 - >10.0 mg/L 40(++) - >150(++) mg/dL or 4.0 - >15.0 mmol/L 1+ - 2+ 75 - 500 Leuk/µL
Clarity Diagnostics (DTG) Clarity Urocheck (Visual)^{1d)}	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 - 7.0 1.000 - 1.015 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 12(++) mg/dL or 35 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L* 30(+) ~ 2000(++) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L* Positive* 5(±) ~ 160(++) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L* N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 - 9.0 1.005 ~ 1.025 15(±) ~ 500(++) Leu/µL

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
Clarity Diagnostics (DTG) Clarity Urocheck on Clarity Urocheck 120 Urine Analyzer ^{d)}	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(\pm) mg/dL or 3.5 ~ 17 μ mol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/ μ L 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 136 μ mol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 μ mol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/ μ L
DiaScreen 10 (Visual)	Urobilinogen Glucose Ketones Bilirubin Protein Nitrite Leukocyte Esterase Blood pH Specific Gravity	Normal Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 ~ 6 1.000 ~ 1.015	Normal - 4 mg/dL or 0 ~ 68 μ mol/L* 50 ~ 500 mg/dL or 28 ~ 78 mmol/L 5(Trace) - 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16 mmol/L 1+ ~ 3+* 30(+) ~ 2000(****) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L Positive Trace - 3+* Trace - Large(++) 6 ~ 9 1.010 ~ 1.030
DiaScreen 50	Urobilinogen Glucose Ketones Bilirubin Protein Nitrite Leukocyte Esterase Blood pH Specific Gravity	Normal Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 6.0 <1.005 ~ 1.020	Normal - 4 mg/dL or Normal - 68 μ mol/L 50(Trace) - 500(++) mg/dL or 28 ~ 78 mmol/L 5(Trace) - ≥160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16 mmol/L Small(+) - Large(++) 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3.0 g/dL Positive Trace - Large(++) Trace - Large(++) 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ >1.030
DFI ComboStik (Visual)	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Glucose Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase pH Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 NA*****	10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 50(+) ~ 1000(****) mg/dL or 2.8 ~ 56 mmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 NA*****
DFI ComboStik R-50/50S	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Glucose Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase pH Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 NA*****	10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 50(+) ~ 1000(****) mg/dL or 2.8 ~ 56 mmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 NA*****
DFI ComboStik R-300	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Glucose Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase pH Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 NA*****	10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 50(+) ~ 1000(****) mg/dL or 2.8 ~ 56 mmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 NA*****

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A <R>	LVL 2 UAT19022A <R>
DFI ComboStik R-700	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Glucose Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase pH Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 NA*****	10(+) ~ 250(+++) RBC/ μ L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 50(+) ~ 1000(++++) mg/dL or 2.8 ~ 56 mmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 NA*****
DFI ComboStik Reader 720	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Glucose Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase pH Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 NA*****	10(+) ~ 250(+++) RBC/ μ L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 50(+) ~ 1000(++++) mg/dL or 2.8 ~ 56 mmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 NA*****
DFI CYBOW (Visual)	Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1.005 ~ 1.020 Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative NA*****	2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 1.010 ~ 1.030 10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L NA*****
DFI CYBOW R-50/50S	Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1.005 ~ 1.020 Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative NA*****	2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 1.010 ~ 1.030 10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L NA*****
DFI CYBOW Reader 300	Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1.005 ~ 1.020 Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative NA*****	2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 1.010 ~ 1.030 10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L NA*****
DFI CYBOW Reader 720	Urobilinogen Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Microalbumin Creatinine Nitrite Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative 1.005 ~ 1.020 Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 10 mg/dL or 0.88 mmol/L Negative Negative NA*****	2(+) ~ 8(++) mg/dL or 34.8 ~ 135 μ mol/L 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 5(±) ~ 100(++) mg/dL or 0.5 ~ 10 mmol/L 1.010 ~ 1.030 10(+) ~ 250(++) RBC/ μ L 6.5 ~ 9.0 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L Positive 25(+) ~ 500(++) WBC/ μ L NA*****

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
DFI CYBOW 10-/DUS (Visual)	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DFI DU Reader 300	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DFI DUS R - 50/50S	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DFI DUS R - 300	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DFI DUS R - 720	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DFI Uro-dip (Visual)	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 ~ 6.0 1.005 ~ 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
DFI Uro-dipcheck 300	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Microalbumin Creatinine Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative 5.0 - 6.0 Negative 1.005 - 1.020 Negative Negative Negative 1 mg/dL or 10 mg/L 10 mg/dL or 0.88 mmol/L NA*****	15(±) ~ 500(++) WBC/µL Positive 2(++) ~ 8(****) mg/dL or 34.8 ~ 135 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L 6.5 ~ 8.5 10(±) ~ 200(++) RBC/µL 1.010 ~ 1.030 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L Small(+) ~ Large(++) mg/dL 100(±) ~ 1000(++) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 3.0 ~ 15.0 mg/dL or 30 ~ 150 mg/L 50 ~ 300 mg/dL or 4.42 ~ 26.5 mmol/L NA*****
DIRUI FUS-2000	Urobilinogen Bilirubin Ketones Blood Protein Nitrite Leukocyte Esterase Glucose pH Specific Gravity	Normal (0.2 - 1 mg/dL or 3.4 - 17 µmol/L) Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative ≤5.0 - 6.0 1.000 - 1.010	2(+) - ≥8(++) mg/dL or 34 - ≥135 µmol/L 3(++) - ≥6(++) mg/dL or 51 - ≥103 µmol/L 15(+) - ≥80(++) mg/dL or 1.5 - ≥7.8 mmol/L Ca25(+) - ≥Ca200(++) Ery/µL 30(+) - ≥300(++) mg/dL or 0.3 - ≥3.0 g/L Positive Ca70(+) - ≥Ca500(++) Leu/µL 100(+) - ≥1000(****) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L 6.5 - 8.5 1.015 - 1.050
DIRUI H-500	Urobilinogen Bilirubin Ketones Blood Protein Nitrite Leukocyte Esterase Glucose pH Specific Gravity	Normal (0.2 - 1 mg/dL or 3.4 - 17 µmol/L) Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative ≤5.0 - 6.0 1.000 - 1.010	2(+) - ≥8(++) mg/dL or 34 - ≥135 µmol/L 3(++) - ≥6(++) mg/dL or 51 - ≥103 µmol/L 15(+) - ≥80(++) mg/dL or 1.5 - ≥7.8 mmol/L Ca25(+) - ≥Ca200(++) Ery/µL 30(+) - ≥300(++) mg/dL or 0.3 - ≥3.0 g/L Positive Ca70(+) - ≥Ca500(++) Leu/µL 100(+) - ≥1000(****) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L ≤5.0 - 7.0 1.020 - 1.025
Eiken US-3100R Plus Analyzer (non U.S.) using UROPAPER ALPHA III - 9L	Blood/Hemoglobin Bilirubin Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Specific Gravity Protein Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5.0 - 6.5 1.000 - 1.015 Negative Normal	0.15(+) - 0.75(++) mg/dL or 50 - 250 cells/µL 0.5(+) - 2.0(++) mg/dL or 8.6 - 34 µmol/L 250(++) - 2000(****) mg/dL or 14 - 111 µmol/L 10(+) - 80(++) mg/dL or 0.93 - 7.4 µmol/L 25(+) - 500(++) cells/µL Positive 7.0 - 9.0 1.020 - 1.050 30(+) - 1000(****) mg/dL or 0.3 - 10 g/L 2.0(+) - 8.0(++) mg/dL or 34 - 135 µmol/L
Erba LACHEMA DekaPHAN® LAURA STRIPS (visual)	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 1.005 - 1.015 Negative Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 300 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 3 - 12 mg/dL
Erba LACHEMA LAURA Urine Analyzer using DekaPHAN® LAURA Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 3 - 12 mg/dL
Erba LACHEMA LAURA M Urine Analyzer using DekaPHAN® LAURA Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative ≤6 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 25 - 500 Leu/µL Positive ≤6 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.025 1 - 6 mg/dL

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 <R> UAT19021A	LVL 2 <R> UAT19022A
Erba LACHEMA LAURA Smart Urine Analyzer using Dekaphan® LAURA Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 Negative 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 1 - 12 mg/dL
Erba Mannheim Uro-dip 10e STRIPS (Visual)	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 Negative 1.005 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 300 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 3 - 12 mg/dL
Erba Mannheim Uro-dipcheck 400e Urine Analyzer using Uro-dip 10e Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 Negative 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 3 - 12 mg/dL
Erba Mannheim LAURA M Urine Analyzer using Uro-dip 10e Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative ≤6 Negative 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 25 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.025 1 - 6 mg/dL
Erba Mannheim Uro-dipcheck 240e Urine Analyzer using Uro-dip 10e Strips	Bilirubin Blood Glucose Ketones Leukocytes Nitrite pH Protein Specific Gravity Urobilinogen	Negative Negative Negative Negative Negative Negative 5 - 6 Negative 1.000 - 1.015 Normal	3 - 6 mg/dL 50 - 250 Ery/µL 100 - 1000 mg/dL 52 - 156 mg/dL 75 - 500 Leu/µL Positive 7 - 8 100 - 500 mg/dL 1.005 - 1.020 1 - 12 mg/dL
Germaine AimStrip® 10 SG (Visual) ^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 12(++) mg/dL or 35 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L* 30(+) ~ 2000(++) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L* Positive* 5(±) ~ 160(++) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L* 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.025 15(±) ~ 500(++) Leu/µL
Germaine AimStrip® 10 SG on AimStrip® Urine Analyzer/CT-120 Urine Strip Analyzer ^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
Germaine AimStrip® 10 SG on AimStrip® Urine Auto Analyzer^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(\pm) mg/dL or 3.5 ~ 17 μ mol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/ μ L 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 μ mol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 μ mol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(\pm) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(\pm) ~ 500(++) Leu/ μ L
IRIS iChem™₁₀₀	Bilirubin Urobilinogen Ketones Ascorbic Acid Glucose Protein Blood pH Nitrite Leukocyte Esterase Specific Gravity	Negative Normal Negative N/A***** Normal Negative Negative 5 - 7 Negative Negative 1.000 ~ 1.015	Negative - 4(++) mg/dL or 0 - 70 μ mol/L 2(+) - 12(++) mg/dL or 35 - 200 μ mol/L 100(+) - 300(++) mg/dL or 10 - 30 mmol/L N/A***** 50(+) ~ 2000(****) mg/dL or 3 ~ 56 mmol/L 100(++) ~ 500(++) mg/dL or 1 ~ 5 g/L 0.03(+) ~ 1.0(++) mg/dL or (5-10) ~ 300 RBCs/ μ L 6 - 9 Negative - Positive Negative - 500(++) WBCs/ μ L 1.005 - 1.035
IRIS iChemVELOCITY	Glucose Protein Bilirubin Urobilinogen pH Blood (Hemoglobin) Ketones Nitrite Leukocytes Specific Gravity Ascorbic Acid	Negative Negative Negative Normal 5 - 7.5 Negative Negative Negative 1.000 - 1.015 NA*****	100(+) ~ 1000(****) mg/dL or 5.6 ~ 56 mmol/L 10(Trace) ~ 600(****) mg/dL or 0.10 ~ 6 g/L Negative - 10(++) mg/dL or Negative - 170 μ mol/L 2.0(+) ~ 12.0(++) mg/dL or 34 ~ 200 μ mol/L 6 - 9 0.10(+) ~ 1(++) mg/dL or 1 ~ 10 mg/L 10(+) ~ 150(****) mg/dL or 1 ~ 15 mmol/L 0.1(+) ~ 0.2(+) mg/dL 25(Trace) - 500(++) WBCs/ μ L 1.010 - 1.040 NA*****
Macherey-Nagel URYXXON® 500 using Medi-Test Combi 10® SGL	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase	Negative Normal Negative Negative Negative Negative Normal 5.0 - 7.0 1.000 - 1.020 Negative	10(+) ~ 250(++) Ery/ μ L 2(+) - 12(++) mg/dL or 35 - 200 μ mol/L 1(+) ~ 6(++) mg/dL or 17 - 102 μ mol/L 30(+) ~ 500(++) mg/dL or 0.3 - 5 g/L Positive 25(+) ~ 300(++) mg/dL or 2.5 - 30 mmol/L 50(+) ~ 500(++) mg/dL or 2.8 - >27.8 mmol/L 6.0 - 9.0 1.010 - 1.030 25(+) ~ 500(++) Leu/ μ L
Macherey-Nagel URYXXON® Relax using Medi-Test Combi 10® SGL	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **
NDC Pro Advantage® (Visual)^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(\pm) mg/dL or 3.5 ~ 17 μ mol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 - 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/ μ L 2(+) ~ 12(++) mg/dL or 35 ~ 200 μ mol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 μ mol/L 30(+) ~ 2000(****) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L Positive* 5(\pm) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 - 9.0 1.005 ~ 1.025 15(\pm) ~ 500(++) Leu/ μ L
NDC Pro Advantage® on Pro Advantage® Urine Analyzer^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(\pm) mg/dL or 3.5 ~ 17 μ mol/L Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 - 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/ μ L 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 136 μ mol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 μ mol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(\pm) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(\pm) ~ 500(++) Leu/ μ L

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
			
Quidel UrinQuick	Bilirubin Urobilinogen Ketones Ascorbic Acid Glucose Protein Blood pH Nitrite Leukocyte Esterase Specific Gravity	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Roche Chemstrip (Visual)	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.010 5.0 - 7.0 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.035 7.0 - 9.0 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - >1000(++) mg/dL or 6 - >56 mmol/L 15(+) - 150(++) mg/dL or 1.5 - 15 mmol/L 1(+) - ≥12(****) mg/dL or 17 - ≥203 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(+) - 250(++) Ery/µL
Roche Chemstrip 101	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.010 5.0 - 7.0 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.035 7.0 - 9.0 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - >1000(++) mg/dL or 6 - >56 mmol/L 15(+) - 150(++) mg/dL or 1.5 - 15 mmol/L 1(+) - ≥12(****) mg/dL or 17 - ≥203 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(+) - 250(++) Ery/µL
Roche Criterion	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.015 5 - 7 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 6 - 9 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - 1000(++) mg/dL or 6 - 56 mmol/L 5(Trace) - 150(++) mg/dL or 0.5 - 15 mmol/L 1 - 12 mg/dL (EU/dL) or 17 - 203 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(Trace) - 250(****) Ery/µL
Roche CUA	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.015 5.0 - 7.0 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 6.5 - 9.0 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - 1000(++) mg/dL or 6 - 56 mmol/L 15(+) - 150(++) mg/dL or 1.5 - 15 mmol/L 1 - 12 mg/dL (EU/dL) or 17 - 203 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(Trace) - 250(****) Ery/µL
Roche Miditron®/Miditron® Junior II	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.015 5 - 7 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 6 - 9 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - 1000(++) mg/dL or 6 - 56 mmol/L 5(Trace) - 150(++) mg/dL or 0.5 - 15 mmol/L 1 - 12 mg/dL (EU/dL) or 17 - 203 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(Trace) - 250(****) Ery/µL
Roche Mini UA	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.015 5.0 - 7.0 Negative Negative Normal Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 7.0 - 9.0 25(Trace) - 500(++) Leuk/µL Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 50(+) - >250(++) mg/dL or 3 - >14 mmol/L 15(+) - 150(++) mg/dL or 1.5 - 15.0 mmol/L 1 - ≥8 mg/dL or 17 - ≥135 µmol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 µmol/L 10(+) - 250(++) Ery/µL

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A <R>	LVL 2 UAT19022A <R>
			
Roche SUA	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Roche UriSys 1100	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.020 5.0 - 7.0 Negative Negative Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 6.5 - 9.0 25(Trace) - 500(++) Leuk/ μ L Positive 30(+) - 500(++) mg/dL or 0.30 - 5.00 g/L 100(+) - >1000(++) mg/dL or 6 - >56 mmol/L 15(+) - 150(++) mg/dL or 1.5 - 15 mmol/L 1(+) - >12(****) mg/dL (EU/dL) or 17 - >203 μ mol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 μ mol/L Trace(Trace) - 250(++) Ery/ μ L
Roche UriSys 1800/Cobas U411	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.020 5.0 - 7.0 Negative Negative Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.005 - 1.030 6.5 - 9.0 25(+) - 500(++) Leuk/ μ L Positive 25(+) - 500(****) mg/dL or 0.25 - 5.00 g/L 50(+) - 1000(****) mg/dL or 3 - 56 mmol/L 5(+) - 150(****) mg/dL or 0.5 - 15 mmol/L 1(+) - 12(****) mg/dL (EU/dL) or 17 - 203 μ mol/L 1(+) - 6(++) mg/dL or 17 - 100 μ mol/L 10(+) - 250(****) Ery/ μ L
Roche UriSys 2400	Specific Gravity pH Leukocyte Esterase Nitrite Protein Glucose Ketones Urobilinogen Bilirubin Blood	1.000 - 1.015 5.0 - 7.0 Negative Negative Negative Normal Negative Normal Negative Negative	1.020 - 1.050 6.5 - 9.0 25(+) - 500(++) Leuk/ μ L Positive 25(+) - 500(****) mg/dL or 0.25 - 5.00 g/L 100(+) - 1000(****) mg/dL or 6 - 56 mmol/L 15(++) - 150(****) mg/dL or 1.5 - 15.0 mmol/L 4(++) - 12(****) mg/dL or 70 - 200 μ mol/L 3(++) - 6(++) mg/dL or 50 - 100 μ mol/L 25(+) - 250(****) Ery/ μ L
Siemens Reagent Strips (Visual)	Leukocyte Esterase Nitrite Urobilinogen Protein pH Blood Specific Gravity Ketones Bilirubin Glucose Creatinine Protein-to-Creatinine ratio	Negative Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative 5.0 - 7.0 Negative 1.000 - 1.020 Negative 15(Small) - 160(Large) mg/dL or 1.5 - 16 mmol/L Small(+) - Large(++) 100(1/10%) - 1000(1%) mg/dL or 5.6 - 56 mmol/L 100 - 300 mg/dL or 8.84 - 26.5 mmol/L Normal	Small(+) - Large(++) or Ca 5 - Ca 500 cells/ μ L* Positive 2.0 - 8.0 mg/dL(EU/dL)* 100(+) - >2000(++) mg/dL or 1.00 - >20 g/L 6.5 - 8.5 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/ μ L 1.010 - 1.030 15(Small) - 160(Large) mg/dL or 1.5 - 16 mmol/L Small(+) - Large(++)* 100(1/10%) - 1000(1%) mg/dL or 5.6 - 56 mmol/L 100 - 300 mg/dL or 8.84 - 26.5 mmol/L Abnormal
Siemens Clinitek 50	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine ratio	Negative Negative Negative \leq 1.005 - 1.020 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative 10 - 30 mg/L 10 - 50 mg/dL Normal	100(Trace) - >1000(++) mg/dL or 5.6 - >56 mmol/L Small(+) - Large(++) 15(+) - >80(++) mg/dL or 1.5 - >8.0 g/L 1.010 - >1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/ μ L 6.5 - 9.0 30(+) - >300(++) mg/dL or 0.3 - >3.0 mmol/L 1.0 - >28.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - >128 μ mol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/ μ L 80 - >150 mg/L 100 - >300 mg/dL or 8.84 - >26.5 mmol/L Abnormal
Siemens Clinitek 500	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative Negative Negative \leq 1.005 - 1.020 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative 10 - 50 mg/dL Normal	100(Trace) - >1000(++) mg/dL or 5.6 - >56 mmol/L Small(+) - Large(++) 15(+) - >80(++) mg/dL or 1.5 - >8.0 g/L 1.010 - >1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/ μ L 6.5 - 9.0 30(+) - >300(++) mg/dL or 0.3 - >3.0 mmol/L 1.0 - >28.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - >128 μ mol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/ μ L 100 - >300 mg/dL or 8.84 - >26.5 mmol/L Abnormal

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

☐ LVL 1 2019-02-28
☒ LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
Siemens Clinitek Advantus	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative Negative Negative ≤1.005 - 1.020 Negative 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative Negative 10 - 50 mg/dL Normal	100(Trace) - ≥1000(++) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L Small(+) - Large(++) 15(+) - ≥80(++) mg/dL or 1.5 - ≥8.0 mmol/L 1.010 - ≥1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/µL 6.5 - 9.0 30(+) - ≥300(++) mg/dL or 0.3 - ≥3.0 g/L 1.0 - ≥8.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - ≥128 µmol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/µL 100 - ≥300 mg/dL or 8.84 - ≥26.5 mmol/L Abnormal
Siemens Clinitek Atlas	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative Negative Negative 1.000 - 1.015 Negative 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative Negative 10 - 50 mg/dL Normal	100(Trace) - ≥1000(++) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L Small(+) - Large(++) 15(+) - ≥80(++) mg/dL or 1.5 - ≥8.0 g/L 1.010 - ≥1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/µL 6.5 - 9.0 30(+) - ≥300(++) mg/dL or 0.3 - ≥3.0 mmol/L 1.0 - ≥8.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - ≥128 µmol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/µL 100 - ≥300 mg/dL or 8.84 - ≥26.5 mmol/L Abnormal
Siemens Clinitek Novus	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio	Negative Negative Negative 1.000 - 1.015 Negative 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative Negative ** ** **	100(Trace) - ≥1000(++) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L Small(+) - Large(++) Trace(Trace) - ≥160(++) mg/dL or Trace - ≥16.0 g/L 1.010 - ≥1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/µL 6.5 - 9.0 30(+) - ≥1000(++) mg/dL or 0.3 - ≥10.0 mmol/L 1.0 - ≥8.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - ≥128 µmol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/µL ** ** **
Siemens Clinitek Status	Glucose Bilirubin Ketones Specific Gravity Blood pH Protein Urobilinogen Nitrite Leukocyte Esterase Microalbumin Creatinine Protein-to-Creatinine Ratio hCG	Negative Negative Negative ≤1.005 - 1.020 Negative 5.0 - 7.0 Negative 0.2 - 1.0 mg/dL (EU/dL) Negative Negative ≤10 - 30 mg/L 10 - 50 mg/dL Normal Negative	100(Trace) - ≥1000(++) mg/dL or 5.6 - ≥56 mmol/L Small(+) - Large(++) 15(+) - ≥160(Large) mg/dL or 1.5 - 16 mmol/L 1.010 - ≥1.030 Small(+) - Large(++) or Ca 25 - Ca 200 cells/µL 6.5 - 9.0 30(+) - ≥300(++) mg/dL or 0.3 - ≥3.0 g/L 1.0 - ≥8.0 mg/dL (EU/dL) or 16 - ≥128 µmol/L Positive Trace(Trace) - Large(++) or Ca 15 - Ca 500 cells/µL 80 - ≥150 mg/L 100 - ≥300 mg/dL or 8.84 - ≥26.5 mmol/L Abnormal Positive
Stanbio Uri-Chek™ Reagent Strips for Urinalysis (Visual) ^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Absorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 12(++) mg/dL or 35 ~ 200 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L* 30(+) ~ 2000(****) mg/dL or 0.3 - 20 g/L* Positive* 5(±) ~ 160(****) mg/dL or 0.5 ~ 16.0 mmol/L* N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.025 15(±) ~ 500(++) Leu/µL
Stanbio Uri-Chek™ on Uri-TraK™ 120 Urine Analyzer ^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Absorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 ~ 1.0(±) mg/dL or 3.5 ~ 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 17 ~ 70 µmol/L 30(+) ~ 300(++) mg/dL or 0.3 ~ 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 ~ 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL

LVL 1 UAT19021A
LVL 2 UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 UAT19021A	LVL 2 UAT19022A
			
Sysmex UX-2000	Glucose Protein Urobilinogen Bilirubin pH Ketones Blood Nitrite Leukocyte Esterase Specific Gravity	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Thermo Fisher Scientific Fisherbrand® 10 SG (Visual)^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase	Negative 0.2(Normal) - 1.0(±) mg/dL (EU/dL) Negative Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL or Small ~ Large 2.0(+) ~ 12.0(++) mg/dL (EU/dL) or 35 ~ 204 µmol/L 1(+) ~ 4(++) mg/dL or 14(Small) ~ 70(Large) µmol/L* 30(+) ~ 2000(++) mg/dL or 0.3 ~ 20 g/L* Positive* 5(Trace) ~ 160(Large) mg/dL or 0.5 ~ 16 mmol/L* 100(Trace) ~ 1000(++) mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.005 ~ 1.025 15(±) ~ 500(++) Leu/µL or Trace ~ LargeL*
Thermo Fisher Scientific Fisherbrand® 10 SG on AimStrip® Urine Analyzer/CT-120 Urine Strip Analyzer^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase	Negative 0.2 - 1.0(±) mg/dL or 3.5 - 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative Negative 5.0 - 7.0 1.000 - 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL or Small ~ Large 2(+) - 8(++) mg/dL or 35 - 140 µmol/L 1(+) - 4(++) mg/dL or 17 - 70 µmol/L 30(+) - 300(++) mg/dL or 0.3 - 3 g/L Positive 5(±) - 80(++) mg/dL or 0.5 - 8.0 mmol/L 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 - 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL or Trace ~ LargeL*
Thermo Fisher Scientific Fisherbrand® 10 SG on AimStrip® Urine Auto Analyzer^(d)	Blood Urobilinogen Bilirubin Protein Nitrite Ketones Ascorbic Acid Glucose pH Specific Gravity Leukocytes	Negative 0.2 - 1.0(±) mg/dL or 3.5 - 17 µmol/L Negative Negative Negative Negative N/A***** Negative 5.0 - 7.0 1.000 ~ 1.020 Negative	25(+) ~ 200(++) Ery/µL 2(+) ~ 8(++) mg/dL or 35 ~ 140 µmol/L 1(+) - 4(++) mg/dL or 17 - 70 µmol/L 30(+) - 300(++) mg/dL or 0.3 - 3 g/L Positive 5(±) ~ 80(++) mg/dL or 0.5 - 8.0 mmol/L N/A***** 100 ~ 1000 mg/dL or 5 ~ 55 mmol/L 6.0 ~ 9.0 1.010 ~ 1.030 15(±) ~ 500(++) Leu/µL
YD UriSCAN Reagent Strips (Visual)	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 ≤1.005 ~ 1.020 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.010 ~ 1.030 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+)* N/A*****
YD UriSCAN on Optima/Optima+	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 ≤1.005 ~ 1.020 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.010 ~ 1.030 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+)* N/A*****
YD UriSCAN on PRO/PRO+	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 ≤1.005 ~ 1.020 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.010 ~ 1.030 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+)* N/A*****

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

		LVL 1 <R> UAT19021A	LVL 2 <R> UAT19022A
YD URiSCAN on Optima II	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 ≤1.005 ~ 1.020 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.010 ~ 1.030 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+) N/A*****
YD URiSCAN on PRO II	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 ≤1.005 ~ 1.020 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.010 ~ 1.030 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+) N/A*****
YD URiSCAN on Super/Super+	Blood Bilirubin Urobilinogen Ketones Protein Nitrite Glucose pH Specific Gravity Leukocyte Esterase Ascorbic Acid	Negative Negative Normal (0.1 ~ 1.0 mg/dL) Negative Negative Negative Negative 5.0 ~ 7.0 1.000 ~ 1.015 Negative N/A*****	10 ~ 250 RBC/µL (1+ ~ 3+) 0.5 ~ 3.0 mg/dL (1+ ~ 3+)* 4 ~ 12 mg/dL (2+ ~ 4+) 10 ~ 100 mg/dL (1+ ~ 3+) 100 ~ 1000 mg/dL (2+ ~ 4+) Positive 100 ~ 1000 mg/dL (± ~ 3+) 6.0 ~ 8.0 1.018 ~ 1.044 10 ~ 500 WBC/µL (± ~ 3+) N/A*****
Yellow IRIS	Specific Gravity (MGM Method) Specific Gravity (Chemstrip Method) pH Protein Glucose Ketones Bilirubin Blood Nitrite Urobilinogen Leukocyte Esterase	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

LVL 1 LOT UAT19021A
LVL 2 LOT UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
 LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD

Additional Test Methods/Zusätzliche Testmethoden/Méthodes d'analyse supplémentaires/Metodi di test supplementari/Métodos de prueba adicionales/Yderligere testmetoder/Aanvullende testmethoden/Lisätestimenetelmät/Πρόσθετες μέθοδοι ελέγχου/Ytterligare testmetoder/Dodatkowe metody wykonywania testów/Métodos de Teste Adicionais/Дополнительные методы исследования/Ytterligare testmetoder/Ek Test Yöntemleri/补充试验方法/添付文書改訂版

		LVL 1 UAT19021A	<R>	LVL 2 UAT19022A	<R>
Refractometer (room temp.)	Specific Gravity	1.000 - 1.010		1.010 - 1.035	
Biovation	Specific Gravity	**		**	
Freezing Point Depression	Osmolality	**		**	
pH Meter	pH	5.0 - 6.5		6.5 - 9.0	
Flame Photometer	Sodium	**		**	
	Potassium	**		**	
Clinitest (2 drops)	Glucose	Negative		Trace - 5 %	
Clinitest (5 drops)	Glucose	Negative		1/4 - >2 %	
Diastix	Glucose	Negative		100(1/10%) - 1000(1%) mg/dL	
Ictocheck	Bilirubin	**		**	
Ictotest	Bilirubin	Negative		Positive*	
Acetest	Ketones	Negative		Trace - Large	
Biorex Labs K-Check	Ketones	Negative		Small - Large	
Siemens Dimension	Creatinine	Negative		307 - 460 mg/dL or 27.1 - 40.7 mmol/L ***	
Sulfosalicylic Acid (3%) - qualitative	Protein	N/A		1+ - 4+	
Sulfosalicylic Acid (3%) - quantitative	Protein	Negative		***	
Diagonal DiaTest	hCG	N/A		Positive	
Fisher Sure-Vue	hCG	Negative		Positive	
HITADO hcg combo	hCG	Negative		Positive	
ICON 20	hCG	Negative		Positive	
ICON 25	hCG	Negative		Positive	
OSOM	hCG	Negative		Positive	
Quidel Quick-Vue	hCG	Negative		Positive	
SP™ Brand Rapid Test (hCG Combo)	hCG	Negative		Positive	
SP™ Brand Rapid Test (hCG Cassette)	hCG	Negative		Positive	
SP™ Brand Rapid Test (hCG Dipstick)	hCG	Negative		Positive	
OTHER test kits with sensitivities of ≥25 mIU/mL	hCG	Negative		Positive	
Micro-Bumintest	Microalbumin	Negative		1+ - 2+	
Beckman DXC	Microalbumin	**		**	
Beckman Immage	Microalbumin	**		**	
BN II	Microalbumin	**		**	
Roche Hitachi	Microalbumin	**		**	
Roche Micral™	Microalbumin	Negative		20 - 100	

Property/Merkmal/Propriété/Proprietà/propiedad/Egenskab/ Eigenschaft/Ominaisuus/Ιδιότητα/Egenskap/Właściwość/ Características/Свойство/Egenskap/Özellik/属性/特性	Observation/Beobachtung/Observation/Osservazione/ observación/Observation/Observatie/Havainto/Παρατήρηση/ Observasjon/Obserwacja/Observação/Результаты наблюдений/ Observation/Gözlem/观察结果/觀察結果 LVL 1 UAT19021A	Observation/Beobachtung/Observation/Osservazione/ observación/Observation/Observatie/Havainto/Παρατήρηση/ Observasjon/Obserwacja/Observação/Результаты наблюдений/ наблюдений/Observation/Gözlem/观察结果/觀察結果 LVL 2 UAT19022A
Appearance/Aussehen/Apparence/Aspetto/apariencia/ Udseende/Verschijningsvorm/Ulkosaasi/Εμφάνιση/Utseende/Wygląd/ Aspetto/Внешний вид/Utseende/Görünüm/外观/外觀	Clear/Klar/Claire/Transparente/claro/Klar/Helder/Kirkas/ Διαυγή/Fargeløs/Przejrzysty/Transparente/Прозрачный Klar/Berrak/清澈/透明	Clear/Klar/Claire/Transparente/claro/Klar/Helder/Kirkas/ Διαυγή/Fargeløs/Przejrzysty/Transparente/Прозрачный Klar/Berrak/清澈/透明
Color/Farbe/Couleur/Colore/color/Farve/Kleur/Väri/Χρώμα/Farge/ Barwa/Cor/Цвят/Färg/Renk/颜色/色	Colorless to slight yellow/Farblos bis Blassgelb/Incolore à légèrement jaune/Da incolore a giallo chiaro/incoloro a amarillo claro/Farvelos til lysegul/Kleurloos tot lichtgeel/ Värittömästä vaaleankeltaiseen/Άχρωμο προς απλό κίτρινο/ Fargeløs til gulaktig/Bezbarwny lub jasnożółty/Transparente a amarelo claro/От бесцветного до желтоватого/Färglös till ljusgul/Renksizden Hafif Sarıya/无色至微黄色/ 無色から淡黄色	Yellow to Dark Amber/Gelb bis Dunkelorange/Jaune à ambre foncé/Da giallo ad ambra scuro/amarillo a ámbar oscuro/Gul til mørkegrøn/Geel tot donkeramber/ Keltaisesta tummaan kellarusruskeaan/Κίτρινο προς σκούρο πορτοκαλί/Gul til mørkegrøn/Žóltý do ciemnobrązowego/ Amarelo a âmbar escuro/От желтого до янтарного/Gul till mörk bärnstensfärg/Sarıdan Koyu Ambere/黃色至深琥珀色/無色から淡黄色

LVL 1 **LOT** UAT19021A
LVL 2 **LOT** UAT19022A

LVL 1 2019-02-28
LVL 2 2019-02-28

Thermo
SCIENTIFIC



For Insert updates go to:
www.thermoscientific.com/diagnostics

MAS® UA DipTube

LIQUID ASSAYED URINALYSIS CONTROL

IVD



		LVL 1^(a) <R> UAT19021A	LVL 2^(b) <R> UAT19022A
KOVA			
Qualitative/Qualitativ/Qualitatif/Qualitativo/Análisis cualitativo/Kvalitativ/Kwalitatief/Kvalitatiiviset/Poiotiko/Kvalitativ/Analiza jakościowa/Qualitativo/ Qualitativo/ Kvalitativ/Niteliksel/定性参考	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	** ** ** ** **	** ** ** **
Quantitative/Cuantitativo/Quantitativer Quantitative/Quantitativa/Kvantitatív/Kwantitatívejset/Ποσοτικό/Kvantitatív/Analiza ilościowa/Quantitatitivo/定量参考	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	0 hpf 0 hpf Absent 0 ^(c)	1 - >92 per µL 1 - >92 per µL Absent - Present 0 ^(c)
Cen-Slide	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	0 hpf 0 hpf Absent 0 ^(c)	1 - 65 hpf 1 - 64 hpf Absent - Present 0 ^(c)
Yellow IRIS	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	** ** ** **	** ** ** **
IRIS IQ200	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	0 - 5 hpf 0 - 5 hpf Absent 0 ^(c)	6 - >100 hpf 3 - 75 hpf Absent - Present 0 ^(c)
URI-system	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	0 hpf 0 hpf Absent 0 ^(c)	1 - >100 per hpf 1 - 62 per hpf Absent - Present 0 ^(c)
Coverslide Method	<p>Red Cells / Rote Blutkörperchen / Globules rouges / Eritrociti / Glóbulos rojos / Røde celler / Rode cellen / Punasolut / Ερυθρά αιμοφαρία / Røde celler / Krwinki czerwone / Eritróциты / Röda blodkroppar / Kirmizi Hücreler / 红细胞</p> <p>White Cells / Weiße Blutkörperchen / Globules blancs / Leucociti / Glóbulos blancos / Hvite celler / Witte cellen / Valkosolut / Λευκά αιμοφαρία / Hvite celler / Krwinki biale / Leucócitos / Λεύκαινες / Vita blodkroppar / Beyaz Hücreler / 白细胞</p> <p>Crystals / Kristalle / Cristaux / Cristalli / Cristales / Krystaller / Kristallen / Kiteet / Κρύσταλλοι / Krystaller / Skladniki krystaliczne / Cristais / Соли в моче / Kristaller / Kristaller / 晶体</p> <p>Casts / Ablagerungen / Cylindres / Cilindri / Cilindros / Samlinger / Zwemmen / Muotit / Küünöpöri / Sylindere / Skladniki lite / Cilindros / Цилиндры в моче / Cylindrar / Dökümler / 管型</p>	** ** ** **	** ** ** **

Acetest®, **Advantus**, **Atlas**, **Clinitek® Series**, **Clinitest®**, **Ictotest®**, **Micro-Bumintest®**, **Status®**, **Diastix®**, Reg. TM: Siemens Healthcare Diagnostic, Tarrytown, NY
Array 360®, **ICON®**, **Image®**, Reg. TM: Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA
Biovation, Reg. TM: Biovation, Inc., Hercules, CA
Dimension®, Reg. TM: Siemens Healthcare Diagnostic, Glasgow, DE
URL-system®, **Sure-Vue**, Reg. TM: Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA
Signify®, **Contrast**, **OSOM** Reg. TM: Genzyme Corporation, Cambridge, MA
KOVA®, Reg. TM: Hyco Biomedical Inc., Garden Grove, CA
DiaScreen Series, Reg. TM: Hypoguard, Minneapolis, MN
Iris IQ200, Yellow IRIS®, Reg. TM: International Remote Imaging Systems, Inc., Chatsworth, CA
Chemstrip®, **Chemstrip® 101**, **Criterion**, **CUA**, **Hitachi®**, **Micro**, **Mini UA**, **SUA**, **URISYS 1100**, **URISYS Systems**, Reg. TM: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
QuickVue®, **UrinQuick**, Reg. TM: Quidel Corporation, San Diego, CA
Cen-Slide®, Reg. TM: StatSpin, Norwood, MA
PocketChem UA®, Reg. TM: ThermoFisher Scientific, Boulder, CO
YD Uriscan®, Reg. TM: YD Diagnostics, Seoul, Korea

***** **Atypical colors may be observed. Results based on intensity.**
***** Atypische Farben können beobachtet werden. Resultate basiert worden auf Intensität.
***** On peut observer des couleurs atypiques. Résultats basés sur l'intensité.
***** Si possono osservare colori atipici. Risultati basati sull'intensità.
***** Pueden observarse colores anormales. Los resultados se basan en la intensidad.
***** Der kan observeres atypiske farver. Resultater baseret på intensitet.
***** Er kan spreke zijn van atypische kleuren. De resultaten zijn gebaseerd op de intensiteit.
***** Eprätypiliisiä värjää voidaan havaita. Tulokset perustuvat voimakkuuteen.
***** Ενδέχεται να παρατηρήθουν άποτα χρώματα. Τα αποτέλεσματα βασίζονται στην ένταση.
***** Det kan forekomme atypiske farger. Resultatene er basert på intensitet.
***** Može wystąpić niespodziewane zabarwienie. Wyniki na podstawie intensywności.
***** Podem ser observadas cores atípicas. Resultados com base na intensidade da cor.
***** Наблюдаемый цвет может быть необычным. Результаты зависят от интенсивности.
***** Atypiska färger kan observeras. Resultat baserade på intensitet.
***** Atipik renkler gözlemlenebilir. Sonuç yoğunluğu dayanır.
***** 可能观察到非典型颜色。结果依据强度而定。
***** 不規則な色が観察される場合があります。結果は明度に基づきます。

**** Data not available. If interested in participating in our value assignment process, please fax or email your contact information to our Value Assignment group at 510-771-1539, or mgc-va@thermofisher.com.**
**** Keine Daten verfügbar. Falls Sie interessiert sind, an unserem Wertzuweisungsverfahren teilzunehmen, senden Sie bitte ein Fax oder eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an unsere Abteilung „Value Assignment“ unter 510-771-1539 bzw. mgc-va@thermofisher.com.**
**** Données non disponibles. Si vous souhaitez participer à notre processus d'affectation des valeurs, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées par fax ou par e-mail au groupe Value Assignment au 510-771-1539 ou à l'adresse mgc-va@thermofisher.com.**
**** Dati non disponibili. Per partecipare al processo di assegnazione dei valori, inviare tramite fax o e-mail le proprie informazioni di contatto al gruppo di assegnazione dei valori al numero 510-771-1539 o all'indirizzo mgc-va@thermofisher.com.**
**** Datos no disponibles. Si está interesado en participar en nuestro proceso de asignación de valores, envíe un fax o un correo electrónico con su información de contacto a nuestro grupo de asignación de valores al +1 510-771-1539 o a mgc-va@thermofisher.com.**
**** Data er ikke tilgængelige. Hvis du er interesseret i at deltage i vores værditildelingsproces, kan du sende en fax eller en e-mail med dine kontaktoplysninger til vores værditildelingsgruppe på 510-771-1539 eller mgc-va@thermofisher.com.**
**** Geen gegevens beschikbaar. Als u geïnteresseerd bent in deelname aan ons waardetoekenningsproces, kunt u uw contactgegevens per fax of e-mail naar onze Value Assignment-groep sturen. Tel.: 510-771-1539. E-mail: mgc-va@thermofisher.com.**
**** Tietoja ei saatavilla. Jos olet kiinnostunut osallistumaan arvojen määritysprosessiin, faksa tai lähetä sähköpostilla yhteystietosi Valu Assignment -osastollellemme numeroon 510 771 1539 tai osoitteeseen mgc-va@thermofisher.com.**
**** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία καθορισμού τιμών που εφαρμόζουμε, στείλτε φάξ ή μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ομάδα Καθορισμού τιμών της εταιρείας μας στον αριθμό 510-771-1539 ή στην ηλ. διεύθυνση mgc-va@thermofisher.com.**
**** Data ikke tilgjengelige. Dersom dere er interessert i å delta i verdifastsettelsesprosessen vår, kan dere sende kontaktinformasjonen til verdifastsettelsesgruppen vår per faks til faksnummer 510-771-1539 eller per e-post til mgc-va@thermofisher.com.**
**** Dane nie są dostępne. W razie zainteresowania udziałem w naszym procesie określania wartości należy przysłać faksem dane kontaktowe do naszej grupy ds. określania wartości pod numer 510-771-1539 lub pocztą elektroniczną na adres mgc-va@thermofisher.com.**
**** Informações não disponíveis. Caso esteja interessado em participar no nosso processo de atribuição de valores, por favor envie por fax ou por e-mail as suas informações de contacto para o nosso grupo de atribuição de valores pelo número 510-771-1539, ou mgc-va@thermofisher.com.**
**** Данных нет. Если вы заинтересованы в участии в нашем процессе оценки, обращайтесь в нашу группу оценки по факсу 510-771-1539 или по электронной почте mgc-va@thermofisher.com и укажите свою контактную информацию.**
**** Data ej tillgängliga. Om du är intresserad av att delta i vår process för fastställning av värden kan du skicka ett fax eller e-postmeddelande med dina kontaktuppgifter till vår avdelning för analysvärden, telefonnummer +1 510-771-1539 eller mgc-va@thermofisher.com.**
**** Mevcut değil. Değer atama sürecimizde katılmaya ligi duyarsanız, lütfen iletişim bilgilerinizi 510-771-1539 numarasındaki Değer Atama grubumuzla fakslayın veya mgc-va@thermofisher.com veya e-posta gönderin.**
**** 无法提供数据。如果有兴趣参与我们的赋值过程，请传真或以电子邮件发送您的联系方式到我们的赋值小组。传真号码 510-771-1539，或 mgc-va@thermofisher.com.**
**** データをご利用いただけません。値付けプロセスへの参加を希望される場合は、当社の値付け担当グループまでお客様の連絡先情報を Fax (510-771-1539) または電子メール (mgc-va@thermofisher.com) にてご連絡ください。**

***** Creatinine values are based on a 1:4 dilution with water.**
***** Den Kreatininwerten liegt eine 1:4-Verdünnung mit Wasser.**
***** Les valeurs de créatinine sont basées sur une dilution de 1/4 avec avec de l'eau.**
***** I valori della creatinina sono basati su di una soluzione di 1 a 4 con acqua.**
***** Los valores de la Creatinina se basan en una dilución de 1:4 con agua.**
***** Kreatininvärdeerna er baseret på en 1:4-fortyndning med vand.**
***** De creatininwaarden zijn gebaseerd op een 1:4-verdunning met water.**
***** Kreatiiniarvot perustuvat vedellä laimentamiseen 1:4.**
***** Οι τιμές κρεατινίνης βασίζονται σε μια αράιων 1:4 με νερό.**
***** Kreatinin-verdier er basert på en 1:4-fortynning med vann.**
***** Wartości kreatyniny dotyczą roztworu wodnego sporzązonego w stosunku 1:4.**
***** Os valores da creatinina são baseados numa diluição com água de 1:4.**
***** Значения для креатинина приведены для случая разбавления водой в пропорции 1:4.**
***** Значения для креатинина приведены для случая разбавления водой в пропорции 1:4.**
***** Kreatininvärdena baseras på spädningen 1:4 med vatten.**
***** Kreatinin değerleri suyla 1:4 oranında seyreltmeye dayanır.**
***** 依据 1:4 水稀释液获得肌酐值。**
***** クレアチニン値は水による 1:4 希釈に基づきます。**

****** SulfoSalicylic Acid (3%) values are based on a 1:3 dilution with water.**
****** Werte der SulfoSalicylic Säure (3%) basieren auf einer 1:3 Verdünnung mit Waser.**
****** Des teneurs en acide de SulfoSalicylic (3%) sont basés sur une dilution de 1:3 avec de l'eau.**
****** Gli indici dell'acido di SulfoSalicylic (3%) sono basati su una diluizione di 1:3 con acqua.**
****** Los valores del ácido de SulfoSalicylic (3%) se basan en una dilución de 1:3 con agua.**
****** Værdierne for SulfoSalicylylsyre (3%) er baseret på en 1:3-fortyndning med vand.**
****** De sulfoSalicylyzurwaarden (3%) zijn gebaseerd op een 1:3-verdunning met water.**
****** SulfoSalisyllylhapon (3%) arvot perustuvat vedellä laimentamiseen 1:3.**
****** Οι τιμές σουλφοσαλικυλικού οξέος (3%) βασίζονται σε αράιων 1:3 με νερό.**
****** Verdier for sulfoSalicylylsyre (3 %) er basert på en 1:3-fortynning med vann.**
****** Wartości kwasu sulfoSalicylowego (3%) dotyczą roztworu wodnego sporzązonego w stosunku 1:3.**
****** Os valores de ácido sulfoSSalicílico (3%) são baseados numa diluição com água de 1:3.**
****** Значения для сульфосалициловой кислоты (3 %) приведены для случая разбавления водой в пропорции 1:3.**
****** Värdena för SulfoSalidlylsyra (3 %) baseras på en spädning 1:3 med vatten.**
****** SulfoSalisilik Asit (3%) değerleri suyla 1:3 oranında seyreltmeye dayanır.**
****** 依据 1:3 水稀释液获得磺基水杨酸 (3%) 值。**
****** スルホサリチル酸 (3%) の値は、水による 1:3 希釈に基づきます。**

******* No claim is made for expected value nor the stability of these constituents.**
******* Zu diesen Bestandteilen werden keine Angaben über Zielwerte oder Stabilität gemacht.**
******* Aucune information n'est indiquée concernant la valeur attendue ou la stabilité des constituants.**
******* Nesson reclamo si fa ne' per i valori attesi, ne' per la stabilita' dei componenti.**
******* No se han establecido los valores esperados o la estabilidad de estos constituyentes.**
******* Der er ikke angivet nogen forventet værdi eller stabilitet for disse bestanddele.**
******* Wij bieden geen enkele garantie ten aanzien van de verwachte waarde of de stabiliteit van deze bestanddelen.**
******* Mitään väittitää ei esitä näiden aineosien odotetuista arvoista tai stabiliudesta.**
******* Δεν πραγματοποιείται καμία οδήγηση για την αναμενόμενη τιμή, ούτε για τη σταθερότητα των συστατικών αυτών.**
******* Det gis likevel ingen garantier för forventet verdi eller för disse konstituentenes stabilitet.**
******* Nie deklaruje się oczekiwanej wartości ani stabilności następujących składników.**
******* Não é feita qualquer declaração quanto ao valor esperado ou à estabilidade destes componentes.**
******* Не делается никаких заявлений относительно ожидаемого количества или стабильности этих компонентов.**
******* Det görs dock inga anspråk angående förväntade värden eller stabilitet för dessa beständsdelar.**
******* Ancak, ne beklenen değer için ne de bu bileşenlerin stabilitesi için tahminde bulunulmamıştır.**
******* 这些成分的预期值和稳定性都没有被提及。**
******* これらの成分の予測される測定値または安定性に対しては保証しません。**

- (c) **Some cells and/or crystals may aggregate in such a manner as to simulate casts. Any casts observed are artifactual.**
- (c) Manche Zellen und/oder Kristalle sammeln sich u.U. so an, daß sie wie Harnzylinder aussehen. Wenn Zylinder beobachtet werden, so sind diese künstlich erzeugt.
- (c) Certaines globules et/ou cristaux peuvent s'agglutiner de façon à simuler des cylindres. Tous les cylindres observés sont artéfactuels.
- (c) Alcuni globuli e/cristalli possono aggregarsi in modo tale da simulare dei cilindri. Tutti i cilindri osservati sono un artefatto.
- (c) Algunos glóbulos y/o cristales pueden aglutinarse de tal manera que simulan elementos formados. Todos los elementos formados que se observan son artificiales.
- (c) Nogle celler og/eller krystaller kan akkumuleres på en sådan måde, at det ligner aflejringer. De eventuelle aflejringer, der observeres, er artefakter.
- (c) Sommige cellen en/of kristallen kunnen zich ophopen en kokers simuleren. Alle kokers moeten als artefacten worden gezien.
- (c) Jotkut solut ja/tai kiteet voivat aggregoitua niin, että ne simuloivat kipsisidoksia. Kaikki havaitut kipsisidokset ovat artefaktinomaisia.
- (c) Ορισμένα κύτταρα ή/και κρύσταλλοι ενέργεται να συσσωρεύονται με τρόπο που να μοιάζουν με κυλίνδρους. Τυχόν κύλινδροι που παρατηρούνται είναι τεχνητοί.
- (c) Noen celler og/eller krystaller kan akkumuleres på en måte som minner om skjær. Alle observerte skjær er optiske forvrengninger.
- (c) Niektóre komórki i/lub kryształy mogą tworzyć skupiska, które można pomylić z kamieniami. Wszystkie obserwowane kamienie są artefaktami.
- (c) Algumas células e/ou cristais podem agregar-se de modo a simular moldes. Todos os moldes observados são artefatos.
- (c) Некоторые клетки и/или кристаллы могут слипаться, образуя структуры, похожие на цилиндры. Все цилиндрические структуры являются артефактами.
- (c) Vissa celler och/eller kristaller kan ansamlas på ett sådant sätt att det liknar cylindrar. Alla cylindrar som observeras är artificiella.
- (c) Bazı hücreler ve/veya kristaller kastları taklit edecek şekilde topaklanabilir. Gözlemlenen tüm kastlar yapaydır.
- (c) 部分细胞和/或结晶可能以模拟转换的方式聚集。观察到的任何类型转换均属人为因素所致。
- (c) 細胞や結晶が円柱のように凝集する場合があります。そのような円柱が観察された場合、それらは人為的なものです。
- (d) **For users inside the USA only.**
- (d) Solamente para usuarios dentro de Estados Unidos.
- (d) Seulement pour les utilisateurs à l'intérieur des États-Unis seulement.
- (d) Soltanto per gli utenti all'interno degli Stati Uniti.
- (d) Nur für Nutzer innerhalb der Vereinigten Staaten.
- (d) Kun for brugere i USA.
- (d) Alleen voor gebruikers in de VS.
- (d) Vain Yhdysvalloissa olevat käyttäjät.
- (d) Môvo για χρήστες εντός Η.Π.Α.
- (d) Gjelder kun brukere innenfor USA.
- (d) Wymięźnie dla użytkowników z obszaru Stanów Zjednoczonych.
- (d) Apenas para utilizadores dentro dos EUA.
- (d) Только для пользователей в США.
- (d) Endast för användare inom USA.
- (d) Yalnızca ABD içindeki kullanıcılar için.
- (d) 仅限美国境内地区使用者。
- (d) 米国内のユーザーのみ。
- (e) **For users outside the USA only.**
- (e) Nur für Anwender außerhalb der USA.
- (e) Uniquement pour les utilisateurs hors des États-Unis.
- (e) Solo per utenti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti.
- (e) Solo para usuarios fuera de EE.UU.
- (e) Kun for brugere uden for USA.
- (e) Alleen voor gebruikers buiten de VS.
- (e) Vain Yhdysvaltojen ulkopuolella oleville käyttäjille.
- (e) Môvo για χρήστες εκτός Η.Π.Α.
- (e) Gjelder kun brukere utenfor USA.
- (e) Wymięźnie dla użytkowników spoza obszaru Stanów Zjednoczonych.
- (e) Apenas para utilizadores fora dos EUA.
- (e) Только для пользователей за пределами США.
- (e) Endast för användare utanför USA.
- (e) Yalnızca ABD dışındaki kullanıcılar için.
- (e) 仅限美国以外地区使用者。
- (e) 米国外のユーザーのみ。

LOT

Lot Number / Chargennummer / Numéro de lot / Numero di lotto / Número de lote / Partinummer / Partijnummer / Eränumero / Αριθμός παρτίδας / Lotnummer / Numer partii / Número de lote / Номер лота / Partinummer / Lot Numarası / 批号 / ロット番号



"Use By" date / Verwendbar bis / Date limite d'utilisation optimale / "Utilizzare entro" / Fecha límite de uso / "Anvendes før"-dato / Houdbaarheidsdatum / "Käyt. viim."-päivämäärä / Ημερομηνία λήξης / Utgåpsdato / Termin prydatnosći / Data de validade / Дата «Использовать до» / Utgångsdatum / "Son Kullanım" tarihi / 此日期前使用 / 使用期限



Refrigerated Temperature Limitation / Kühltemperaturbegrenzung / Limite de température de réfrigération / Limite di temperatura di refrigerazione / Limitación de la temperatura de refrigeración / Temperaturbegrensning – nedkølet / Beperking in gekoelde toestand / Jääkaappilämpötilan rajat / Περιορισμός θερμοκρατίας ψύξης / Kjøltemperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury chłodzenia / Limitação de Temperatura Refrigerada / Ограничение температуры заморозки / Kyltemperaturbegränsning / Soğutulmuş Sıcaklık Sınırlandırması / 冷藏温度限制 / 冷藏温度界限



Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Produttore / Fabricante / Producent / Fabrikant / Valmistaja / Κατασκευαστής / Produsent / Producent / Fabricante / Производитель / Tillverkare / Üretici / 制造商 / メーカー



Caution / Vorsicht / Attention / Attenzione / Atención / Forsiktig / Let op / Varoitus / Προσοχή / Advarsel / Przestroga / Cuidado / Осторожно / Viktigt / Dikkat / 注意 / 注意



Consult instructions for use / Gebrauchsanweisung beachten / Se référer au mode d'emploi / Consultare le istruzioni per l'uso / Consultar las instrucciones de uso / Se brugsanvisningen / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing / Katso käyttöohjeita / Συμβουλεύτε τις οδηγίες χρήσης / Se i bruksanvisningen / Sprawdź w instrukcji użycowania / Consultar instruções de utilização / См. инструкцию по применению / Läs bruksanvisningen / Kullanım talimatlarına dair / 参阅使用说明 / 取扱説明書を参照



Authorized Representative / Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft / Représentant agréé / Rappresentante autorizzato / Representante autorizado / Autoriseret repræsentant / Geautoriseerd vertegenwoordiger / Valtuutettu edustaja / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / Godkjent representant / Autoryzowany przedstawiciel / Representante autorizado / Авторизованный представитель / Auktoriseraad representant / Yetkili Temsilci / 获授权代表 / 認定代理店



For In Vitro Diagnostic Use / In-vitro-Diagnostikum / Diagnostics in vitro / Per uso diagnostico in vitro / Para uso en diagnóstico in vitro / Til in vitro-diagnostisk anvendelse / Voor diagnostisch gebruik in vitro / In Vitro -diagnoseen käyttöön / Για In Vitro διαγνωστική χρήση / For in vitro-diagnostic / Dosowanie w diagnostyce in vitro / Para utilização em diagnóstico in vitro / Для использования в диагностике in vitro / För in vitro-diagnostisk användning / In Vitro Diagnostik Kullanımı için / 体外診断用 / 体外診断用



Biological risk / Biogefährdung / Matériel à risque biologique potentiel / Rischio biologico / Material potencialmente peligroso a nivel biológico / Biologisk risiko / Biologisch risico / Biologinen riski / Βιολογικός κίνδυνος / Biologisk risiko / Zagrożenie biologiczne / Risco biológico / Биологическая опасность / Biologisk risk / Biyolojik risk / 生物风险 / 生物学的リスク



CE Marking of Conformity / CE-Konformitätszeichen / Marquage CE de conformité / Marchio di conformità CE / Marca de conformidad CE / CE-mærkning / CE-conformiteitsmerk / CE-merkintä / Σήμανση συμμόρφωσης CE / CE-samsvarsmerking / Oznakowanie zgodności CE / Marca de Conformidade CE / Маркировка соответствия стандартам CE / CE-försäkran om överensstämmelse / CE Uyumluluk İşareti / CE 合格标志 / 適合の CE マーキング



Expected Range / Erwarteter Bereich / Valeur attendue / Intervallo previsto / Intervalo previsto / Forventet område / Verwachte bereik / Odottettu vaihteluväli / Αναμενόμενο εύρος / Forventet område / Zakres wartości oczekiwanych / Intervalo esperado / Ожидаемый интервал / Förväntat intervall / Beklenen Aralık / 预期范围 / 予測範囲



Constituent and Method / Bestandteil und Methode / Composant et méthode / Componente e método / Componente y método / Bestanddel og metode / Bestanddele en metode / Aineosa ja menetelmä / Συστατικό και μέθοδος / Konstituent og metode / Klädnad i metoda / Componentes e método / Компонент и метод / Innehåll och metod / Bileşen ve Yöntem / 成分和方法 / 成分および測定法



Microscopic Analysis / Mikroskopische Analyse / Analyse microscopique / Analisi al microscopio / Análisis microscópico / Mikroskopisk analyse / Microscopische analyse / Mikroskopija-analyysi / Μικροοπτική ανάλυση / Mikroskopanalysa / Analiza mikroskopowa / Análise Microscópica / Аналіз методом мікроскопії / Mikroskopisk analys / Mikroskopik analiz / 显微镜分析 / 顕微鏡分析



Level 1 / Level 1 / Niveau 1 / Livello 1 / Nivel 1 / Niveau 1 / Niveau 1 / Taso 1 / Επίπεδο 1 / Nivå 1 / Poziom 1 / Nível 1 / Уровень 1 / Nivå 1 / Düzey 1 / 浓度 1 / レベル 1



Level 2 / Level 2 / Niveau 2 / Livello 2 / Nivel 2 / Niveau 2 / Niveau 2 / Taso 2 / Επίπεδο 2 / Nivå 2 / Poziom 2 / Nível 2 / Уровень 2 / Nivå 2 / Düzey 2 / 浓度 2 / レベル 2

REF

Catalog Number / Katalognummer / Catalogue N° / Numero di catalogo / Número de catálogo / Katalognummer / Catalogusnummer / Tuotenumero / Αριθμός καταλόγου / Katalognummer / Numer katalogowy / Referência / Номер по каталогу / Katalognummer / Katalog Numarası / 目录编号 / カタログ番号



If you have any questions concerning this notification, in the USA please contact the Technical Support Department at 800-232-3342 or 510-979-5417. Outside the USA, please contact your local Subsidiary or Distributor.

Falls Sie Fragen zu dieser Benachrichtigung haben, wenden Sie sich in den USA an den technischen Kundendienst unter 800-232-3342 oder 510-979-5417. Außerhalb der USA wenden Sie sich bitte an die Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe oder an einen autorisierten Vertriebspartner.

Aux États-Unis, pour toute question concernant cet avis, contacter le Service d'assistance technique au 800-232-3342 ou au 510-979-5417. En dehors des États-Unis, contacter la filiale locale ou le distributeur local.

Per domande relative a questa notifica e vi trovate negli Stati Uniti, rivolgervi al servizio di assistenza tecnica al numero verde 800-232-3342 o al numero 510-979-5417. Al di fuori degli Stati Uniti, rivolgervi alla filiale locale o al distributore.

Para cualquier consulta acerca de esta notificación, en EE.UU. póngase en contacto con el Departamento de Asistencia técnica en los números 800-232-3342 or 510-979-5417. Fuera de EE.UU., póngase en contacto con la subsidiaria o el distribuidor local.

Hvis du har nogle spørgsmål til denne meddelelse, kan du kontakte den tekniske supportafdeling på 800-232-3342 eller 510-979-5417, hvis du befinner dig i USA. Uden for USA kan du kontakte det lokale datterselskab eller distributøren.

Als u vragen hebt over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met de afdeling Technische ondersteuning op 800-232-3342 of 510-979-5417. Buiten de VS kunt u contact opnemen met de vestiging of distributeur in uw land.

Jos sinulla on kysytävä tästä ilmoituksesta, ota Yhdysvalloissa yhteyttä tekniseen tukeen numeroon 800 232 3342 tai 510 979 5417. Ota Yhdysvaltojen ulkopuolella yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöön tai jälleenmyyjään.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με την παρούσα ειδοποίηση, εντός Η.Π.Α., επικοινωνήστε με το Τμήμα τεχνικής υποστήριξης στον αριθμό 800-232-3342 ή 510-979-5417. Εκτός Η.Π.Α., επικοινωνήστε με την τοπική σας θυγατρική ή τον τοπικό διανομέα.

Dersom du befinner deg i USA og har spørsmål knyttet til denne orienteringen, kontakt avdelingen for teknisk støtte på 800-232-3342 eller 510-979-5417. Dersom du befinner deg utenfor USA, kontakte din lokale forhandler eller distributør.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego powiadomienia, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego pod numerem 800-232-3342 lub 510-979-5417 (na obszarze Stanów Zjednoczonych). Poza obszarem Stanów Zjednoczonych należy skontaktować się z lokalnym oddziałem firmy lub dystrybutorem.

Se tiver quaisquer questões relativas a esta notificação, nos EUA por favor contacte o departamento de assistência técnica através do número 800-232-3342 ou 510-979-5417. Fora dos EUA, por favor contacte a filial da sua área ou o distribuidor local.

Если у вас есть вопросы относительно этого уведомления, в США обращайтесь в департамент технической поддержки по телефону 800-232-3342 или 510-979-5417. За пределами США обращайтесь в местную дочернюю компанию или к дистрибутору.

Om du har några frågor om den här informationen och befinner dig i USA kan du kontakta vår avdelning för teknisk support på telefonnummer +1 800-232-3342 eller +1 510-979-5417. Utanför USA kan du kontakta ditt lokala avdelningskontor eller en distributör.

Bu bildirime dair herhangi bir sorunuz varsa, ABD'de lütfen 800-232-3342 veya 510-979-5417 numaralı Teknik Destek Departmanı ile iletişim kurun. ABD'nin dışında, lütfen yerel Bayi veya Dağıtıcı ile iletişim kurun.

如果您有任何关于此通知的问题，在美国国内，请联系 800-232-3342 或 510-979-5417 技术支援部门。在美国以外地区，请联系您当地的分公司或经销商。

本通知に関するお問い合わせについては、米国内からはお電話にて(800-232-3342 または 510-979-5417) テクニカルサポート部門までお問い合わせください。米国外の場合は、地域の子会社または代理店までお問い合わせください。

USA

800-232-3342

sales.diagnostics.fmt@thermofisher.com

Asia Pacific

+61 1800 333 110

cdd.asia.info@thermofisher.com

Australia

+61 1800 333 110

auinfo@thermofisher.com

Canada

800-282-4075

info.cddcanada@thermofisher.com

China

+86 800-810-5118

cdx.cn.info@thermofisher.com

France

+33 1 40 86 65 20

cdx.fr.info@thermofisher.com

Germany

+49 0800-40 40 771

cdx.de.info@thermofisher.com

Japan

+81 (0)120-147-075

JPYOK-CDD.QC@thermofisher.com

New Zealand

0800 933 966

auinfo@thermofisher.com

Nordic

+47 2 325 0433

info.nordic.cdd@thermofisher.com

South Africa

+27117926790

support-za.idd@thermofisher.com

Spain, Portugal & Italy

+34 93589 8338

cdx.es.info@thermofisher.com

Switzerland & Austria

+41 26 663 86 70

cdx.ch.info@thermofisher.com

United Kingdom & Ireland

+44 1442 868 940

cdx.uk.info@thermofisher.com

For countries not listed:

distributor.cdd@thermofisher.com



Microgenics Corporation

46500 Kato Road

Fremont, CA 94538 USA

ISO 13485 Certified Company

www.thermoscientific.com/diagnostics

EC REP

B-R-A-H-M-S GmbH

Neuendorfstrasse 25

16761 Hennigsdorf, Germany



UAT-INS-VA

Rev. 14 2016 03